



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 11.03.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku” - nr sprawy 25/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„część 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 1, punkt 2, Introducerów udowych dostępnych w długościach 10cm i 25cm ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„część 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 4, punkt 1, Introducerów udowych dostępnych w długościach 7cm i 10cm, z przewodnikiem stalowym mini spring prostym w zestawie?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Część 11, poz. 5,7 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach materiał szewny z igłą odwrotnie tnącą?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Część 11, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Część 11, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nić o długości 75 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

„Część 11, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji materiał szewny z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Część 11, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji materiał szewny z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Część 11, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nić bezbarwną?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Część 15 Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew syntetyczny jałowy, bezbarwny, pleciony, powlekany, wchłaniający, wytwarzany z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 42 dni, o podtrzymywaniu węzła po 8-11 dniach 50%?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„dotyczy zadania 5: Prosimy o wydzielenie 1 000 sztuk opasek uciskowych i udzielenie osobnego zadania 5a. WSZYSTKIE PARAMETRY ZGODNE Z SIWZ - znaczna korzyść ekonomiczna dla Zamawiającego, poszerzając grono oferentów.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Część nr 13 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra dla części nr 13 w pozycjach 1 . Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Na rynku znajduje się więcej dostawców kompatybilnego z opisanym asortymentu. Zgoda Zamawiającego na odstąpienie od wspomnianego zapisu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i będzie miało pozytywny wpływ na cenę oferty ostatecznej oraz finanse szpitala.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z innymi metodami zabezpieczenia antybakteryjnymi.

Pytanie nr 12:

„Część nr 13, poz. 2 Zamawiający opisał maskę, która nie jest kompatybilna z układem opisanym w poz. 1. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania maski pasującej do generatora opisanego w poz. 1 o rozmiarach: S, M, L, XL. Maską pasuje do aparatu nCPAP Infant Flow Advance i SiPAP Infant Flow.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Część nr 13, poz. 3 Zamawiający opisał czapeczkę, która nie jest kompatybilna z układem opisanym w poz. 1. Prosimy o doprecyzowanie opisu i jednocześnie dookreślenie, iż Zamawiający oczekuje mocowania w postaci czepeca owijanego wokół głowy pacjenta, który jest przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu i umożliwia zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami i umożliwia zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów.

Mocowanie pasuje do aparatu nCPAP Infant Flow Advance i SiPAP Infant Flow.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Część nr 13, poz. 1 Prosimy o doprecyzowanie, iż układ oddechowy ma posiadać mocowanie kołyskowe umożliwiające stabilizację generatora na głowie noworodka.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Część 2 Czy Zamawiający dopuści w stent CoCr pokryty abluminalnie biodegradowalnym polimerem PLA nośnikiem BA9, zbudowany na platformie charakteryzującej się: możliwością przeprężania stentów-2.25-3.0 do 4.6mm 3.5-4.0 do 5.9 mm, cell opening- 1.37, podatność na ściskanie wzdłużne (longitudinal compressin) -3.85% recoil- 2.95%,

koncentracja leku-15.6 µg/mm, grubość strutów-84,88, średnice-2.25-4 mm, długości-9-36 mm, a w części drugiej japońskie cewniki do CTO w systemie RX, średnice 1mm do 4 mm?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

„Część 3 Czy Zamawiający dopuści stent CoCr pokryty abluminalnie biodegradowalnym polimerem PLA nośnikiem BA9, zbudowany na platformie charakteryzującej się: możliwością przepiężania stentów-2.25-3.0 do 4.6mm 3.5-4.0 do 5.9 mm, cell opening - 1.37, podatność na ściskanie wzdłużne (longitudinal compressin)-3.85% recoil - 2.95%, koncentracja leku-15.6 µg/mm, grubość strutów-84,88, średnice-2.25-4 mm, długości -9-36 mm?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

„Część nr 9 – watki neurochirurgiczne Czy Zamawiający dopuści watki neurochirurgiczne z nitką wykonane ze 100% bawełny, w poniższych rozmiarach:

Poz.1 - 13x13mm;

Poz.5 – 70 x 100 mm,

spełniające pozostałe parametry, pakowane zbiorczo po 20 blistrów w kartonie z odpowiednim przeliczeniem ilości ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„Dotyczy § 7 wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych na następujące:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

„Dotyczy pakietu nr 5 Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 5, pozycji nr 4 – opaska uciskowa. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej licznie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.03.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak