

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 02.04.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa środka odkażającego, preparatu do manualnej dezynfekcji i mycia narzędzi” - nr sprawy 32/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„1 do części nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi i endoskopów, płyny w koncentracji, oparty na synergistycznym kompleksie enzymów różnych klas, oraz czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnej aminowej, bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, do stosowania manualnego i w myciu ultradźwiękowym, skutecznie usuwający biofilm i zanieczyszczenia organiczne, posiadający związek antykorozyjny potwierdzone badaniami producenta, o pH koncentratu ok. 9, spektrum działania: B (EN 13727) F(C. albicans, A. niger wg EN 13624), Tbc (M. terrae, M. avium wg EN 14348) , V (Adeno Polio Noro wg EN 14476) w czasie do 15 minut i stężeniu 0,5% w obecności zanieczyszczeń organicznych w opakowaniu a 5L i a 1L z dozownikiem przelewowym będący wyrobem medycznym klasy IIb?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Czy zamawiający dopuszcza preparat spełniający wszystkie wymogi zawarte w SIWZ a konfekcjonowany w opakowania 1000ml w systemie zamkniętym, z przeliczeniem ilości? Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany dozowników. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie ilości dozowników wymagających wymiany.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości. Ilość dozowników to 1300 sztuk.

Pytanie nr 3:

„Część 1

Czy zamawiający wymaga preparatu do dezynfekcyjnego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum i jak najkrótszym czasie działania: bakteriobójczego zgodnie z normą EN 13727 – 15 sek., drożdżobójczy zgodnie z normą EN 13624 – 15 sek. i wirusobójczego zgodnie z normą EN 14476 (Adenowirus, Poliowirus) – 30 sek. oraz aktywność wobec HBV, HCV i HIV”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Część 1

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia preparatu do dezynfekcji o zawartości min.89 g etalonu oraz składnikami chroniącymi i nawilżającymi skórę takimi jak witamina E, gliceryna i pantenol w opakowaniu w bezpiecznym systemie zamkniętym.”

Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5:

„Część 1

Prosimy o określenie ilości dozowników jakie oferent powinien wymienić na swój koszt w przypadku zaproponowania preparatu w wkładach nie pasujących do obecnie używanych dozowników przez zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Ilość dozowników to 1300 sztuk.

Pytanie nr 6:

„Część 1

Czy zamawiający w pakiecie 1 wymaga preparatu do dezynfekcyjnego do rąk w systemie zamkniętym ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy pak. nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że preparat powinien posiadać działanie prątkobójcze wobec *M. avium* oraz *M. terrae*?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy pak. nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie koncentratu o lekko zasadowym pH o spektrum działania: B, F, Tbc (*M. avium*, *M. terrae*), V (HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut i stężeniu roztworu roboczego 0,5%, posiadającego doskonałe właściwości myjące, w ten sposób zabezpieczając narzędzia przed utrwaleniem zanieczyszczeń oraz przed powstawaniem biofilmu? Preparat zawiera inhibitory korozji i wykazuje wysoką kompatybilność materiałową potwierdzoną przeprowadzonymi badaniami zgodnie z międzynarodowymi standardami ASTM, które potwierdzają, że preparat nie jest korozyjny. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co przedłoży się na większą konkurencyjność i wybór przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Część nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, który dzięki efektywnemu połączeniu kompleksu trójenzymatycznego oraz substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry oraz gwarantuje zgodne z zaleceniami RKI wstępne przygotowanie wyrobów medycznych do ich dalszego reprocessowania. Preparat nadaje się do stosowania w kąpieli ultradźwiękowej i wykazuje bardzo wysoką tolerancję materiałową, potwierdzoną badaniami, posiada wysoką wydajność– 1 litr koncentratu pozwala na otrzymanie 200 litrów roztworu

roboczego, neutralne pH ok. 7.5. Spektrum biobójcze: B, F (C. Albicans), V (HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia) w niskim stężeniu 0,5% - 15 min. Opakowania (z dozownikiem przelewowym z podziałką) a 5L oraz 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Czy zamawiający dopuszcza preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy o pojemności 1000 ml? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza produkt biobójczy spełniający wymagania zamawiającego.

Pytanie nr 11:

„Dotyczy Części nr 1:

Czy Zamawiający oczekuje preparatu spełniającego normy PN-EN 12791 oraz PN-EN 1500 i tym samym wymaga wskazanej skuteczności bójczej w czasie higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.04.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak