

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 09.04.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa stentów samorozprężalnych do tętnicy podkolanowej, podudzia, przewodników, systemu zamykającego, stentów szyjnych dla O. Chirurgii Naczyniowej oraz cewników IVUS wraz z dzierżawą systemu FFR i IVUS dla Pracowni Hemodynamiki” - nr sprawy 35/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pkt.1 i 2:

Stent samorozprężalny do tętnicy udowej i podkolanowej (P1,P2,P3)

- wycinane laserowo z jednego kawałka nitinolu
- helikalna budowa stentu zapewniająca dzięki dużej sile radialnej dynamiczne dopasowanie się do krzywizn naczyń bez zmiany średnicy stentu
- koszulka 5F
- długości systemu wprowadzającego 80cm i 135 cm
- średnica kanału wewnętrznego dla przewodnika 0,035”
- średnice stentów od 5 do 7 mm
- długości stentów od 20 mm do 170 mm . Dostępne również długości 170mm-200mm (koszulka 6F)
- po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG
- minimalna skracałość stentu po rozprężeniu
- multifunkcyjny system uwalniania stentu (jedną ręką)
- Opaski znacznikowe na systemie wprowadzającym rozmieszczone w odstępach co 1 cm ułatwiające lokalizację balonu”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.04.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak