

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 23.04.2019 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Usługa naprawy i wymiany uszkodzonych optyk – sprawa nr 37/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 2 optyki fabrycznie nowej, rok produkcji min. 2018 jako ostatnią partię produkcyjną, nierekondycjonowaną, niepowystawową w stanie kompletnym ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

„Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy modelu oraz numeru seryjnego optyk wymienionych w części nr 3”

Odp. Zamawiającego:

Są to optyki posiadane przez szpital (Storz, Olympus, Stryker). Zamawiający nie wie, która z posiadanych optyk będzie wymagała naprawy.

Pytanie nr 3:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie optyki laparoskopowej full HD 5 mm, 30 stopni o długości roboczej 290 mm dopuści długość roboczą 290 mm (część 1 pozycja 6 – formularz asortymentowo cenowy)”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie optyki histeroskopowej o długości 300 mm, pozostałe parametry bez zmian (dotyczy część 1 pozycja 7)”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elementu pracującego aktywnego, z podłączeniem kabla od góry, z obrotowym systemem zapinania w płaszczu w systemie KARL STORZ., - nietytanowy? (dotyczy część 1 pozycja 15)”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płaszczu przepływowego resektoskopu 26 Fr z obrotowym systemem zapinania elementu roboczego w płaszczu w systemie Karl Storz (dotyczy część 1 pozycja 16)”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie optyki laryngologicznej o długości 180 mm – pozostałe parametry bez zmian.? (dotyczy część 1 pozycja 23)”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szczypiec URS półsztywnych, 5Fr długość robocza 60cm, nieobrotowych, bransze w kształcie mysiego zęba ? (dotyczy część 1 pozycja 24)”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szczypiec URS półsztywnych, 5Fr długość robocza 60cm, nieobrotowych, bransze w kształcie zębów szczupaka? (dotyczy część 1 pozycja 25)”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie optyki artroskopowej full HD, 4 mm, 30 stopni, długość robocza 180 mm, autoklawowalnej, kompatybilnej ze światłowodem oraz głowicą kamery Stryker, z płaszczami kompatybilnymi z oferowana optyką ? (dotyczy część 1 pozycja 4)”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie światłowodu o długości 250 cm – pozostałe parametry bez zmian (dotyczy część 1 pozycja 9)?”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Trokar, śr. 6 mm, dł. 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny (część 1 pozycja 27)?”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Redukcji 11 / 5 mm, kaniula wprowadzana do trokara kompatybilnej z systemem Multiport (część 1 pozycja 28)”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14:

„Czy zamawiający opisując w pozycji nr 20 „zestaw do urethrotomii optycznej” wyrazi zgodę na zaferowanie poszczególnych elementów kompletnego zestawu, czyli odpowiednio ?

- a. Płaszcz uretrotomu SACHSE
- b. Obturator, do zast. z płaszczem uretrotomu 21 Fr
- c. Element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny
- d. Optyka HOPKINS 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna
- e. Płaszcz dodatkowy, do wprowadzania cewnika balonowego, do zast. z płaszczem uretrotomu
- f. Płaszcz dodatkowy, do przepłukiwania i odsysania, do zast. z płaszczem uretrotomu

- g. Łącznik optyki, z kanałem instrumentowym 5 Fr.
- h. Nóż zimny SACHSE do uretrotomu, prosty
- i. Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15:

„Czy cena, którą należy podać za część 1 pozycje 20 ma być łączną kwotą za zestaw składający się z 9 pozycji ?”

Odp. Zamawiającego:

Należy podać cenę z rozbiem na poszczególne pozycje.

Pytanie nr 16:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści umowy § 6 ust. 1 i zmieni karę umowną z wysokości 10% na 1% ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

„Czy zamawiający używając sformułowania „wartość przedmiotu umowy” ma na myśli wartość pojedynczego „przedmiotu zamówienia” wg formularza asortymentowo – cenowego składającego się z 29 różnych pozycji jak również różnych wartości w poszczególnych wierszach?”

Odp. Zamawiającego:

Wartość pojedynczego „przedmiotu zamówienia” wg formularza asortymentowo – cenowego.

Pytanie nr 18:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisach umowy w § 4. Punkt 5 z 10 dni na 20 dni roboczych termin powiadomienia o sposobie załatwienia reklamacji?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu we wzorze umowy § 4. punkt 6 z 14 dni na 20 dni roboczych od daty uznania reklamacji ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.04.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak