



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 14.05.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa odczynników, systemu do nawilżania mieszaniny oddechowej, otwieraczy do drenów, odczynników do cytometru, termometrów, ciśnieniomierzy, pulsoksymetrów” - nr sprawy 42/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„dotyczy części nr 7 pozycji nr 3 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr napalcowy renomowanej amerykańskiej firmy Masimo z technologią Masimo z zakresem pomiaru pulsu 25-240 bpm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„dotyczy części nr 7 Prosimy o wydzielenie z części nr 7 pozycji nr 3 i stworzenie odrębnego pakietu. Pozwoli nam to przygotować dla Państwa korzystną ofertę cenową.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Zadanie 4 pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni u jednego pacjenta. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z odpowiedzią na pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 17.05.2019 roku do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert na dzień 17.05.2019 roku o godz. 10:30.

W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.05.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak