

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 28.05.2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa stentów na balonie, koszulek do tętnicy promieniowej, cewników balonowych, oprzyrządowania jednorazowego użytku oraz stymulatorów rdzeniowych p/bólowych.” - nr sprawy 44/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający w Części nr 7 poz. 4 dopuści łączniki o długości 30-60 cm ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Pytanie do części nr 1 – Stent stalowy rozprężany na cewniku balonowym

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w części nr 1 stentu na balonie o następujących parametrach:

Stentgraft stalowy, pokryty PTFE wewnątrz i na zewnątrz PTFE, zamontowany fabrycznie na balonie,

Średnice od 5,6,7,8,9,10

Długość stentów: 16,22,38,59mm

Długości systemów wprowadzających: 80 i 120 cm

Do przewodnika .035”

Ciśnienie nominalne 8ATM. Średnie ciśnienie rozrywające 12 ATM”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 3:

„dot. Pakietu 1

Czy w pakiecie 1 zamawiający dopuści stent na balonie, kobaltowo – chromowy, kompatybilny z przewodnikiem 0,035 oraz z koszulką 6 F dla wszystkich rozmiarów

Średnice 5-9mm, długości 20-80 mm , długość shaftu 80,120 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 cewnik diagnostyczny o średnicy 4/5 F i świetle 0,035 i 0,038. Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej. Długości cewników 65-100cm. Flush 65, 90, 100 cm-Selective 40,65 cm. Przepływ od 6ml/s do 32ml/s. Wiele rodzajów krzywizn?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 5:

„dot. Pakietu 4

Czy w pakiecie 4 Zamawiający dopuści cewnik pokrywany lekiem paklitaksel w technologii Trans -Pax, posiadający system zabezpieczający przed uszkodzeniem i utratą leku podczas wprowadzania przez zawór hemostatyczny. Cewnik kompatybilny z przewodnikami 0,014 i 0,018 , średnice 2-8mm , długości w zakresie 30-200 mm . Długości cewników 80/90/135/150 cm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

„dot. Umowy depozytowej

Prosimy o doprecyzowanie Części II SIWZ poprzez dodanie § 7 ust. 1a o następującej treści: „Przechowywane towary są własnością Wykonawcy do momentu ich pobrania przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 7:

„dot. Umowy depozytowej

Prosimy o doprecyzowanie Części II SIWZ poprzez dodanie § 7 ust. 3a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany przez Zamawiającego”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 8:

„dot. Umowy depozytowej

Prosimy o doprecyzowanie Części II SIWZ poprzez dodanie § 7 ust. 3b o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności towarów przechowywanych w Banku.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Pytanie do Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści koszulki o długościach 7,5cm oraz 11 cmi nie będzie wymagał koszulek o dł 10 cm ? Posiadamy takie koszulki w naszej ofercie są to jednak introduktory hydrofilne transradialne umieszczenie ich w ofercie znacznie podwyższy cenę składanej oferty.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający dopuści w części numer 7:

- Stymulator rdzeniowy p/bólowy stałonapięciowy, szesnastokontaktowy, z możliwością bezpośredniego podłączenia elektrody do stymulatora, pozwalający pacjentowi na wykonywanie badań MRI całego ciała w aparatach 1,5T niezależnie od poziomu implantacji elektrody,
- Elektrode chirurgiczną szesnastokontaktową dwu lub trójkolumnową, z możliwością podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora, o długości przewodu do wyboru 65 cm lub 90 cm, umożliwiającą pacjentowi wykonywanie badania

MRI niezależnie od poziomu implantacji, wraz z pełnym instrumentarium do wprowadzania elektrod do kanału kręgowego.

- Łączniki o długości do wyboru 20 - 60 cm
- Programator pacjenta”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Do części nr 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik diagnostyczny 4F/5F o dużym świetle/ średnicy wewnętrznej 0,044"/0,050" oraz długości 100 cm dla wszystkich rodzajów krzywizn 4F, 5F oprócz cewnika Pigtail oraz alternatywnie dł.110cm i 130 cm dla cewników typu Pigtail oraz Judkins Prawy 4,0 i Judkins Lewy 4,0? Pozostałe parametry bez zmian."

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 12:

„Do części nr 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy o powłoce lekowej z cząsteczek Paclitaxelu 2,0 µg/mm² kompatybilny z przewodnikami 0,014"(0,35mm) i 0,035" (0,89mm), o ciśnieniu RBP od 12 do 20 atm i średnicy 2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm oraz długością shaftu 90 i 150 cm dla 0,014" oraz 80 i 135 cm dla 0,035"? Pozostałe parametry bez zmian."

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 13:

„Część nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w powyższym zadaniu cewnika balonowego o powłoce lekowej o poniższych parametrach:

Cewnik balonowy o powłoce lekowej składającej się z cząsteczek Paclitaxelu 3,0 µg/mm² oraz nośnika naturalnego dla leku stanowiącego połączenie soli amonowej i kwasu strobilolowego, 3 rodzaje balonów kompatybilnych z przewodnikiem 0,035", 0.018" i 0,014"

ciśnienie RBP od 12 - 16 bar;

średnice 2/3/4/5/6/7/8/9/10mm

długości 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm ;

długość shaftu 80cm, 135cm, 150cm dla 0.035", 0.018", 0,014";

2 widoczne w skopii markery.?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 14:

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 5

Prosimy o dopuszczenie w części 5 w pozycji 7, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych ultrasonograficznych do aparatu EBUS Pentax o wysokiej rozdzielczości HDFNA do stosowania z bronchoskopami, przeznaczonych do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych w obrębie lub obok drzewa tchawiczo-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego do cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej, igła 22G wykonana ze stali nierdzewnej dł. 45mm, przedłużenie 0-5 cm; mandryn wykonany z nitinolu; koszulka PEEK umożliwiająca lepszą punkcyjność i dokładne pozycjonowanie podczas zabiegu, regulowana dł. koszulki, średnica 4,1 Fr dł. 744 mm; strzykawka próżniowa o poj. 10ml; minimalny kanał roboczy 2,0 mm."

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Prosimy o wydzielenie z części 5 pozycji 7 do oddzielnego pakietu."

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.05.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak