

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 11.06.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzeń medycznych” - nr sprawy 46/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Część nr 1 – aparat do znieczulania - 3 sztuki

Pkt. 28, 29 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC oraz tryb wentylacji objętościowo zmienny VC?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, Zamawiający miał na myśli tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC oraz tryb wentylacji objętościowo zmienny VC.

Pytanie nr 2:

„Część nr 1 – aparat do znieczulania - 3 sztuki

Pkt. 67 Czy Zamawiający dopuści automatyczny test szczelności parowników wymagający interakcji z personelem z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Część nr 1 – aparat do znieczulania - 3 sztuki

Pkt. 78 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze sterowaniem poprzez ekran dotykowy, wyposażony w przyciski włączenia/wyłączenia kardiomonitora? Jest to rozwiązanie nowoczesne i praktyczne.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Część nr 1 – aparat do znieczulania - 3 sztuki

Pkt. 91 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do wskaźnika perfuzji, wskaźnik jakości sygnału SpO2?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy SIWZ ust. 7 pkt. 7. 2.2 3)b

prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia katalogów/materiałów informacyjnych zawierających numery katalogowe oferowanych produktów. Numery katalogowe podlegają częstym zmianom i w związku z tym nie są elementem ujętym w treści materiałów informacyjnych opracowanych przez producenta urządzeń medycznych. Pozostawienie wymagania w obecnym kształcie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt

braku wyszczególnienia numerów katalogowych w folderach czy materiałach źródłowych producenta.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych bez numerów katalogowych.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy wzoru umowy §2 pkt. 11

Prosimy Zamawiającego o określenie liczby osób szkolonych przez Wykonawcę.”

Odp. Zamawiającego:

Należy przeszkolić około 50 osób.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy wzoru umowy §6 pkt. 2,3,4

Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy wzoru umowy §6 pkt. 2, 3,4

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie pozostawić słowo „zwłoka” oraz wykreślić słowo „opóźnienie”.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.06.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak