



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 14.06.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej” - nr sprawy 53/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy Części nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 5-11 cm? Reszta bez zmian.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy Części nr 1 poz. 3 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 10-15 cm? Reszta bez zmian.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy Części nr 1 poz. 4 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 14-26 cm? Reszta bez zmian.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy Części 1 poz. 26,34,38,39,40 Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 26,34,38,39,40 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy Części nr 1 poz. 36 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie opasek mocujących do czujników typu Y z otworami okrągłymi, wykonane z pianki, zapinane na rzepy, dla pacjentów w każdym przedziale wiekowym w opakowaniu po 25szt.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy Części nr 2 poz. 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie ilości odprowadzeń.”

Odp. Zamawiającego: Ilość odprowadzeń 7.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy Części nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający z uwagi na niejednołity charakter produktów zawartych w pakiecie 16 wydzielił pozycje: 1 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie.

Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z posród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy Części nr 16 poz. 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.”

Odp. Zamawiającego: REF czujnika przepływu 2089610-001-S, REF czujnika tlenu M-10

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zgodnie z art. 24. ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający wyraził zgodę na wydzielenie z część nr 5, pozycji nr 27 żarówka do źródła światła STORZ Xenon Nowa 175 (sama żarówka) oraz 28 żarówka do źródła światła STORZ Xenon Nowa 300 (sama żarówka) z zachowaniem ilości podanych w SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Dotyczy Części 1 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie mankietów NIBP o wymiarach 6-11 cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Dotyczy Części 1 poz. 2-3 Prosimy o dopuszczenie mankietów NIBP o wymiarach 10 - 15 cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Dotyczy Części 1 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie mankietów NIBP o wymiarach 20.5 - 28 cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Dotyczy Części 1 poz. 6 Prosimy o dopuszczenie mankietów NIBP o wymiarach 27-35 cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Dotyczy Części 1 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie mankietów NIBP o wymiarach 34-43 cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Dotyczy Części 1 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie mankietów NIBP o wymiarach 27-35 cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Dotyczy Części 1 poz. 34 Prosimy o określenie, czy czujnik powinien być w technologii Masimo RED czy Masimo SET.”

Odp. Zamawiającego: Czujnik powinien być w technologii Masimo RED.

Pytanie nr 18:

„Dotyczy Części 1 poz. 40 Prosimy o określenie, czy czujnik powinien być w technologii Masimo RED czy Masimo SET.”

Odp. Zamawiającego: Czujnik powinien być w technologii Masimo RED.

Pytanie nr 19:

„Dotyczy części 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ile odprowadzeń mają mieć kable pacjenta w części 2. Do rejestratora DMS300-3A można podłączyć kable 5 i 7-odprowadzeniowe.”

Odp. Zamawiającego: Ilość odprowadzeń 7.

Pytanie nr 20:

„Dotyczy wzoru umowy Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy §2 ust. 2 wzoru umowy, który określa, że Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia, dotyczy akcesoriów typu kable czy głowice. Jeśli tak prosimy o odstąpienie od tego wymogu i dopuszczenie wysyłki sprzętu. Wysyłka sprzętu obniży koszty oferty cenowej, a szkolenie nie jest potrzebne, ponieważ Zamawiający zna sprzęt i przedmiotem przetargu są tylko akcesoria do na codziennie używanego sprzętu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wysyłkę. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, w zakresie: obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia, jeżeli jest wymagane.

Pytanie nr 21:

„Dotyczy wzoru umowy Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy §3 ust. 2 wzoru umowy, dotyczy przedmiotu przetargu jakim są akcesoria do sprzętu medycznego. W umowie jako termin dostawy jest określone 5 dni roboczych na dostawę. Termin ten jest na tyle, krótki, że wcześniej powiadomienie Zamawiającego nie jest konieczne.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 22:

„Dotyczy wzoru umowy Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy §4 ust. 1 wzoru umowy, dotyczy przedmiotu przetargu jakim są akcesoria do sprzętu medycznego. W przypadku dostawy tego rodzaju zamówień nie jest koniecznym odbiór z udziałem Wykonawcy. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 23:

„Dotyczy wzoru umowy Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust. 4-7 wzoru umowy poprzez dodanie do podanych terminów określenia „dni robocze.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 24:

„Dotyczy Części 2 Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymaganej gwarancji dla kabli pacjenta (część 2) do 6 m-cy. Gwarancja 12 m-cy jest gwarancją dłuższą niż wystawia producent sprzętu. Jej zwiększenie spowoduje podwyższenie kosztów.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

„Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu dostawy do 8 dni roboczych”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 26:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaofertowania kart katalogowych produktów bez ujętego numeru katalogowego, gdyż numer katalogowy wpisywany jest do formularza cenowego, a więc Zamawiający będzie o nim poinformowany.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którymś mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanej części zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 28:

„Dotyczy Części nr 20 pkt.1 Czy Zamawiający dopuści opisane sondy w wersji jednorazowego użytku pakowane po 10 szt.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29:

„Dotyczy Części nr 20 pkt.2 Czy Zamawiający dopuści opisane sondy w wersji jednorazowego użytku pakowane po 10 szt.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30:

„Dotyczy Części nr 20 Czy Zamawiający dopuści wielorazowy adapter łączący sondy jednorazowego użytku z aparatem oraz wskaże ilości w formularzu asortymentowo – ilościowym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31:

„Dotyczy Części nr 1 poz. 2 Czy zamawiający dopuści mankiet spełniający warunki o wymiarze 10-19cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

„Dotyczy Części nr 1, poz. 4 Czy zamawiający dopuści mankiet spełniający warunki o wymiarze 18-26cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.06.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

