

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 25.06.2019

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa kardiowerterów, stymulatorów, cewników ablacyjnych i elektrod oraz dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D”  
- nr sprawy 49/PN/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Dotyczy Części nr 7

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie cewnika, dedykowanego do ablacji cieśni o jednej krzywiznie.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:**

„Dotyczy Części nr 7

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie cewnika diagnostycznego 4-biegunowego, o co najmniej dwóch różnych wzorach odległości między biegunami dla krzywizn Josephson, Courmand, Damato oraz jednym wzorze dla krzywizny Multipurpose oraz His.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3:**

„Dotyczy Części nr 14

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzeń z terapią ATP typu Burst i Ramp? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy używania programatora, której wzór przesyłamy w załączeniu?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 5:**

„Pytanie do zadania 5

Czy Zamawiający dopuszcza introduktor do łatwego umieszczania elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka – rozszerzacz. Po wprowadzaniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na 2 części. Rozmiar oznaczony jest na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne. Zestaw spełnia standardy ISO11070.

Zestaw składający się z rozszerzacza wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15 % siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9 % tlenku bizmutu). Prowadnik 0,038”, długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej końcówką „J” (promień 3 mm) wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik

umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczenia końcówki „J” w igle. Igła introduktora rozmiar 18 G, długość 7 cm. Strzykawka pojemność 10 ml. 5-16 F, 13,5 cm.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 punkt 1)

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia kardiowerter defibrylator ICD VR, ICD DR?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 16)

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia z możliwością manualnego pomiaru progów stymulacji?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 18 )

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia o trybach pracy DDD, DDDR, DDI, DDIR, VVI, VVIR, AAI, AAIR, AAI – DDD, AAIR – DDDR, ODO, VOO, AOO, DOO?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 20 )

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia posiadające trendy rytmu serca od ostatniej kontroli i sprzed kontroli urządzenia, oraz dane diagnostyczne CardiacCompas przedstawiające diagnostykę dotyczącą niewydolności serca pacjenta?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 35 )

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia nie posiadające możliwości pomiaru oporności klatki piersiowej?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 39 )

Czy Zamawiający zaakceptuje elektrody dopuszczone do skanowania MRI bez stref wykluczeni, o długości w zakresach 55-65 cm ?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 40 )

Czy Zamawiający zaakceptuje elektrody o średnicy  $\leq 8,6\text{fr}$ ?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 56)

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia o trybach pracy DDD, DDDR, DDI, DDIR, VVI, VVIR, AAI, AAIR, ODO, VOO, AOO, DOO?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 60)  
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające Cardiac Compass - diagnostykę dotyczącą niewydolności serca w postaci trendów obejmujących okres 14 miesięcy?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 62)  
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z programowalnym V-V delay LV-RV, RV-LV w zakresie 0-80ms?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 63)  
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z polarnością LV bipolar i quadripolar?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 68)  
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z możliwością dostarczenia energii 36J?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 70)  
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z możliwością zmiany konfiguracji impulsu dwufazowego poprzez zmianę wektora przesyłu terapii wysokoenergetycznej A>B, B>A, AX>B, B>AX?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 72)  
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia posiadające możliwość pomiaru impedancji klatki piersiowej w standardach IS4/DF4, IS1/DF1, IS1/DF4?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 74)  
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia posiadające możliwość wykonania badania MRI w awrunkach 1,5 i 3,0 tesla bez stref wykluczeń w standardach IS4/DF4, IS1/DF1, IS1/DF4?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 elektrody endokawitarne przezżyłne do ICD punkt 80 )

Czy Zamawiający zaakceptuje elektrody czteropolowe o trzech krzywiznach i odległościami pomiędzy pierścieniami 1 do 2 21mm, 2 do 3 1,3mm, 3 do 4 21mm?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 elektrody endokawitarne przezżyłne do ICD punkt 85 )

Czy Zamawiający zaakceptuje elektrodę dedykowaną do pęczka Hisa o średnicy 4,1 fr?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 stymulatory z funkcją stymulacji dwukomorowej CRTP punkt 11 )

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające tryby stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO ?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 stymulatory z funkcją stymulacji dwukomorowej CRTP punkt 18 )

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające możliwość zaprogramowania trybów 50HZ Burst, Fixed Burst, PES, Ramp, Burst, Ramp +, Burst +?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25:**

„dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 stymulatory z funkcją stymulacji dwukomorowej CRTP punkt 21 )

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające Cardiac Compass - diagnostykę dotyczącą niewydolności serca w postaci trendów obejmujących okres 14 miesięcy?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 elektrody do LV i zestaw do wenografii i intubacji CS punkt 77-85 – punkt 2)

Czy Zamawiający dopuści elektrody przedsionkowe i komorowe aktywne i pasywne dwubiegunowe?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27:**

„(dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 elektrody do LV i zestaw do wenografii i intubacji CS punkt 77-85 – punkt 4)

Czy Zamawiający dopuści elektrody przedsionkowe (kształt J) w zakresie długości 45 -53cm?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 28:**

**„dotyczy części 6**

Proszę o doprecyzowanie, który wzór umowy dotyczy części 6.

Zamawiający w formularzu asortymentowo ilościowym w części 6 wymaga wyceny użyczenia kriokonsoli, natomiast załączone wzory umów nie uwzględniają formy użyczenia sprzętu.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Umowa dzierżawy dotyczy również użyczenia kriokonsoli.**

**Pytanie nr 29:**

**„dotyczy umowy dzierżawy**

Czy wzór umowy dzierżawy dla części nr 12 dotyczy również części 6?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Tak.**

**Pytanie nr 30:**

**„dot. umowy dzierżawy – jeśli dotyczy również części nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów par. 2 umowy dzierżawy:

z „Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem niżej wymienionych urządzeń: (...)”

na: „Wydzierżawiający oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania niżej wymienionymi urządzeniami, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy: (...)”

Urządzenia, które będą podlegały **dzierżawie lub użyczeniu w części 6** są własnością jednej ze spółek z grupy kapitałowej Wykonawcy, a Wykonawca ma pełne prawo do dysponowania nimi.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający wprowadzi powyższy zapis w umowie dzierżawy dla części nr 6.**

**Pytanie nr 31:**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości **niezrealizowanej części** umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia.**
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części zamówienia.**
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanej części zamówienia.**”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 32:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. umowy depozytu).”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pracownicy zamawiającego w pierwszej kolejności wykorzystują towar z najkrótszym terminem ważności.**

**Zgodnie z art. 38 ust 6 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

**Ofertę należy złożyć do dnia 03.07.2019 do godziny 9:00**

**Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.07.2019 r. o godzinie 11:00**

**Zmianie ulega pkt 14 i 15 IDW.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.06.2019 r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
**Piotr Feszak**

