



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 09-07-2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia jednorazowego użytku” - nr sprawy 52/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Pakiet nr 4, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pętle druciane obwód koła 40 mm.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Pakiet nr 4, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pętle druciane obwód koła 50 mm.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Pakiet nr 4, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, drut śr. 0,3 mm.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Część nr 12.

Czy zamawiający dopuści Iglę firmy Laborie Medical Technologies j jednorazowego użytku do podawania botoksu 35 cm, 23 G do cystoskopów sztywnych z regulacją głębokości wkucia?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Część nr 27.

Czy zamawiający dopuści próżnociąg położniczy jałowy „KIWI”, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni, w postaci czytelnej podziałki. Dodatkowo próżnociąg posiada wskaźnik siły ciągnięcia, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Próżnociąg posiada atraumatyczne miseczki o średnicy 50mm lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 6:

„Część 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,12 % roztworem chloheksydyny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Część 22, pozycja 1

Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje 270 kompletów elektrod (270 par)?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Czy zamawiający wymaga, aby w zestawie do laparoskopii, znajdowały się następujące pozycje:

- ✓ strzykawka 20 ml, 2-częściowa przezroczysta - 1 szt
- ✓ igła iniekcyjna 1,2 - 1 szt
- ✓ igła iniekcyjna 0,8- 1 szt
- ✓ haczyk laparoskopowy o dług 33 cm i śr. 5 mm z antyrefleksową powierzchnią i dodatkową izolacją przy końcówce roboczej. Elektroda w kształcie litery L. Przyłącze monopolarne z wejściem koszyczkowym. - 1 szt

opatrunek włókninowe z wkładem chłonnym, samoprzylepny rozm. 9x15 cm 5x10 - 1 szt, 5x7 cm 3x4cm- 2 szt ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Części nr 34

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłaniające, jednowłóknowe, polipropylenowe, bez katalogowego opisu „z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła?””

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Część 11, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania elastycznej opaski do uciskania żyły przy pobieraniu krwi dostępnej w minimum 2 kolorach, np. z przeznaczeniem jednego z kolorów dla pacjentów seropozytywnych?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Część 11, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania elastycznej opaski do uciskania żyły z fabrycznie nadrukowaną (nie naklejoną) instrukcją użycia?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Część 14, poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści przyklepic pakowany a’12 szt.?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Część 14, poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Część 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na rolce?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Część 14, poz. 4, 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Część 14, poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym z 80% włókien naturalnych i 20% poliestru?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Część 14, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z przecięciem wzdłuż dłuższego boku?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„Część 14, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

„Część 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład zbudowany z warstw:

-włóknina polipropylenowa,

-warstwa celulozowa,

-pulpa celulozowa,

-warstwa celulozowa,

-folia PE?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wchłaniałości min. 850 ml

Pytanie nr 20:

„Część 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z

klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:

„Część 29, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki zbiorcze z filtrem węglowym o poj. 1500 ml pakowane a'2 szt. z przeliczeniem na 15 zestawów?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 22:

„ZADANIE 28 POZ. 1-5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-5 z pakietu 28. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

„ZADANIE 28 POZ. 1,2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przedłużaczy do pomp infuzyjnych bez szkodliwych ftalanów?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

„ZADANIE 28 POZ. 3

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu bez zaczepu na dren - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

„ZADANIE 28 POZ. 4

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez dodatkowego portu do iniekcji, bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta komora wykonana z medycznego PVC, z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu bez zaczepu na dren - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

„ZADANIE 28 POZ. 5

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójplaszczynowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu bez zaczepu na dren, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

„Czy zamawiający dopuści w Części nr 17, poz. 1:

20 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez wypustki środkującej,

oraz

2 szt. igieł wielorazowego użytku spiralnych, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, nie połączone z taśmami, do implantacji przez otwory zasłonięte?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28:

„Czy zamawiający dopuści w Części nr 17, poz. 2:

3 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez wypustki środkującej,

Oraz

1 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, nie połączone z taśmami ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29:

„Pakiet 14 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a 22 szt.?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

„Pakiet 14 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a 12 szt.?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

„Pakiet 14 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a 16 szt.?”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

„Pakiet 14 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści plastry pokryte klejem akrylowym, który jest klejem nieuczulającym?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

„Pakiet 14 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x7,2 cm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34:

„Pakiet 14 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek na ranę z wkładem chłonnym wiskozowo-poliestrowym?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

„Pakiet 14 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek samoprzylepny na ranę z wkładem chłonnym z włókniny wiskozowo-polipropylenowo-polietylenowej pokrytej mikroperforowaną folią polietylenową zapobiegającą przywieraniu do rany, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

„Pakiet 14 poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z przecięciem wzdłuż dłuższego boku?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37:

„Pakiet 18:

Na rynku nie występują podkłady chłonne, w których warstwą chłonną jest papier. Czy Zamawiający dopuści podkłady z warstwą chłonną z pulpy celulozowej?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38:

„Pakiet 18:

Czy Zamawiający mógłby określić chłonność minimalną podkładu? Chłonność wiąże się z grubością wkładu chłonnego i wpływa znacząco na cenę.”

Odp. Zamawiającego:

Min. 850 ml.

Pytanie nr 39:

„Pakiet 18:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów o minimalnej chłonności 850 ml?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje podkładów o minimalnej chłonności 850 ml.

Pytanie nr 40:

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41:

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2-4 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „lub opóźnienia”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.””

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42:

„Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 8 ust. 3 pkt 5) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43:

„Dotyczy Części 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód bez powłoki antybakteryjnej ale wykonany z rur gładkich w środku, co w równym stopniu zapobiega zaleganiu bakterii w obwodzie oddechowym?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44:

„Dotyczy Części 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układy o długości rur 1.8m, przy spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

„Dotyczy Części 24 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane w całości z silikonu, bez oznaczenia kolorystycznego, w rozmiarach 4 i 5?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46:

„Dotyczy Części 24 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne profilowane bez zawartości PCV, z zaczepem kodowanym kolorystycznie?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47:

„Dotyczy Części 24 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2m?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48:

„Dotyczy Części 24 poz. 16 -17

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z PCV?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49:

„Dotyczy Części 24 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, kompatybilną z MRI, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wklonowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankieta umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50:

„dotyczy zapisów SIWZ pkt 7.4.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ i ustawy Pzp „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy...”

Pytanie nr 51:

„Część nr 14 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego w kartonik a 12 sztuk.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 52:

„Część nr 14 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na rolce.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53:

„Część nr 14 poz.5-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku samoprzylepnego:

- wykonanego z materiału zewnętrznego – 100% włókniyny PET Spunlace
- o włókninie chłonnej wykonanej w 75% z włókien wiskozowych i w 25% z włókien PET (pokrytej nieprzylepną siateczką z PE)
- z silikonową osłonką.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54:

„Dot. Załącznik nr 2 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 31

Czy Zamawiający w ww. części dopuści produkty zalecane i certyfikowane przez producenta asortymentu?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55:

„Część 14 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56:

„Część 28 po. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową długości 62mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57:

„Część 28 po. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową długości 62mm z długością drenu 180 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58:

„Część 28 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59:

„Część 28 po. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy o długości drenu 150 cm bez łącznika do dodatkowej iniekcji.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60:

„Część 28 poz. 8, poz. 9, poz. 11, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61:

„Część 28 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62:

„Część 28 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych bez zastawki antyrefluksowej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63:

„Pakiet 12

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do podawania botoksu 35 cm, 22G.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający oczekuje, aby igła posiadała 4mm cienki koniec, który zapewni bezpieczne podanie botoksu i zapobiega przebiciu mięśniówki.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64:

„Pakiet 21 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozszerzań z rozrywalną koszulką w rozmiarach: 6,8,10.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65:

„Pakiet 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. ”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66:

„Pakiet 30

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy opakowanie zestawu do toalety jamy ustnej ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed

otwarcie opakowania? Takie rozwiązanie zapobiega kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowania procedury oraz pozwala na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na jej wykonanie.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga by opakowanie pełniło funkcję pojemnika a na płyn.

Pytanie nr 67:

„Pakiet 30

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestaw zawierający szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania - będącą inwazyjnym wyrobem medycznym stosowanym przez otwory ciała, niebędącą chirurgicznym inwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinien być zarejestrowany w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyrób medyczny klasy IIa?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.07.2019 do godziny 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.07.2019 r. o godzinie 11:00

Zmianie ulega pkt 14 i 15 IDW.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.07.2019 r.

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jarosław Rzeczkowski

