



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 10.07.2019 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „System próżniowy do pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora OB kompatybilnego z oferowanym systemem”
- nr sprawy 63/PN/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy poz. 6 wymagań dotyczących systemu zamkniętego do pobierania krwi żyłnej metodą próżniową w zał. nr 2 do SIWZ. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie probówek z etykietami, na których data przydatności do użycia wyrażona jest w formacie yyyy-mm-dd.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuszcza próbki do koagulologii z podwójną ścianką (poz. 7. zał. nr 2 do SIWZ), o objętości pobieranej krwi 0,9 ml, a w próbce występuję 0,1 ml odczynnika, na etykietach w/w probówek podana jest liczbowo łączna pojemność tj. 1 ml (objętość pobranej krwi wraz z odczynnikiem).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy poz. 12 wymagań dotyczących systemu zamkniętego do pobierania krwi żyłnej metodą próżniową w zał. nr 2 do SIWZ. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie probówek z trombiną i żelzem (poz. 17 zał. nr 2 do SIWZ), których czas wykrzepiania wynosi standardowo 5 minut, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówek do koagulologii z poz. 7. zał. nr 2 do SIWZ z okresem trwałości minimum 3 miesiące od dnia dostarczenia do Zamawiającego.

Uzasadnienie: Data przydatności wynika z niewielkiej pojemności próbki oraz występowania w próbce odczynnika w formie płynnej. Probówki te pakowane są jedynie po 50 szt, w związku z tym przy bieżących dostawach do Zamawiającego nie ma groźby przeterminowania probówek.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie nazwy systemu informatycznego z jakiego korzysta laboratorium.”

Odp. Zamawiającego: ATD Software Proflab.

Pytanie nr 6:

„Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza próbówki do mikrometody do morfologii (poz. 18, zał.nr 2 do SIWZ) niesterylne, tym samym nie posiadające na etykiecie znacznika sterylności. Specyfika pobierania krwi za pomocą próbek do mikrometody polega na uprzednim otwarciu próbek jeszcze przed faktycznym pobraniem krwi od pacjenta, w trakcie pobierania krwi do mikropróbówek nie ma również możliwości do wystąpienie zjawiska przepływu wstecznego krwi, w związku z powyższym próbki do mikrometody nie podlegają wymogowi sterylności. Z w/w mikropróbówek nie wykonuje się również żadnych posiewów mikrobiologicznych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.)”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez Zamawiającego w punkcie 15 tabeli parametrów granicznych automatycznego czytnika OB. wymogu pokrycia kosztów podłączenia czytnika do systemu komputerowego Szpitala oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczalne. Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z podłączeniem czytnika do kwoty dzierżawy?”

Odp. Zamawiającego: Koszt związany z podłączeniem czytnika Wykonawca uwzględnia w formularzu asortymentowo – ilościowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu system pochodzący od jednej grupy kapitałowej i stanowiący jedną spójną całość, w którym wszystkie elementy (igła systemowa, uchwyt i próbówka) tworzą jeden system?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.07.2019 r.

**Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych**

Jarosław Rzeczkowski