

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 22.07.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku” - nr sprawy 62/PN/2019.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający w postępowaniu nr 62/PN/2019 „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”, PARAMETRY WYMAGANE - CZĘŚĆ NR 49 poz. 2 miał na myśli wytrzymałość 1200 – 1500 PSI?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 2. Dotyczy części 27, pkt. 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę stymulacyjną bipolarną do aparatu EMG typ Keypoint Workstation. Średnica 7 mm, z kablem dł. 2 m?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3. Dotyczy części 27, pkt. 2:

Czy Zamawiający wymaga elektrody jednorazowej, powierzchniowej, samoprzylepnej, nieżelowanej, o powierzchni czynnej 7 x 4 mm, z kablem długości 8 cm, wtyk TP 0,7 mm, a' 50 szt.?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4. Dotyczy części 27, pkt. 4:

Czy Zamawiający wymaga kabla do elektrod jednorazowych powierzchniowych, dwużyłowego, ekranowanego, wtyk 2 x TP 0,7 mm / DIN, długość 2 m?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5. Dotyczy części 27, pkt. 6:

Czy Zamawiający wymaga elektrody igłowej, koncentrycznej, jednorazowej, o konstrukcji stalowej z wolframowym rdzeniem i powłoką silikonową, długość 50 mm, średnica 0,46 mm, powierzchnia czynna 0,07 mm², (1 op. - a' 25 szt.)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6. Dotyczy części 27, pkt. 7:

Czy Zamawiający wymaga elektrody igłowej, koncentrycznej, jednorazowej, o konstrukcji stalowej z wolframowym rdzeniem i powłoką silikonową, długość 37 mm, średnica 0,46 mm, powierzchnia czynna 0,07 mm², (1 op. - a' 25 szt.)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7. Dotyczy części 27, pkt. 8:

Czy Zamawiający wymaga elektrody powierzchniowej, uziemiającej, opaskowej 10 cm z odłączalnym kablem 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 8. Dotyczy części 27, pkt. 9:

Czy Zamawiający wymaga elektrody powierzchniowej, uziemiającej, opaskowej 18,5 cm z odłączalnym kablem 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 9:

Pakiet nr. 24. Czy zamawiający po pojęciem „Osłonka jednorazowego użytku do Termometru Genius 2” rozumie osłonki do pomiaru temperatury w uchu poniższego termometru?



Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 10:

Pakiet nr. 24 W związku z tym iż fabrycznie osłonki pakowane są w pakietach po 96 szt, czy zamawiający w przypadku realizacji będzie zamawiał osłonki w ilości min. 96 szt. oraz wielokrotności tej liczby?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni

do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z pakietu 43 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Części nr 2 poz. 1: Biorąc pod uwagę, że produkt opisany przez Zamawiającego w ramach Części nr 2 Pozycja nr 1 jest pakowany przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu, a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Odp. Zamawiającego:

Zmiana ilości na 66 sztuk, Formularz asortymentowo-ilościowy dla części nr 2 po modyfikacji stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Części nr 5 poz. 1, 2, 5, Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Części nr 5 Pozycje nr 1, 2, 5 są pakowane przez wytwórcę po następująco 3, 6 oraz 12 sztuk w opakowaniu, a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

Odp. Zamawiającego:

Zmiana ilości:

Poz. 1 – 18 szt.

Poz. 2 – 6 szt.

Poz. 3 – 12 szt.

Formularz asortymentowo-ilościowy dla części nr 5 po modyfikacji stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Części 38 Czy Zamawiający dopuści nebulizatory mikrobiologicznie czyste?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 16:

Dotyczy część nr 16, poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

Dotyczy część nr 16, poz.15-16

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły do penów i korków do kaniul w opakowaniach a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 18:

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 5/0 o dł. 50cm z jedną igłą o dł. 13mm odwrotnie tnącą, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 6/0 z dwoma igłami odwrotnie tnącymi o krzywiznie 5/16 LUB z dwoma igłami typu szpatułka o dł. 6,5mm i krzywiznie 3/8, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 7/0 z dwoma igłami typu szpatułka z mikroostrzem o dł. 6,5mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 4 Zamawiający dopuści nić 8/0 z dwoma igłami, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 5 Zamawiający dopuści nić 8/0 z dwoma igłami typu szpatułka z mikroostrzem, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

Dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie siatek jak w opisie lecz o gramaturze 55g/m².

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 24:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 15, 20, 21 z pakietu 16 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie faworyzuje konkretnych dostawców, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:

Część nr 16 Poz. 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z przeliczeniem zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26: **Część nr 16** Poz. 22 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły rozmiar 1.8x40mm

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Czy zamawiający dopuści igłę bez otworu bocznego? Taki rodzaj igły stosuje się tylko w przypadku leków pniących.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28: **Część nr 16** Poz. 23-24.

Czy zamawiający dopuści strzykawkę do pomp 50/60?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 29:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki innego producenta jak wskazana w opisie przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 30: Część nr 21

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane strzykawki pochodziły od jednego producenta?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane strzykawki były kompatybilne z lekami cytostatycznymi?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 32:

Czy zaofertowane strzykawki mają być wykonane w całości z polipropylenu (tłok strzykawki oraz korpus)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 33:

Dotyczy załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 43

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-5 i 7 kaniulę dożylną sterylną, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. Wykonane z biokompatybilnego poliutetanu nowej generacji (badania kliniczne). Hypoalergiczne, termoplastyczne, odporne na zginanie (tzw. pamięć kształtu) z samodomykającym się portem iniekcyjnym oraz zastawka bezzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi, elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie, widoczne w rtg dzięki 6 paskom cieniującym:

1. 16Gx1,8mm x dł.45mm x przepływ 236ml/min (szary)
2. 17Gx1,5mm x dł.45mm x przepływ 133ml/min (biały)
3. 18Gx1,3mm x dł.45mm x przepływ 103ml/min (zielony)
4. 18Gx1,3mm x dł.32mm x przepływ 103ml/min (zielony)
5. 20Gx1,1mm x dł.32mm x przepływ 67ml/min (różowy)
7. 22Gx0,9mm x dł. 25mm x przepływ 42ml/min (niebieski)

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 kaniulę bezpieczna, bez portu górnego, z biokompatybilnego poliuretanu, wysoka odporność na zginanie, wysoka biokompatybilność, redukuje częstotliwość zachorowań na zakrzepowe zapalenie żył, 6 wtopionych pasków radiocieniujących, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, kompatybilna z MRI, igła z otworem przy ostrzu, który potwierdza umieszczenie kaniuli w żyłę (24-20G), Podzielna membrana minimalizuje ryzyko rozprysku krwi i wycieku krwi z nasadki cewnika, otwierana przy pierwszym podłączeniu męskiej końcówki Luer, wyposażona w filtr hydrofobowy, mechanizm zabezpieczający z przyciskiem aktywującym automatyczne chowanie igły, igła całkowicie chowa się w osłonce, chroniąc przed zakłuciem i rozprysnięciem krwi 20 G 1,04-1,12mm x 25 mm, przepływ 63 ml/min. (różowy)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnątrz na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 525ml/min. zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami oraz lekami chemioterapeutycznymi.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36:

Czy w związku z wycofywaniem z produkcji kaniuli noworodkowej, pediatrycznej wykonanej z PTFE (teflon), Zamawiający wymaga w poz. 9 kaniuli dożylniej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych wykonanej z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Posiadająca wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). W następujących rozmiarach do wyboru przez zamawiającego: 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37:

Czy w związku z wycofywaniem z produkcji kaniuli noworodkowej, pediatrycznej wykonanej z PTFE (teflon), Zamawiający wymaga w poz. 10 kaniuli dożylniej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych wykonanej z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Posiadająca wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). W następujących rozmiarach do wyboru przez zamawiającego: 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 11-16 kaniulę dożylną, bezpieczną- sterylną, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. Wykonane z biokompatybilnego poliotetanu nowej generacji (badania kliniczne). Hypoalergiczne, termoplastyczne, odporne na zginanie (tzw. pamięć kształtu) z samodomykającym się portem iniekcyjnym oraz zastawka bezzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi, elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie, dzięki 6 paskom cieniującym widoczne w rtg. Konstrukcja kaniul eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń. Posiadające plastikową osłonkę z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią, która w pełni zamyka ostrze i światło igły.

11. 16Gx 1,8mm x dł. 45x przepływ 236ml/min (szary)
12. 17Gx 1,5mm x dł. 45x przepływ 133ml/min (biały)
13. 18Gx 1,3mm x dł. 45x przepływ 103ml/min (zielony)
14. 20Gx 1,1mm x dł. 32x przepływ 67ml/min (różowy)
15. 22Gx 0,9mm x dł. 25x przepływ 42ml/min (niebieski)
16. 18Gx 1,3mm x dł. 32x przepływ 103ml/min (zielony)

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 17 kaniulę bezpieczną, bez portu górnego, z biokompatybilnego poliuretanu, wysoka odporność na zginanie, wysoka biokompatybilność, redukuje częstotliwość zachorowań na zakrzepowe zapalenie żył , 6 wtopionych pasków radiocieniujących, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, kompatybilna z MRI, igła z otworem przy ostrzu , który potwierdza umieszczenie kaniuli w żyłę (24-20G), Podzielna membrana minimalizuje ryzyko rozprysku krwi i wycieku krwi z nasadki cewnika, otwierana przy pierwszym podłączeniu męskiej końcówki Luer, wyposażona w filtr hydrofobowy, mechanizm zabezpieczający z przyciskiem aktywującym automatyczne chowanie igły, igła całkowicie chowa się w osłonkę, chroniąc przed zakłuciem i rozprysnięciem krwi 20 G 1,04-1,12mm x 25 mm, przepływ 63 ml/min. (różowy)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 18 igłę 25G 1” 05x25 mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41:

Część 3 Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’ 100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 42:

Część 15 Pozycja 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy Sengstakena w rozmiarze CH20?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43:

Część 16 Pozycja 8-22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór korzystniejszego rozwiązania cenowego?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44:

Część 16 Pozycja 20-21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy w opakowaniach a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 45:

Część 18 Pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy w rozmiarze 41x15cm i gramaturze materiału PE + PP 58g/m², antypoślizgowe, na stawce VAT 23%, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Zamawiającego:

Tak.



Pytanie nr 46:

Część 18 Pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu wykonanych z włókniny polipropylenowej w kolorze niebieskim, o gramaturze 40g/m², z warstwą antypoślizgową na spodzie wykonaną z dwutlenku tytanu, lateksu i rozcieńczalnika, rozmiar 38x17cm?



Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 47:

Część 18 Pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48:

Część 18 Pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek z włókniny polipropylenowej 45g/m², pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 49:

Część 18 Pozycja 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o parametrach:

- Szerokość 50cm, dł. 50m
- 2 x Warstwa celulozy 2x17g/m²=34g/m²
- Kolor biały
- Perforacja 37,5cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50:

Część 18 Pozycja 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o paramerach:

- W rolce 0,5x50m,
- Podfoliowane,
- Warstwa celulozy 23g/m² + folia PE 10g/m²,
- Perforacja co 38cm,
- Kolor biały, niebieski?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51:

Część 18 Pozycja 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha foliowego grubego w rozmiarze ok. 810mmx1130mm i grubości 0,045mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52:

Część 18 Pozycja 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli z miękkiej włókniny SMS w kolorze niebieskim, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 53:

Część 18 Pozycja 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli z włókniny polipropylenowej w rozmiarze uniwersalnym, w kolorze granatowym, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 54:

Część 18 Pozycja 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 55:

Część 23 Pozycja 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chust z włókniny ?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 56:

Część 23 Pozycja 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zaciskacza o dł. 52mm i szerokości ok. 10mm? Oczekiwane przez zamawiającego zaciskacze nie są aktualnie produkowane.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 57:

Część 23 Pozycja 8, 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników w rozmiarze 4? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58:

Część 23 Pozycja 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stazy z klamrą 1 stopniową w opakowaniu typu kartonik?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59:

Część 25 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny z pulpy celulozowej w rozmiarze 60cm x 60cm o chłonności 789ml?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60:

Część 25 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści szpatułkę plastikową o długości 15cm?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 61:

Część 25 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści 4 samoprzylepne etykiety?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 62:

Część 30 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 75cm z centralnym otworem o średnicy 7cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63:

Część 30 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 50cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64:

Część 30 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści ampułkę wody sterylnej o pojemności 10ml?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65:

Część 30 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści, aby żel poślizgowy i ampułka wody sterylnej były dołączone do zestawu osobno zapakowane?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66:

Część 33 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia z drenem o długości 100cm, drenem przedłużającym 40cm oraz igłą 16G/51mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 67:

Część nr 37 Pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Nelaton w rozmiarze CH4-CH24?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68:

Część nr 37 Pozycja 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do lewatyw z cewnikiem zakończonym atraumatycznym otworem i 1 otworem bocznym?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 69:

Pozycja 19-21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do kontrolowanego odsysania bez skalowania?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70:

Część nr 41 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe typu Kocher o długości 13,9cm?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 71:

Część nr 41 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową niebieską o długości 13cm?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 72:

Część nr 41 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową nieprzylepną o wymiarach 50cm x 75cm?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 73:

Część nr 41 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści, aby igły i strzykawka nie posiadały opakowań indywidualnych?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74:

Część nr 41 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz MAYO HEGAR o długości 15cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75:

Część nr 41 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia wraz z dodatkowo dołączonymi do zestawu miseczką 120ml na płyn dezynfekujący oraz nerką z pulpy celulozowej służącą jako pojemnik na odpadki?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 76:

Dotyczy Część nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty włókninowe, antypoślizgowe, włóknina polipropylenowa 40g/m² (niebieska) + warstwa antypoślizgowa (biała)?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 77:

Dotyczy Część nr 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne o gramaturze min. 25g/m²?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 78:

Dotyczy Część nr 18 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku w rolce 0,5m*50m wykonane z celulozy 2x min.17g/m², perforacja co 38cm, celulozowe, 2-warstwowe o gramaturze 2x min. 17g/m², kolor biały?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 79:

Dotyczy Część nr 18 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku w rolce 0,5m*50m podfoliowane, wykonane z papieru (pulpa celulozowa), perforacja co 50cm, laminowane folią, kolor biały, zielony, niebieski, gramatura min. 27 g/m²

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 80:

Dotyczy Część nr 18 poz. 11

Czy Zamawiający ma na myśli majtki typu figi z otworem, czy spodenki typu bokserki z otworem?

Odp. Zamawiającego:

Spodenki typu bokserki z otworem.

Pytanie nr 81:

Dotyczy Część nr 18 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy gruby zakładany na szyję, wiązany z tyłu 100cmx150cm x 0,04mm?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 82:

Dotyczy Część nr 18 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze białym? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 83:

Dotyczy Część nr 18 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny polipropylenowej? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 84:

Dotyczy Część nr 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 podkład wysokochłonny 60 x 60cm (chłonność 700%)
- 1 serweta (owinięcie zestawu) 60 x 60cm
- 2 serwety poliestrowe bawełnopodobne (kocyki) 80 x 80cm
- 1 kocyk bawełniany, kolorowy 75 x 160cm
- 1 bawełniana czapeczka dla noworodka
- 1 szpatułka laryngologiczna, plastikowa
- 1 miarka (centymetr – długość 152cm)

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85:

Pytanie Dostawy

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w przypadku zamówienia dużej ilości towaru ma możliwość odbioru towaru na paletach?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 86:

Pytanie do Umowy

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 87:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 1)

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1-4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości **niezrealizowanej części** umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia.**
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części zamówienia.**
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanej części zamówienia.**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89:

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp. Zamawiającego:

Informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Pytanie nr 90:

Część nr 6, poz., 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91:

Część nr 6, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą bez klipsów? W razie negatywnej odpowiedzi wnosimy o wydzielenie pozycji 12 do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92:

Część nr 6, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści nitkę w rozmiarze 10/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93:

Część nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 94:

Część nr 8

Czy Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 70 g/m², pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95

część 19:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 19 przyrzędu do aspiracji z butelek typu mini-spike z filtrem bakteryjnym 0,2µm charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu, bez zastawki, z zaworem pełniącym funkcję tożsamą z zastawką. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a dopuszczenie ww. zestawu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenia ww. przyrzędu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 96:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp. Zamawiającego:

Informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

PYTANIE 97:

Część 22, pozycja 1 pkt 3-

Czy zamawiający dopuści maskę o anatomicznym kształcie, kąt ok. 70 stopni ?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

PYTANIE 98:

Część 22, pozycja 1 pkt. 5-

Czy zamawiający odstąpi od parametru „znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 99:

Część 35, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści okulary do fototerapii dwuczęściowe (1 część na potylicę , 2 część na oczy) z mocowaniem na rzepy ?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

PYTANIE 100:

Część 39, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści przesuwoną zastawkę w zamian za obrotową, możliwość przeprowadzenia bronchofiberoskopii po zamontowaniu dodatkowego łącznika, kodowanie rozmiaru cewnika kolorem wg ISO na łączniku z komorą, rozmiar cewników 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5-10 długość 600 mm, rozmiar cewników 12,14 do rurek tracheotomijnych 7,5-10 , długość cewnik 340?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 101:

Część 39, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści wycenę całego zestawu do odsysania z cewnikiem w rozmiarach 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5-10 długość 600 mm, z cewnikiem 12,14 do rurek tracheotomijnych , długość 340 mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 102:

Pakiet 40, pozycja 25- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 40 pozycja 25 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 103:

Część nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego opatrunku w rozmiarze: 8x5,8 cm?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

PYTANIE 103:

Część nr 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek do leczenia przepuklin o gramaturze 60÷85g/m2? Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 103:

Część nr 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek do leczenia przepuklin o gramaturze 35 g/m2? Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 103:**Część nr 30, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowych zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego, o składzie:

Serweta z laminatu	50x60cm	1
Serweta z laminatu z otworem 5 cm i rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1
Rękawice nitylowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Pean plastikowy	14 cm (+/-0,3)	1
Pojemnik plastikowy	125 ml	1
Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1

Odp. Zamawiającego:

Tak.

PYTANIE 103:**Część nr 41, poz. 1**

Czy zamawiający oczekuje, aby serweta główna była bez otworu i w rozmiarze min 130x90 cm z serweta w rozmiarze 45x75 cm posiadała przyklepic?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 103:**Część nr 41, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści JAŁOWY ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO o składzie:

- kompres gazowy z gazy 17 n 8 w rozmiarze 7,5X7,5 cm 20 szt
- kleszczyki metalowe do igły o długości 13 cm. 1 szt.
- ostrze do skalpela nr 11. 1 szt
- igła iniekcyjna (1,2x40mm) 1 szt
- igła iniekcyjna (0,7x40mm) 1 szt
- serweta podfoliowana o gr. min. 43 gr/m² w rozmiarze 90x75 cm 1 szt – z przyklepcem
- kleszczyki metalowe rochester pean 14cm proste 1 szt
- serweta podfoliowana o gr. min. 43 gr/m² w rozmiarze 130x90 cm 1 szt
- strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłoczkiem 3 ml 1 szt
- strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłoczkiem 10ml 1 szt
- miska nerkowata

Zestaw w opakowaniu papier folia.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

PYTANIE 103:**Część nr 41, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowych zestawów do wkłucia centralnego, stosowanych przez wiele szpitali, zawierający:

10 x kompresy gazowe 17n8w 7,5 cm x 7,5 cm
10 x tampony gazowe średniej wielkości ,
1 x kleszczyki metalowe do igły 13 cm ,

1 x penseta plastikowa anatomiczna zielona 13 cm,
1 x serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
1 x serweta barierowa, włókninowa 45 cm x 75 cm, z otworem 8 cm przylepnym
1 strzykawka plast 2cz 10ml, opakowana, 1 strzykawka plast 2cz 20ml
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G, opakowana,
1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G, opakowana,
1 x ostrze do skalpela nr 11, opakowane,

Odp. Zamawiającego:

Tak.

PYTANIE 110:

Dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 111:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2-4 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „lub opóźnienia”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 112:

dotyczy części nr 35

Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony Zamawiający wymaga okularków wykonanych z opatentowanego materiału, z dodatkową ochroną na oczy ale przepuszczającego promienie lecznicze, wykonane z jednej części materiału, z uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie

liter Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Okularki przeznaczone do stosowania u skrajnych wcześniaków i noworodków z wrażliwą i delikatną skórą. Umożliwiają skuteczne umiejscowienie oraz całkowite bezbolesne odklejanie. Dostępne rozmiary: 30-38 cm, 24-33 cm, 20-28 cm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 113:

dotyczy części nr 38

Prosimy o dopuszczenie zestawów nebulizatorów i masek mikrobiologicznie czystych dla dzieci i dorosłych z gumką do mocowania maski na głowie pacjenta?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 114:

Pakiet 42 poz. 1-7:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający opisując w wymaganiach do pakietu 42 poz. 1-7 prowadnicę jako: „Prowadnica drucziana odporna na zaginanie z końcówką J” ma na myśli prowadnicę wykonaną ze stopu niklowo-tytanowego, określanego jako „nitinol”, stosowaną przez wielu producentów jako prowadnica odporna na trwałe odkształcenia w warunkach klinicznych, dla odróżnienia od prowadnicy wykonanej z klasycznej stali?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 114:

Pakiet 42 poz. 7:

Czy Zamawiający, w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych dla dzieci 2-światłowy, o parametrach świateł:

- 4F 22/22G, długość 8, 13 lub 20 cm

- 5F 18/20G, długość 8, 13 lub 20 cm

(pozostałe parametry zgodnie z SIWZ) do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

PYTANIE 114:

Pakiet 47 poz. 1:

Czy Zamawiający, w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, jako produkt równorzędny dopuści zamiennie pompę elastomerową uznanego producenta, o parametrach: nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, czas infuzji 48 h przy napełnieniu zbiornika do pojemności 240 ml (nominalna objętość 270 ml, nominalny czas infuzji 54 h, maksymalna objętość do 295 ml)

Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas (T) przy nominalnej prędkości przepływu (P). Urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 15% nominalnego czasu wlewu:

- przezroczysty zbiornik wewnętrzny z elastomerowej membrany, o eliptycznym kształcie pozbawionym krawędzi (małe, wygodne rozmiary pompy), z dodatkowym zewnętrznym płaszczem ochronnym PCV zapewniającego możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz jednocześnie

ochronę zbiornika elastomerowego i szczelność systemu w razie wycieku ze zbiornika, z wewnętrznym rdzeniem ślizgowym dla osiowego rozszerzania się membrany podczas wypełniania, i równomiernego kurczenia podczas opróżniania

- port dostrzyknięć typu luer-lock z zastawką bezzwrotną, umieszczony na obudowie urządzenia w centralnym miejscu, zabezpieczony przed przypadkową kontaminacją koreczkiem luer-lock oraz dodatkowym kapturkiem zamykanym zatrzaskowo

- dren o trójkątnym przekroju, odporny na zaginanie z zaciskiem zatrzaskowym, wyposażony w filtr cząsteczkowy 1,2 um z możliwością odpowietrzenia układu (redukcja ryzyka zatoru powietrznego) oraz wbudowany regulator prędkości przepływu (flow restrictor)

- nie zawiera DEHP ani lateksu

- urządzenie pakowane jest pojedynczo, jest jałowe i apirogenne

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.07.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak