



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 09.08.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa naprawy i wymiany uszkodzonych optyk” - nr sprawy 69/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:

Optyka cystoskopowa full HD 4mm, 0stopni, długość robocza 302mm, autoklawowalna, kompatybilna ze światłowodem, głowicą kamery, płaszczami cystoskopowymi oraz resektoskopowymi KARL STORZ, RZ ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:

Optyka cystoskopowa full HD 4mm, 30stopni, długość robocza 302mm, autoklawowalna, kompatybilna ze światłowodem, głowicą kamery, płaszczami cystoskopowymi oraz resektoskopowymi KARL STORZ, RZ ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:

Optyka cystoskopowa full HD 4mm, 70stopni, długość robocza 302mm, autoklawowalna, kompatybilna ze światłowodem, głowicą kamery, płaszczami cystoskopowymi oraz resektoskopowymi KARL STORZ, RZ ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:

Optyka artroskopowa full HD 4mm, 30stopni, długość robocza min 142mm, autoklawowalna z płaszczami, kompatybilna ze światłowodem oraz głowicą kamery STRYKER ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:

Optyka laparoskopowa full HD 10mm, 30stopni, długość robocza min 310 mm autoklawowalna, kompatybilna ze światłowodem oraz głowicą kamery STRYKER ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania: Optyka laparoskopowa full HD 5mm, 30stopni, autoklawowalna, długość robocza 302mm, kompatybilna ze światłowodem oraz głowicą kamery STRYKER ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający wymaga aby optyka była panoramiczna (szerokokątna)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający wymaga aby światłopowód był także kompatybilny z posiadanym przez Oddział Urologii ksenonowym źródłem światła firmy OLYMPUS WINTER & IBE?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający wymaga aby światłopowód był także kompatybilny z posiadanym przez Blok Operacyjny źródłem światła firmy STRYKER?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający wymaga aby Element pracujący aktywny był tytanowy, co przedłuży jego żywotność oraz zmniejszy jego wagę?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 11:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania: Element pracujący aktywny tytanowy, z połączeniem kabla od góry, z zatraskowym systemem zapinania w płaszczu, typu "Quicklock", w systemie STORZ, do płaszczy przepływowych 24, 26 i 28Fr.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania: Płaszcz ERS 26/24Fr, przepływowy, z możliwością samodzielnej pracy na płaszczu wewnętrznym min 24Fr, z zatraskowym systemem zapinania elementu roboczego w płaszczu, typu "Quicklock", w systemie STORZ ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 13:

„Dotyczy Części nr 1. Czy zamawiający wymaga aby element pracujący resektoskopu monopolarny, bierny, w systemie Karl Storz - był tytanowy, co przedłuży jego żywotność oraz zmniejszy jego wagę ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 14:

„Dotyczy Części nr 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z części 1-wszej : „Cystofiberoskop KARL STORZ, rozmiar płaszcza 15,5 Fr., dł. 37 cm, kanał roboczy 7 Fr., odgięcie 210°/140°“, gdyż jedynym producentem wyżej wymienionego produktu jest firma KARL STORZ a jedynym dostawcą na terenie RP firma Medim ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.08.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak