

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 13.08.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia jednorazowego użytku” - nr sprawy 79/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy część nr 1 pozycja 1 i 2. Czy Zamawiający w pozycjach nr 1 i 2 tj. „dreny podtwardówkowe” dopuści płaskie dreny silikonowe o szerokości 7mm (obie pozycje) z perforacją na długości 20 cm i całkowitej długości 75 cm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy Części nr 7. Czy zamawiający dopuści w zad nr 7:

- Stymulator rdzeniowy p/bólowy stałonapięciowy, szesnastokontaktowy, z możliwością bezpośredniego podłączenia elektrody do stymulatora, pozwalający pacjentowi na wykonywanie badań MRI całego ciała w aparatach 1,5T niezależnie od poziomu implantacji elektrody,
- Elektrode chirurgiczną szesnastokontaktową dwu lub trójkolumnową, z możliwością podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora, o długości przewodu do wyboru 65 cm lub 90 cm, umożliwiającą pacjentowi wykonywanie badania MRI niezależnie od poziomu implantacji, wraz z pełnym instrumentarium do wprowadzania elektrod do kanału kręgowego.
- Łączniki o długości do wyboru 20 - 60 cm • Programator pacjenta”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.08.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak
Piotr Feszak