



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 21.08.2019 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopii - nr sprawy 73/PN/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Czy w zakresie Części nr 4 poz. nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na pętlę z siatką do zbierania polipów, jednorazowego użytku, jałowa, średnica kanału 2,8 mm, średnica zewnętrzna cewnika 2,5mm? W związku z tym, że 1 opakowanie handlowe produktu zawiera 5 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty na 20 lub 25 sztuk.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 10, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów sond nosowo-żółciowych w rozmiarze 5-8.5Fr i długości 235 cm. Pozostałe parametry z godnie z siwz.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 10, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów żołądkowych z BMI $\geq$ 30, balon wyposażony w poliuratanowy cewnik o średnicy zew 6.5cm, bez metalowego przewodnika usztywniającego wyposażony w znacznik długości oraz przyłącze Luer-Lock. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 15, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów biopsyjnych z igłą dla rozmiaru igły 25G zakończenie mandrynu ścięte a dla rozmiaru 20G zakończenie mandrynu zaokrąglone; kanał roboczy 2,0 dla rozmiaru 19, 22, 25Ga oraz 3,7mm dla rozmiaru 20Ga.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 5:**

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 16, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów biopsyjnych z igłą z koszulką w rozmiarze 4.2-5,2Fr. Pozostałe parametry z godnie z siwz.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 19, w miejsce pierwotnych parametrów, protez trzustkowych w rozmiarze 4/5/7Fr. Pozostałe parametry z godnie z siwz.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

„Dotyczy Części 2, poz.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kosze do litotrypsji miały maksymalną średnicę narzędzia wprowadzaną do kanału roboczego endoskopu 3,6mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 8:**

„Dotyczy Części 2, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie protezy samorozprężalnej do dróg żółciowych pokrywanej silikonem na całej długości, wykonanej z nitinolu; średnica protezy 12mm lub 14 mm (średnica kołnierzy 24mm, długość kołnierzy 5mm; długość całkowita 30mm lub 40 mm) i 16 mm (średnica kołnierzy 26mm, długość kołnierzy 5mm; długość całkowita 30mm lub 40 mm); proteza posiada 1 lasso do repozycjonowania; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,47mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach. 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 9:**

„Dotyczy §3 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy oraz §8 wzoru umowy komisowej, SIWZ Pkt. 4, ppkt.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin uzupełnienia komisji wynosił 72 godziny (liczone w dni robocze) od chwili otrzymania zamówienia?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 10:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy w Par. 8:

„W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w par 7 Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta. ” ?

„W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość zaferowania innego produktu, który jest tożsamy lub lepszy niż produkt którego produkcja została zakończona / wstrzymana przy zachowaniu ceny, którego produkcja została zakończona / wstrzymana.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wprowadzi do wzoru umowy w §3 ust. 10 odpowiednio zapis „10. W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość zaferowania innego produktu, który jest tożsamy lub lepszy niż produkt, którego produkcja została zakończona/wstrzymana przy zachowaniu ceny, którego produkcja została zakończona/wstrzymana.”***

***Pozostałe warunki zgodnie ze wzorem umowy.***

**Pytanie nr 11:**

„Czy Zamawiający w części 3 pozwoli zaoferować szczotkę cytologiczną o długości roboczej 1200 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 12:**

„W związku z zaprzestaniem produkcji cystotomów wielorazowych zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 6 poz. 44 cystotomów jednorazowego użytku o parametrach zgodnych z SIWZ.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 13:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych przez Producenta, Strony dopuszczają możliwość zaoferowania odpowiedniej ilości narzędzi jednorazowych (odpowiedników) bądź wyłączenia tego produktu z umowy na prośbę Wykonawcy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych. Zakończenie produkcji wyrobów wielorazowych zostanie potwierdzone oficjalnym pismem.” Proponowana zmiana podyktowana jest nowymi przepisami prawa w obszarze wyrobów medycznych i rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR).”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.***

**Pytanie nr 14:**

„Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia oraz braku ze strony Wykonawcy propozycji odpowiednika, Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 15:**

„Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W razie zwłoki w realizacji dostaw przekraczających, co najmniej 5 dni roboczych termin, o którym mowa w § 3 ust 1 pkt 1-3) umowy, Zamawiający, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy, ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 16:**

„Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Jeżeli podczas odbioru lub pierwszego użycia okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały dostarczony przedmiot zamówienia, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot

zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od momentu uznania reklamacji za zasadną.”

Proponowana zmiana umożliwi ustosunkowanie się Wykonawcy do złożonej reklamacji poprzez np. wykonanie ekspertyzy reklamowanego towaru. Pierwotny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 17:**

„Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku nieuznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania ekspertyzy przez autoryzowany serwis producenta, w celu ustalenia zasadności zarzutów reklamacji. Koszty ekspertyzy ponosi strona, dla której jest ona niekorzystna. Wyniki ekspertyzy wiążą Wykonawcę, skutkiem czego jest on zobowiązany do załatwienia reklamacji w sposób określony w zawiadomieniu o brakach lub wadach w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu ekspertyzy.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 18:**

„Dotyczy warunków umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów umowy ustępu o następującej treści: „W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 19:**

„Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1, 2, 3, 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych odpowiednio z 5% na 2,5 % oraz z 0,5% na 0,2%?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 20:**

„Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2, 3, 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego aby wysokość kar umownych w przypadku zwłoki/opóźnienia w dostawie obliczana była od wartości niedostarczonego (opóźnionego) przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 21:**

„Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 22:**

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja?”

***Odp. Zamawiającego: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja.***

**Pytanie nr 23:**

„Część nr 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 24:**

„Dotyczy Części nr 1 poz. 1, 2, 4, 6. Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje 1; 2; 4 oraz 6, dotyczące zwykłej kolonoskopii i gastroskopii?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 25:**

„Dotyczy Części nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania (jednorazowego użytku), śr. ostrza igły do wyboru 21G =0,8mm; 23G=0,6mm i 25G=0,5mm, dł. ostrza do wyboru 4mm/5mm/6mm, dł. narzędzia 230cm, osłonka śr. 2,4 mm. osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza igły zabezpieczenie metalowe?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 26:**

„Dotyczy Części nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści ustnik gastroskopowy, jednorazowego użytku, nie zawierający lateksu, z gumką silikonową. Pakowany po 100 szt?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 27:**

„Dotyczy Części nr 1 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętla do polipektomii wykonane z plecionego drutu o długości roboczej 230 cm , średnica osłonki 2,3mm oraz o średnicy otwartej pętli : 10 mm x 25mm ; 15mm x 30 mm ; 20mm x 40mm, 25mm x 50mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 28:**

„Dotyczy Części nr 1 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę uniwersalną, dwustronną, do czyszczenia kanałów endoskopowych, jednorazową? Średnica włosia do czyszczenia kanałów 5 mm i z drugiej strony 10 mm, konstrukcja szczoteczki pozwala jednym wprowadzeniem przeczyścić kanał dwukrotnie. Szczoteczka zakończona z obu stron plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu i uszkodzeniu endoskopów. Długość robocza 2200mm, do kanałów o średnicy od 2,8 mm.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 29:**

„Dotyczy Części nr 3 Czy zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza od 1200mm do 1600mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 3,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.08.2019 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak

