



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.08.2019 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku”**

**- nr sprawy 84/PN/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Dotyczy Części nr 11. Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści zestaw do jejunostomii, w składzie: m.in. silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w Rtg – 60 cm o średnicy 2,0 x 3,2 mm, wprowadzacz typu desilet, igła typu Alene 10 Fr, końcówka uciskowa, igła punkcyjna 17 G 98mm oraz dwa łączniki żeńsko- żeńskie Luer-lock?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 2:**

„Dotyczy Części nr 5. Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści urządzenie do pobierania z worków i butelek płynów dożylnych, wyposażone w filtr bakteryjny 0,45 µm. Posiada zatyczkę zamykającą w kolorze zielonym.

Wyprofilowany uchwyt zapewnia wygodne ułożenie w dłoni i łatwe wprowadzenie do butelki plastikowego kolca - ostro zakończony kołec z otworem u podstawy ułatwia przekłuwanie każdego rodzaju korka w butelkach - zamocowana zatyczka zapewnia szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie urządzenia - filtry: bakteryjny i cząsteczkowy znajdujące się wewnątrz urządzenia zabezpieczają przed zanieczyszczeniami i zakażeniami mikrobiologicznymi pobieranych i wstrzykiwanych płynów.

Nie zawiera PCV i Lateksu - Nie zawiera ftalanów - Nie zawiera pirogeny - Nie zawiera żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

„Dotyczy części nr 9: Czy Zamawiający w Części nr 9 w pozycji 1 dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do użytku wielodobowego (do 72 godzin) o następujących parametrach:

cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka z otworem końcowym bez żadnych ostrych krawędzi) z dwoma otworami po przeciwległych stronach, z niebieskim znacznikiem na 5 cm pozwalającym na właściwe jego umiejscowienie podczas przepłukiwania; oznaczenie rozmiaru cewnika na uchwycie z suwakiem zaworu sterującego ssaniem; cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 2 cm; cewnik termoplastyczny, miękki a jednocześnie wytrzymały o sztywności zapewniającej efektywne odsysanie jak i komfort pacjenta; kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (komorze płuczącej); suwak zaworu sterującego ssaniem z obrotową blokadą przypadkowego użycia, pozwalający na precyzyjne odsysanie,

maksymalna siła ssania przy całkowitym odciągnięciu suwaka; wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, w zestawie: łącznik obrotowy, rozciągliwa martwa przestrzeń, zamykany port do podawania leków wziewnych w aerosolu (port MDI) nakładany bezpośrednio na łącznik „T” podłączany do rurki pacjenta, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim. Sterylny, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin. Nie zawiera lateksu.

Rozmiary cewników do rurek intubacyjnych: 10F, 12F, 14F, 16F (długość cewnika 57 cm);

Rozmiary cewników do rurek tracheostomijnych: 10F, 12F, 14F, 16F (długość cewnika 30 cm).

Czy Zamawiający zgodzi się w Części 9 na wydzielenie pozycji 1 do odrębnego pakietu? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty jakościowo i cenowo korzystnej na wydzielony asortyment.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.**

#### **Pytanie nr 4:**

„Dotyczy Części 5, pozycja 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego, aplikatora do pobierania i rozpuszczania leków z filtrem bakteryjnym 0,2µm, odpornego na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP, bez zatyczki ze zintegrowanym, bezpiecznym zaworem, zamykającym drogę przepływu po odłączeniu strzykawki, pełniącym funkcję tożsamą z zatyczką oraz zastawką, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zaoferowany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 5:**

„Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Zgodnie z art. 24. ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

**Pytanie nr 6:**

„Dotyczy Część nr 4 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty włókninowe, antypoślizgowe, włóknina polipropylenowa 40g/m<sup>2</sup> (niebieska) + warstwa antypoślizgowa (biała)?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

„Dotyczy Część nr 4 Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny PP o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 8:**

„Dotyczy Część nr 4 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne o gramaturze min. 25g/m<sup>2</sup>?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 9:**

„Dotyczy Część nr 4 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku w rolce 0,5m\*50m wykonane z celulozy 2x min.17g/m<sup>2</sup>, perforacja co 38cm, celulozowe, 2-warstwowe o gramaturze 2x min. 17g/m<sup>2</sup>, kolor biały?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 10:**

„Dotyczy Część nr 4 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku w rolce 0,5m\*50m podfoliowane, wykonane z papieru (pulpa celulozowa), perforacja co 50cm, laminowane folią, kolor biały, zielony, niebieski, gramatura min. 27 g/m<sup>2</sup> ”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 11:**

„Dotyczy Część nr 4 poz. 11 Czy Zamawiający ma na myśli majtki typu figi z otworem, czy spodenki typu bokserki z otworem? ”

***Odp. Zamawiającego: Spodenki typu bokserki z otworem.***

**Pytanie nr 12:**

„Dotyczy Część nr 4 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy gruby zakładany na szyję, wiązany z tyłu 100cmx150cm x 0,04mm? ”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 13:**

„Dotyczy Część nr 4 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze białym? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 14:**

„Dotyczy Część nr 4 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny polipropylenowej w jednym kolorze – zielonym lub niebieskim?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 15:**

„Dotyczy Część nr 4 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym odpowiadające rozmiarowi L/XL? ”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza***

**Pytanie nr 16:**

„Pytanie Dostawy. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w przypadku zamówienia dużej ilości towaru ma możliwość odbioru towaru na paletach?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający ma możliwość odbioru towaru na paletach.***

**Pytanie nr 17:**

„Pytanie do Umowy. Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego? ”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający uzupełni w umowie adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.***

**Pytanie nr 18:**

„Pytanie do Części nr 4, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 5, 13 oraz 16 z części nr 4 oraz utworzenie osobnych pakietów na te pozycje. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 19:**

„Czy Zamawiający w części nr 18, w pozycji 1 dopuści wycenę strzykawki jednorazowego użytku z gumowym tłokiem o poj. 10 ml kompatybilnej z pompami infuzyjnymi, z końcówką luer lock, skalowanie co 0,5 ml?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 20:**

„Czy Zamawiający w części nr 18, w pozycji 2 dopuści wycenę strzykawki jednorazowego użytku z gumowym tłokiem o poj. 20 ml kompatybilnej z pompami infuzyjnymi, z końcówką luer lock, skalowanie co 1 ml?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 21:**

„Czy Zamawiający w części nr 18, w pozycji 3 dopuści wycenę strzykawki jednorazowego użytku z gumowym tłokiem o poj. 30 ml kompatybilnej z pompami infuzyjnymi, z końcówką luer lock, skalowanie co 1 ml?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 22:**

„Czy Zamawiający w części nr 18, w pozycji 4 i 5 dopuści wycenę powszechnie stosowanej strzykawki do pomp infuzyjnych MARGOMED?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 23:**

„Czy, Zamawiający w części nr 18, w pozycji 1-5 dopuści opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 24:**

„Dotyczy Części nr 4 Pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy w rozmiarze 41x15cm i gramaturze materiału PE + PP 58g/m<sup>2</sup>, antypoślizgowe, na stawce VAT 23%, pozostałe parametry jak w SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 25:**

„Dotyczy Części nr 4 Pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu wykonanych z włókniny polipropylenowej w kolorze niebieskim, o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, z warstwą antypoślizgową na spodzie wykonaną z dwutlenku tytanu, lateksu i rozcieńczalnika, rozmiar 38x17cm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 26:**

„Dotyczy Części nr 4 Pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek z włókniny polipropylenowej 45g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry jak w SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 27:**

„Dotyczy Części nr 4 Pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek z włókniny polipropylenowej, pozostałe parametry jak w SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 28:**

„Dotyczy Części nr 4 Pozycja 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu 50cm x 50m z perforacją co 37,5cm, dwuwarstwowego o gramaturze 34g/m<sup>2</sup>, dostępnego w kolorze białym?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 29:**

„Dotyczy Części nr 4 Pozycja 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu 50cm x 50m podfoliowanego (folia 10g/m<sup>2</sup>), wykonanego z celulozy 23g/m<sup>2</sup>, o perforacji 38cm, dostępnego w kolorze białym i niebieskim?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza jeśli oferowany podkład jest w formie rolki.***

**Pytanie nr 30:**

„Dotyczy Części nr 4 Pozycja 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu 50cm x 50m podfoliowanego (folia PE o grubości 0,015-0,017mm), wykonanego z celulozy 18g/m<sup>2</sup>, o perforacji 50cm, dostępnego w kolorze białym, niebieskim, zielonym?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 31:**

„Dotyczy Części nr 4 Pozycja 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha foliowego grubego w rozmiarze ok. 810mmx1130mm i grubości 0,045mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 32:**

„Dotyczy Części nr 4 Pozycja 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszuli z miękkiej włókniny SMS w kolorze niebieskim, pozostałe parametry jak w SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 33:**

„Dotyczy Części nr 4 Pozycja 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszuli z włókniny polipropylenowej w rozmiarze uniwersalnym, w kolorze granatowym, pozostałe parametry jak w SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 34:**

„Dotyczy Części nr 4 Pozycja 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszuli w rozmiarze uniwersalnym?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 35:**

„Część nr 17 poz. 1; 4 i 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania w pozycjach 1; 4 i 5 kanek o długości 24 cm.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 36:**

„Pytanie dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.***

**Pytanie nr 37:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 15, poz. 8 „Sterownik ręczny do laparoskopu, pneumatyczny, wielorazowy, autoklawowalny” z uwagi na brak dostępności tego produktu. W zaistniałej sytuacji niemożliwe będzie złożenie oferty na wszystkie pozycje w pakiecie.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 38:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy dla części nr 15 był nie dłuższy niż 7 dni roboczych?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 39:**

„Część nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania, którego kodowanie rozmiaru cewnika kolorem wg ISO znajduje się na obudowie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 40:**

„Część nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania, do rurek intubacyjnych o długości cewnika 600, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 41:**

„Część nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania, do rurek tracheostomijnych o długości cewnika 340, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 42:**

„Część nr 9, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści cewnik na wymianę, do rurek intubacyjnych o długości 600, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 43:**

„Część nr 9, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści cewnik na wymianę, do rurek tracheostomijnych o długości 340, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 44:**

„Dotyczy Części nr 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji z butelek typu KabiPack/fiolek przystosowanego do strzykawek typu luer/luer lock bez zastawki, z portem dostępu zabezpieczonym koreczkiem.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 45:**

„Część nr 17: poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego z kontrolą odsysania. Pozostałe zgodnie z SIWZ.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.08.2019 r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
**Piotr Feszak**

