



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 15.10.2019 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów zespalających, sprzętu i wyposażenia jednorazowego użytku” - nr sprawy 104/PN/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

**„Dotyczy części nr 16:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 porty naczyniowe o parametrach różniących się względem SIWZ:

- obudowa w kształcie krateru
- porty z wygodnym i szybkim połączeniem cewnika z portem- łącznik (1 szt) na stałe połączony z dyszą komory portu
- komora portu standardowego o objętości 0,5ml, komora portu niskoprofilowego o objętości 0,3ml
- cewnik poliuretanowy , rozmiar przewodnika 8,5 lub 6Fr
- oznaczenie na cewniku co 5 cm, opis na cewniku co 10cm
- w skład zestawu wprowadzającego wchodzi: przewodnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła puncyjna, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem (z zatraskiem), narzędzia do tunelizacji, tępej igły do wypełnienia cewnika, igły Hubera prostej do przepłukania zestawu, igły Hubera zakrzywionej do krótkiej infuzji, igły Hubera z drenem do długich przetoczeń 20G x 19mm, dwie strzykawki z gumowym tłokiem o objętości 12ml, hak do unoszenia żyły
- brak zestawu do implantacji portu”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 2:**

**„Pytanie nr 1 Część 16**

Czy Zamawiający dopuści produktu o tej samej funkcjonalności nieznacznie różniącymi się parametrami:

Port naczyniowy kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej; Obudowa w kształcie delty wykonana z polisulfanu z komorą tytanową z kompletem akcesoriów do wprowadzania; Komora o objętości 0,5ml port standardowy i komora o objętości 0,3ml port niskoprofilowy; Cewnik silikonowy z oznaczeniem długości cewnika co 1 cm i opisem co 5 cm; Dla portów standardowych cewniki silikonowe 6,5F, 8,5F, 9,3F; dla portów niskoprofilowych 6,5F i 8,5F; Zestaw wprowadzający w składzie: strzykawka 10ml, igła wprowadzająca, przewodnica, poszeszadło z rozrywaną koszulką, tunelizator, 2 łączniki z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu cewnika, 2 igły do nakłucia i przepłukania komory portu 22G, 1 igła 20Gx20mm ze skrzydełkami, łącznik Luer do przepłukiwania cewnika wstępnie połączony z cewnikiem; Do każdego portu zestaw do implantacji portu w składzie: obłożenie 75x90cm z paskiem samoprzylepnym - 3szt; 150ml (zestaw z tupferami i kleszczykami do gazików 24cm) - 1 szt; gazik rozmiar śliwki - 3 szt.; kompres z nitką RTG 16 warstwowe 7,5x7,5cm - 20szt.; kompres z nitką RTG 10x10cm - 5szt.;

opatrunek 8x10cm -1szt.; Kleszczyki Halstead-Mosquito proste 12,5 cm długości bez ząbków; Kleszczyki zagięte Halstead-Mosquito 12,5 cm - 1 szt.; hak do rany typu Senn 16cm - 1 szt.; pęseta chirurgiczna 14cm -1szt.; Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm -1szt.; skalpel bezpieczny nr 11 - 1 szt.; strzykawka 20ml Luer - 1szt.; igła 0,80x40mm 21G - 1szt.; igła 1,20x40mm 18G - 1szt.; osłona na głowicę USG wraz ze sterylnym żelem - 1 szt.oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa; nić wchłanialna monofilament 4/0 70cm z igłą okrągłą 3/8 koła 18mm; fartuch rozmiar XL - 1 szt.; rękawiczki operacyjne rozmiar 7,5 - 1 para; chusta 150x100cm - 1 szt. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w opakowanie jednostkowe posiadające numer katalogowy”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 3:**

**„Pakiet 9 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania podkładu chłonnego, umożliwiająca wchłanianie płynów dla rozmiaru :

72x37 cm – absorbuje ok.6 l wody lub 2,4 l 0,9% roztworu NaCL.
--

lub
-----

56x37 cm – absorbuje ok.4 l wody lub 1,6 l 0,9% roztworu NaCL.
--

dwustronny, chłonący od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwale zatrzymanie płynu w rdzeniu; podkład sterylny .”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 56x37 cm – absorbuje ok.4 l wody lub 1,6 l 0,9% roztworu NaCL.**

**Pytanie nr 4:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 1).”

**Odp. Zamawiającego: Nie.**

**Pytanie nr 5:**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części zamówienia.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanej części zamówienia”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.10.2019 r.

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jarosław Rączkowski