

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, fax 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 05.11.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa stabilizacji neurochirurgicznych, materiałów zespalających, protez naczyniowych, implantów piersi” - nr sprawy 111/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy części nr 2.

Czy w pozycji nr 1 (dla Endoproteza Stawu Biodrowego Cementowana) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzpienia tylko w wersji standardowej, spełniającego pozostałe parametry?”

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy części nr 2.

Czy w pozycji nr 1 (dla Endoproteza Bezcementowa Stawu Biodrowego z Trzpieniem Standardowym Przynasadowym) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Trzpień bezcementowy, bezkołnierzowy trzpień ze stopu tytanu. Warstwa powierzchniowa nasycona jonami wapnia w technologii zapewniającej właściwości osteoindukcyjne i bakteriostatyczne. Trzpień przynasadowy prosty, uniwersalny, samocentrujący w kanale (stożkowy w dwóch płaszczyznach), w minimum 8 rozmiarach. Stożek trzpienia w standardzie Eurokonus tzw. 12/14. Wymiennie trzpień bez nasycenia jonami wapnia.”

Odp. Zamawiającego: Tak.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.11.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak