

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 05.11.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa odczynników mikrobiologicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych”- nr sprawy 110/PN/2019.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1 Część nr 7:

Czy Zamawiający dopuści testy z dozowaniem na dwa paski testowe w podwójnej kasetce, jeden dla GDH, drugi dla toksyny A i toksyny B, o wykrywalności testu dla GDH 0,8ng/ml, dla toksyny A 0,75ng/ml, dla toksyny B 0,75ng/ml.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 Część nr 7:

Czy Zamawiający dopuści koniugat w postaci specyficznych monoklonalnych przeciwciał skierowanych przeciwko GDH, toksynie A i toksynie B?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 3 Część nr 7:

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nieskalowanymi jednorazowymi pipetkami?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 Część nr 7:

Czy Zamawiający dopuści przechowywanie próbek w lodówce (+2°C do +8°C) przez 1 albo 2 dni?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 5 Część nr 7:

Czy Zamawiający dopuści test z czułością i swoistością określonymi przez porównanie z testami ELISA?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie wymaganych ilości w części 5 pozycji 5, czy na pewno Zamawiający wymaga 150 sztuk?

Odp. Zamawiającego:

Tak, 150 sztuk.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w części 6 pozycjach 1 oraz 2 wymaga aby paski MIC posiadały pozytywną opinię KORLD?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w części 7 dopuści szybki test kasetkowy immunochromatograficzny, z trzema miejscami dozowania tej samej próbki, nie wymagający koniugatu oraz skalowanych pipetek, charakteryzujący się czułością toksyna A 0,5 ng/ml, toksyna B 0,78 ng/ml, GDH 0,39 ng/ml, z wewnętrzną kontrolą testu oraz możliwością przechowywania próbki do 24h bez konieczności mrożenia?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

(§7 ust. 2, 3, 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości netto danego zamówienia?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

(§ 7 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości netto niezrealizowanej umowy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odp. Zamawiającego:

Patrz paragraf 3 ust 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

Odp. Zamawiającego:

Patrz paragraf 3 ust 6 i paragraf 8 ust 3 pkt 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odp. Zamawiającego:

Patrz paragraf 3 ust 6 i paragraf 8 ust 3 pkt 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 18**dotyczy wzoru umowy:**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie ? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5% NIEZREALIZOWANEJ wartości danego Zadania za odstąpienie od umowy w zakresie tego Zadania z przyczyn przez Wykonawcę zawinionych ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu 5 poz 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 test do oznaczania MIC grzybów takich jak Candida Cryptococcuss gdzie na jednej płytce jest 9 antybiotyków w opakowaniu na 40 ozn.?

W przypadku zgody na pytanie 1 prosimy o możliwość zaoferowania w pozycji 3 i 4 odpowiedniej ilości testów i bulionów wg konfekcjonowania producenta.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz 3 i 4 odpowiedniej ilości testów i bulionów wg konfekcjonowania producenta.

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu 5 poz 6

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 test do wykrywania 5 klas karbapenemaz (KPC, OXA, NDM, MBL, VIM) na jednej płytce testowej?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 23

Dotyczy paragrafu 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 Dotyczy paragrafu 3 ust. 2

Prosimy o wykreślenie zapisu: „...o terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, przed planowaną datą dostawy...”.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 Dotyczy paragrafu 5 ust. 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „5 dni” na „5 dni roboczych”?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego reklamacji bezpośrednio przed dniami wolnymi.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 Dotyczy paragrafu 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy.”

Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 Dotyczy paragrafu 7 ust. 2,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „0,2% wartości niezrealizowanego zamówienia”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 Dotyczy paragrafu 7 ust. 8

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- o Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 Dotyczy części nr 2, pozycja 7 i 8

Czy nie nastąpiła pomyłka w określeniu rodzaju szkła, z którego mają być wykonane szkiełka i czy zamiast „szkła bromokrzepowego” nie powinno być „szkła borokrzemowego”? Wykonawcy nie znany jest rodzaj szkła bromokrzemowego.

Odp. Zamawiającego:

Omyłka pisarska Zamawiającego, powinno być „szkła borokrzemowego”

Pytanie nr 30 Dotyczy części nr 2, pozycja 19

Czy Zamawiający wymaga końcówek do pipet typu Gilson, czy typu Eppendorf?

Odp. Zamawiającego:

Typu Eppendorf.

Pytanie nr 31 Dotyczy części nr 2, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki o długości 165mm, pozostałe parametry bez zmian?

Pragniemy nadmienić, iż różnica 15 mm w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 32 Dotyczy części nr 2, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki o długości 165mm, pozostałe parametry bez zmian?

Pragniemy nadmienić, iż różnica 15 mm w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 33 Dotyczy części nr 2, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki o długości 165mm, pozostałe parametry bez zmian?

Pragniemy nadmienić, iż różnica 15 mm w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wymazówki sklasyfikowane były jako produkt klasy IIa i dopuści do zaferowania wymazówki klasy I.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r o wyrobach medycznych (zwaną dalej Ustawą), Dyrektywą MDD 93/42/EWG UE oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010r. w sprawie

sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (zwane dalej Rozporządzeniem), wymazówki w zależności od sposobu ich stosowania mogą być:

•wyrobami medycznymi inwazyjnymi (inwazyjny wyrób medyczny lub wyposażenie wyrobu medycznego, który jest wprowadzany lub które jest wprowadzane, w całości lub części, do wnętrza ludzkiego ciała przez otwory ciała albo przez jego powierzchnię - art. 2 pkt. 15 Ustawy), jeśli pobierany jest materiał z otworów ciała lub jego wnętrza;

•wyrobami nieinwazyjnymi (par. 1 ust. 9 Rozporządzenia)- jeśli służą do pobierania i przeniesienia materiału do badań bez kontaktu z ciałem ludzkim.

Niezależnie od tego, czy są wyrobem inwazyjnym, czy nieinwazyjnym - wymazówki są wyrobami medycznymi chwilowego użytku, gdyż mają kontakt z ciałem krócej niż 60 min (par. 2 ust. 1 Rozporządzenia). Zgodnie z Rozporządzeniem - jako wyrobu nieinwazyjnego - wymazówek bez podłoży transportowych nie dotyczy Reguła 2 lit. a (par. 4 ust. 2 ppkt. 2 lit. a). Tak więc zgodnie z Regułą 1 oraz Regułą 2 lit. b należy je zaliczyć do klasy I. Natomiast jeśli chodzi o wymazówki jako wyroby inwazyjne chwilowego użytku - to zgodnie z Regułą 5 - również są zaliczane do klasy I.

W związku z powyższym wielu wytwórców nie klasyfikuje wymazówek do klasy IIa, a tylko - zgodnie z Rozporządzeniem - do klasy I.

Zarówno wymazówki klasy I, jak i wymazówki klasy IIa podlegają obowiązkowi certyfikowania przez Jednostkę Notyfikowaną, dlatego też Klasa IIa nie wskazuje na to, że wymazówki te posiadają lepszą jakość niż wymazówki klasy I zwłaszcza, iż produkowane są w tych samych warunkach, z tych samych produktów, przez tych samych producentów.

Nie dopuszczenie wymazówek klasy I stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji, poprzez uniemożliwienie złożenia ważnych ofert wielu wykonawcom.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 Dotyczy części nr 2, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki z główką z bawełny, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 Dotyczy części nr 2, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści szkiełka o standardowej grubości 0,15mm +/- 0,02mm?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 37 Dotyczy części nr 3, pozycja 6

Ponieważ określenie „superior” jest nazwą własną szkiełek produkowanych przez firmę Marienfeld, które są szkiełkami o doskonałej jakości i o gładkiej powierzchni charakteryzującymi się tym, że są:

- zgodne z normą DIN ISO 8037/1
- posiadają wymiary 76 x 26 mm, grubość ok. 1 mm - szkiełka cięte
- autoklawowalne
- gotowe do użycia
- wykonane ze szkła sodowo wapniowego

czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia sformułowaniem „superior” miał na myśli szkiełka posiadające ww. cechy i wymaga zaoferowania szkiełek spełniających te wymogi jakościowe.

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38 Dotyczy części nr 3, pozycja 7

Ponieważ określenie „superior” jest nazwą własną szkiełek produkowanych przez firmę Marienfeld, które są szkiełkami o doskonałej jakości, wykonane ze szkła borokrzemowego, w pierwszej klasie odporności hydrolitycznej, całkowicie bezbarwne, zupełnie jasne, z białego szkła, o grubość nr 1. czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia sformułowaniem „superior” miał na myśli szkiełka posiadające ww. cechy i wymaga zaoferowania szkiełek spełniających te wymogi jakościowe.

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39 Dotyczy części nr 3, pozycja 6 , 7,15, 16

Czy Zamawiający, w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części nr 2 poz. 6, 7, 15, 16 spełnia wymagania Zamawiającego względem jakości Superior będzie żądać dostarczenia w raz z ofertą próbek zaoferowanych produktów – jeśli tak – to w jakiej ilości.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie żądał próbek.

Pytanie nr 40

Dotyczy terminu składania ofert

Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert min. 3 dni robocze.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 42 Zadanie 2

W celu umożliwienia złożenia ofert większej liczbie wykonawców zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie szkiełek podstawowych i nakrywkowych z pozycji 9-12 oraz 35-38 do oddzielnego pakietu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy

wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawa opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44

Pakiet 2

Poz 31 Czy zamawiający dopuści szalki Petriego o wysokości 15 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44

Pakiet 2

Poz. 31 Czy Zamawiający dopuści szalki Petriego o wysokości 16,2 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.11.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

