



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 16.01.2020 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku” - nr sprawy 01/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 17 produktów stosowanych obecnie przez Zamawiającego zgodnie z poniższą charakterystyką:

poz. 1 filtr do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego. Wprowadzany i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o średnicy 6,5 F i długości 70 cm. Filtr o średnicy 35 mm i długości 58 mm. Filtr wykonany z afferomagnetycznego materiału. Posiadający haczyki do fiksacji. Możliwość implantacji filtra w naczyniu o średnicy do 32 mm. Kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0,035". W zestawie dylator i kranik trójdrożny;

poz. 2 zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej. Stosowany do usuwania filtra do żyły głównej z dostępu szyjnego z wykorzystaniem metody przezskórnej pod kontrolą fluoroskopową. Średnica koszulki usuwającej 7 F, długość 100 cm. Rozmiar systemu pętli usuwającej - średnica 7F, długość 120 cm”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 2:**

„Czy Zamawiający w pakiecie 13 dopuści zestaw do jejunostomii, w składzie: m.in. silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w Rtg – 60 cm o średnicy 2,0 x 3,2 mm, wprowadzacz typu desilet, igła typu Alene 10 Fr, końcówka uciskowa, igła punkcyjna 17 G 98mm oraz dwa łączniki żeńsko-żeńskie Luer-lock?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

„Dotyczy Części nr 9, poz. 1-7

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, polipropylenowy, jednowłókienny o stałej średnicy bez katalogowego opisu o „kontrolowanym rozciąganiu i plastycznym odkształceniu węzła?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 4:**

„Część nr 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na klipsy polimerowe o właściwościach równoważnych do opisanych jako przedmiot Zamówienia, zapewniających takim sam efekt działania”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 5:**

„Część nr 15

Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na złożenie oferty na worki nieprzepuszczalne i nieprześlakliwe, odporne na rozdarcie, o średnicy trzonu 10mm, dł. trzonu 23cm. Pojemność worka 215ml, w rozmiarze 6,4x15cm, z metalową rozkładaną obręczą oraz pierścieniem za pośrednictwem którego można zerwać worek z obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć ją zamykając bezpiecznie worek z zawartością i ewakuować całość na zewnątrz ciała pacjenta”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

„Część nr 15

Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na złożenie oferty na worki nieprzepuszczalne i nieprześlakliwe, odporne na rozdarcie, o średnicy trzonu 15mm, dł. trzonu 40cm. Pojemność worka 1500ml, w rozmiarze 13x23cm, z metalową rozkładaną obręczą oraz pierścieniem za pośrednictwem którego można zerwać worek z obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć ją zamykając bezpiecznie worek z zawartością i ewakuować całość na zewnątrz ciała pacjenta”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 7:**

„Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Części nr 9 Pozycja nr 3 są pakowane przez wytwórcę po 36 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający zmienia w części nr 9 pozycja 3 wymaganą ilość z 48 na 36 sztuk. Zmieniony Formularz asortymentowo-ilościowy dla części nr 9 w załączeniu.***

**Pytanie nr 8:**

„PAKIET NR 22

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1 -układy oddechowe, oraz w przypadku wydzielenie dopuszczenie układów o poniższych parametrach;

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilzaczy używanych na oddziałach szpitalnych.

Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o długości 140 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.

Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.

Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 9:**

„Pytanie do części 7

Czy Zamawiający zgodzi się na przystąpienie do przetargu do pozycji nr 2 z protezą prostą posiadającą oplot zewnętrzny (zbrojenie) z możliwością usunięcia zbrojenia w zależności od potrzeb zabiegu? Rozmiary protezy zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego.

lub

Czy Zamawiający zgodzi się na przystąpienie do przetargu do pozycji nr 2 z protezą taperowaną tzn. zwężaną z jednej strony bez zbrojenia? Rozmiary protezy zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 10:**

„Pakiet nr 9, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru metrycznego 10/0. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 11:**

„Czy Zamawiający w zad 14 ma na myśli klipsy w rozmiarze M/L, L, XL?”

***Odp. Zamawiającego: XL – zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 12:**

„W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby te powinny posiadać klasę IIB. Natomiast wyroby medyczne przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, muszą posiadać klasę III. Czy zgodnie z tym rozporządzeniem Zamawiający w zad 14 wymaga by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwie szpitalu przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia - klatką piersiową, posiadały klasę III?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 13:**

„Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad 14 o możliwość zastosowania papierowej części blistera (magazynek), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem wklejenie do kartoteki pacjenta?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-ilościowy) dla części numer 9, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 23.01.2020 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 23.01.2020 roku o godz. 10:30.

Zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

Załącznik:

1. Formularz asortymentowo-ilościowy dla części numer 9

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.01.2020 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

  
Piotr Feszak