

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 24.02.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i materiałów zespalających” - nr sprawy 19/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 47-65 mm zamiast 48-63 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 3 do 14 otworów, w części nasadowej 3 otwory oraz długość 59-201 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 10, 15 dopuści możliwość zaoferowania wkrętu gąbczastego blokowanego Ø3,5mm w długości 8-80mm ze skokiem co 2mm?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 3 do 14 otworów, w części nasadowej 3-5 otwory oraz długość 65-208 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 4 do 14 otworów oraz długość 122-302 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 3 do 12 otworów oraz posiadającej 12 otworów do wprowadzenia Kirschnera?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 2,5 mm i 3,5 mm oraz o długości 70-145 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 28 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części bliższej 8 otworów zamiast 10?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 3 do 15 otworów oraz długość od 73-229 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 34 dopuści możliwość zaoferowania: Płytki anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytki z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 64 do 81 mm. Materiał tytan?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11:

„DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 POZ.1

Czy Zamawiający dopuści Elektrode nożowa prosta, o długości 55mm trzonek Ø4 mm. Minimum 75 cykli sterylizacji. Op. a '5 szt. ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 POZ.2

Czy Zamawiający dopuści Uchwyt elektrod ,waski, z dwoma przyciskami, długość 145 mm, do elektrod z trzonkiem Ø 4 mm,sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 3m, wtyczka do generatora ERBE lub Valleylab do wyboru zamawiającego. Minimum 100 cykli sterylizacji. ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 POZ.3

Czy Zamawiający dopuści Kabel do elektrod neutralnych, o długości 5 m od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 cm,od strony aparatu wtyczka do generatora ERBE lub Valleylab do wyboru zamawiającego. Minimum 300 cykli sterylizacji ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 POZ.4

Czy Zamawiający dopuści Kabel przyłączeniowy do instrumentów monopolarnych, o długości całkowitej 5m.Wtyczka od strony generatora kompatybilna z generatorem ERBE lub Valleylab do wyboru zamawiającego. Wtyczka od strony elektrody o średnicy 4mm. Minimum 300 cykli sterylizacji ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 POZ.5

Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, o powierzchni czynnej 103 cm² , o wymiarach 164x117mm, podłoże wykonane z wodoodpornej

elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej, hydrożel w części przewodzącej Op. a '100 szt. ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 POZ.7

Czy Zamawiający dopuści Kabel bipolarny, szczytce o długości 3 m lub 5m, wtyczka od strony instrumentu- dwa bolce płaskie, od strony aparatu kompatybilna z generatorem firmy ERBE. Minimum 300 cykli sterylizacji ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 POZ.8

Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę oferentów.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.02.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

