



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 11.03.2020

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów zespalających, endoprotez, stabilizacji neurochirurgicznych, endoprotez naczyniowych oraz mikrocewników, stentów na potrzeby neurochirurgii endowaskularnej”
- nr sprawy 17/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy Części nr 20 –substytut kostny Czy Zamawiający dopuści wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny do wypełniania ubytków kości gąbczastej. Podstawowy składnik B- trójfosforan wapnia. Biokompatybilny, bioresorbowalny, bioindukcyjny, sterylny w postaci pasty powstający ze zmieszania składników. Całość preparatu umieszczona w kaniuli do bezpośredniego użycia. Produkt sterylny”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy Części nr 17. Brzmienie Przedmiotu zamówienia w części nr 17 umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy. Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję 2. do osobnego pakietu aby zapewnić możliwość złożenia konkurencyjnych ofert?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy Części nr 17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1. dren komorowy o długości 18 cm i dren otrzewnowy o długości 120 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy Części nr 17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1. Zastawkę pakowaną wraz z drenami w jednym sterylnym opakowaniu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy Części nr 17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3. dren otrzewnowy o długości 120 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy Części nr 17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5. łącznik prosty o średnicy 2,0 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy Części nr 17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6. łącznik „Y” o średnicy 2,0 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy Części nr 17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7. dren łączący 150 cm, komorę kroplową 75 ml, worek 500 ml i dren komorowy dł. 35 cm, średnica zewnętrzna 2,7 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy Części nr 17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8. dren łączący 150 cm i komorę kroplową 75 ml, worek 500 ml, dren lędźwiowy średnica zewnętrzna 1,8 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy Części nr 17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9. Worek o pojemności 500 ml?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Dotyczy Części nr 17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10. listwę pomiarową bez lasera?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Dotyczy Części nr 17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2. Zastawkę regulowaną przepływem, samoregulującą się, nie wymagającą programowania?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Dotyczy Części nr 15. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/min/cm².”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

„Dotyczy Części nr 15. Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1-3 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 45cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:

„Dotyczy Części nr 15. Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 5-6 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 60cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

„Dotyczy Części nr 15. Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 8-9 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 15 lub 30cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

„Dotyczy Części nr 15. Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 10-11 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 25cm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:

„Dotyczy Części nr 15. Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 12-16 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/min/cm² bez impregnacji solami srebra oraz trikloksanem, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem, rozmiary protez:

- w pozycji 12 i 13 długość protezy 45 cm

- w pozycji 14 i 16 długość protezy 60cm oraz o wydzielenie pozycji 12-16 do osobnego pakietu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

„Dotyczy Części nr 15. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 17-18 łat naczyniowych uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,36mm rozmiary 10x75mm i 15x75mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

„Dotyczy Części nr 15. Prosimy o wydzielenie pozycji 19 i 20 do osobnego pakietu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania gwoździ długich o długości od 300 do 440 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 6 dopuści możliwość zaferowania gwoździa śródszpikowego blokowanego do kości ramiennej z możliwością rekonstrukcji nasady bliższej i blokowaniem wielopłaszczyznowym wkrętami 4,5 i 5,0mm, długość od 150 do 250mm, średnice od 6 do 9mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 13 dopuści możliwość zaferowania pinów antyrotacyjnych o średnicy 4,0mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z mocowaniem sześciokątnym zamiast torx?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

„Czy Zamawiający w Części nr 5 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących do gwóźdźi śródszpikowych do przedramienia o średnicy: 2,7mm; 3,5mm i 2,7/2,0mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

„Czy Zamawiający zmieni termin określony w

- a. §3 ust 1 pkt 2 z „48 godzin” na „2 dni robocze”
- b. §8 umowy depozytu z „48 godzin” na „3 dni robocze”

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu §8 wzoru umowy depozytu z „48 godzin” na „3 dni robocze”. Konsekwencją powyższego jest także zmiana w §3 ust 1 pkt 2 wzoru umowy z 48 godzin (liczone w dni robocze) na 3 dni robocze.

Pytanie nr 27:

„Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust.6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28:

„Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29:

„Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1 umowy depozytu, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu (zaimplantowania)? Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30:

„Pytanie nr 1 dotyczy projektu umowy

Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego. Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego, wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiegokolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas

Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami.

Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.”

Odp. Zamawiającego: Wzór Umowy Depozytu stanowiący CZĘŚĆ III SIWZ reguluje zasady utworzenia i funkcjonowania „depozytu” w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 31:

„Dotyczy pakietu nr 10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

„Dotyczy pakietu nr 10. Czy Zamawiający wyłączy z pakietu punkty 6,7,8,9 i utworzy odrębny pakiet?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33:

„Dotyczy pakietu nr 19. Czy Zamawiający wymaga systemu klatek wykonanych z PEEK w długościach 20 i 25 mm, w wysokościach 8-14mm z dużymi otworami na przeszczepy oraz dwoma znacznikami radiologicznymi – jeden poprzeczny i jeden pionowy, opcjonalnie klatki wykonane z PEEK w długościach 20, 25 oraz 30 mm w wysokościach 8-16 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

„Dotyczy Części nr 2 Poz. 1 Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści ostrze piły o dł. roboczej 90 mm zamiast 95mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35:

„Dotyczy Części nr 2 Poz.4-Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści ostrze piły szerokości 6,9 mm zamiast 6,0 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36:

„Zaakceptuje zbiornik płynu mózgowo rdzeniowego o średnicy 13 mm w komplecie z drenem komorowym o dł. 23,5 cm, implanty pakowane indywidualnie, wykonane z sili konu medycznego, reszta parametrów wg SIWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **24.03.2020 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **24.03.2020 roku** o godz. **11:00**.

Zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.03.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak