

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 09.04.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Serwis i wsparcie techniczne urządzeń firmy Medtronic” - nr sprawy 29/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„dot. zmiany zapisów warunków umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów umowy na niższej zaproponowane.

Obecnie: „Reagowania na zgłoszoną potrzebę interwencji w czasie nie dłuższym niż 4 godziny.” na zapis „Czas reakcji na zgłoszenie max. następny dzień roboczy” (wzór umowy § 3. Pkt 1, ust. 3.)”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o wykreślenie zapisu z Opisu przedmiotu zamówienia pkt. 4. ppkt. C, tj. „części zamiennie mają być fabrycznie nowe / rok produkcji zgodny z rokiem wykonywania naprawy”.

Z uwagi na wiek urządzeń i ograniczoną dostępność nowych części zamiennych brak możliwości spełnienia takim wymaganiom. Wykonawca gwarantuje przywrócenie sprawności urządzenia przez cały okres trwania umowy, również przy użyciu części rekondukcjonowanych.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla powyższy zapis.

Zmiana zostanie uwzględniona w umowie, która zostanie zawarta z Wykonawcą.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.04.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak