



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 09.04.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia jednorazowego użytku, opatrunków, zestawów do ciągłej dializy, cewników oraz wody do irygacji jam ciała” - nr sprawy 24/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w części 25 Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli dotętnicznej zakładanej metodą „po igle” wykonanej z podwójnie oczyszczonego PTFE widocznego w USG z zaworem suwakowo-kulkowym FloSwitch (czerwony suwak), skrzydełka boczne z okrągłymi otworami, Ø 20 G (1,1 mm) dł. 45 mm, przepływ: 49ml/min. Igła wprowadzająca z bocznym nacięciem z otworem w części dystalnej powlekana silikonem. Bez PCV i DEHP. Sztywne opakowanie typu Tyvek. Sterylizowana EtO. Czas utrzymania w naczyniu do 29 dni.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy Część 37, pozycja 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego, przyrządu do transferu leków cytostatycznych z fiolki, z filtrem bakteryjnym 0,2µm oraz cząsteczkowym 5 µm, odpornego na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP, bez zastawki, z zatyczką, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zaoferowany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy Część 37, pozycja 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego, przyrządu do transferu leków cytostatycznych z fiolki, z filtrem bakteryjnym 0,2µm oraz cząsteczkowym 5 µm, odpornego na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP, bez zastawki, z zaworem pełniącym rolę tożsamą z zastawką.

Zaoferowany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zgodnie z art. 24. ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający w pozycji 12 część 17 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o przekroju 11 Fr, 13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?”

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 z części 17 stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie z części nr 17 poz. nr 8, 10 i 11 do odrębnego zadania na płyny do ciągłych terapii nerkozastępczych.

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie płynów jak niżej:

Ad. 8 płyn o stężeniu magnezu 1,00 mmol/l. Pozostałe zapisy bez zmian.

Ad. 10 płyn w workach o pojemności 1000ml lub 2000ml. Pozostałe zapisy bez zmian.

Ad. 11 płyn o stężeniu potasu 0 lub 2 lub 4mmol/l, glukozy 5,50 mmol/l oraz chlorków 109/111/113 mmol/l. Worek posiada dwa porty do pobierania płynu (wylotowe):-1-typu Luer Lock;2- z adapterem typu Safe Lock oraz port z membraną do nakłuć w celu modyfikacji składu. Pozostałe zapisy bez zmian.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Część 26, poz. 1. Czy Zamawiający wymaga Deklaracji Zgodności dla wyrobu medycznego klasy III i potwierdzenia klasyfikacji certyfikatem EC jednostki notyfikowanej, co dowodzi działania jodu na pacjenta w zakresie redukcji kolonizacji bakteryjnej, a nie jedynie działania jodu na poziomie produktu bez wpływu na pacjenta?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 12 op. a`10szt. tj. 120 sztuk opatrunków – pakiet 30”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy następującej treści:

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze

Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wprowadzi następujący zapis do wzoru umowy

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Pytanie nr 11:

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy następującej treści:

- 1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,
- 2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

„Dotyczy Części nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 3 niżej opisanego zestawu?

Skład:

	Ilość
- Półprzezroczysta trzykomorowa taca 965ml, (227x178x45mm)	1
- Pean prosty 14cm (metalowy)	1
- Kompresy gazowe 5x5cm, 17nitkowe, 8 warstw	3
- LINON tupfer gazowy 30/30 BATIST	5
- Strzykawka 2ml - w oddzielnym opakowaniu	1
- Strzykawka 5ml - w oddzielnym opakowaniu	1

- Igła iniekcyjna 0,5x25 25 G - w oddzielnym opakowaniu 1
 - Igła iniekcyjna 0,9x40 20 G - w oddzielnym opakowaniu 2
 - Hospidrape 75x90cm 1
 - Serweta epiduralna 75x80cm z otworem przyklepnym 6x15cm (4 przylepce na rogach serwety), 2w 1”
- Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.***

Pytanie nr 13:

„Dotyczy Części nr 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za blister zawierający 3 paski i zaoferowanie 2 334 opakowań jednostkowych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Dotyczy Części nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o szerokości 2,4-2,9 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Dotyczy Części nr 7 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o szerokości 3,8-4,6 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Dotyczy Części nr 7 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o szerokości 6,5-7,5 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Dotyczy Części nr 7 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o szerokości 8,6-9,6 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„Dotyczy Części nr 8 poz. 1, 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski poliestrowej?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

„Dotyczy Części 9 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu amorficznego w składzie: woda 77,7%, glikol propylenowy 20%, usieciowanej karboksymetylocelulozy 2,3%?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia parametry dotyczące utrzymania na ranie.

Pytanie nr 20:

„Część 29 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 7,5 x 7,5?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

„Dotyczy wzoru umowy: Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie nr 22:

„Dotyczy Część 7, poz. 1-4 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

„Dotyczy Część 8, poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

„Dotyczy Części nr 35 , poz. 1 Czy zamawiający dopuści dren o długości min. 90 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 25:

„Dotyczy Części Pakiet 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego o poniższych różnicach w składzie (różnice pogrubione i podkreślone):

1 x serweta włókninowa 75cm x 90cm;

1 x serweta włókninowa 2-warstwowa 75cm x 90cm z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm

1 x kleszczyki typu Kocher, 14 cm;

1 x strzykawka 5ml typu Luer (zamiast Luer lock)

1 x igła 18G x 1 1/2;

1 x igła 0,7 x 30, 22G (zamiast igła 21G x 1 ½);

6 x tupper gazowy;

1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5cm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

„Dotyczy Pakiet 4, pozycja 1, 2. Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie moczenia ok. 5 sekund?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

„Dotyczy Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 4,0-6,5cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

„Dotyczy Pakiet 7, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 5,0-9,5cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

„Dotyczy Pakiet 7, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 6,5-13,5cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

„Dotyczy Pakiet 7, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 8,0-14,0cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

„Dotyczy Pakiet 18, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby zszywki były powlekane teflonem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

„Dotyczy Pakiet 18, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści stapler zawierający 35 zszywek w rozmiarze szerokość 5,9mm, wysokość 3,9mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

„Dotyczy Pakiet 26, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

„Dotyczy Części nr 1 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści długość zestawu 150 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

„Dotyczy Części nr 3 Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do znieczulenia podpajęczynówkowego zgodnego z SIWZ, jednakże w którego składzie, w zamian za wymaganą igłę 21G x 1 ½ jest igła 22G x 1 ¼?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

„Dotyczy Części nr 14 Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran zgodnych z SIWZ, jednakże niewzmocnionych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37:

„Dotyczy Części nr 36 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe PCV, jednorazowe w rozmiarach 1-6 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale z możliwością stosowania w środowisku MR - zgodnie z modyfikacją z dnia 09.04.2020.

Pytanie nr 38:

„Dotyczy Części nr 36 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej PCV, jednorazowej, o rozmiarze odpowiadającym wadze pacjenta:

- rozmiar 1: <5 kg
- rozmiar 1,5: 5-10 kg
- rozmiar 2: 10-20 kg
- rozmiar 2,5: 20-30 kg
- rozmiar 3: 30-50 kg
- rozmiar 4: 50-70 kg
- rozmiar 5: 70-100 kg?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale z możliwością stosowania w środowisku MR - zgodnie z modyfikacją z dnia 09.04.2020.

Pytanie nr 39:

„Dotyczy Części nr 36 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej PCV, jednorazowej, o rurce maski wygiętej zgodnie z budową anatomiczną gardła (pod kątem 70°), wygięcie rurki usztywnione?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale z możliwością stosowania w środowisku MR - zgodnie z modyfikacją z dnia 09.04.2020.

Pytanie nr 40:

„Dotyczy Części nr 36 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej PCV, jednorazowej, o delikatnym, pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi mankietem, koniuszek mankieta posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankieta umieszczone

na baloniku kontrolnym, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, dren do napełniania balonika kontrolnego luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, kodowane kolorem, wykonana z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów, możliwość bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga maski z możliwością stosowania w środowisku MR. Zgodnie z modyfikacją z dnia 09.04.2020

Pytanie nr 41:

„Dotyczy Części nr 4 pozycja 1,2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opasek gipsowych pakowanych po 2sztuki.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

„Dotyczy Części nr 4 pozycja 1,2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opasek gipsowych o czasie chłonności wody ≤ 5 sekund.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

„Dotyczy Części nr 14 pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran bez wzmocnień w rozmiarze 6mmx75mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:

„Dotyczy Części nr 6, pozycja 1-2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek wiązanych na troki o długości min. 41,5 cm w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

„Dotyczy Części nr 6, pozycja 4 Prosimy Zamawiającego w wyjaśnienie czy dopuszcza czepek w kształcie furażerki ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46:

„Dotyczy Części nr 6, pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowi i różowy).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47:

„Dotyczy Części nr 6, pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48:

„Dotyczy Części nr 10, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x142 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzepiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49:

„Dotyczy Części nr 10, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego na stół operacyjny, przeciwoleżynowego, 5-cio warstwowego, zintegrowanego wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzającego się, zapobiegającego przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonanego z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni o wymiarze min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. Chłonność min. 40ml/100cm²; gramatura podstawowa: min.210 g/m².”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50:

„Dotyczy Części nr 10, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pozycji systemu do zabezpieczania stołu operacyjnego i jego otoczenia wraz z systemem monitorowania jakości sprzątania w którego skład wchodzi: żel fluorescencyjny w ilości 20 szt. miesięcznie, elektryczne urządzenie do rejestracji danych, comiesięczne porównawcze raporty monitorujące poziom higieny i utworzenie nowego pakietu, ze względu na nie miarodajną jednostkę miary. Zamawiający wymaga 3650 systemów do zabezpieczania stołu operacyjnego i jego otoczenia wraz z systemem monitorowania jakości sprzątania?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51:

„Dotyczy Części nr 10, pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego na stół operacyjny, przeciwoleżynowego, 5-cio warstwowego, zintegrowanego wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzającego się, zapobiegającego przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonanego z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni o wymiarze min. 100 x 150cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x130+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkładu. Chłonność min. 35ml/100cm²; gramatura podstawowa: 295 g/m².”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52:

„Dotyczy Części nr 10, pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego na stół operacyjny, przeciwoleżynowego, 5-cio warstwowego, zintegrowanego wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzającego się, zapobiegającego przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem

rdzenia; wykonanego z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni o wymiarze min. 100 x 150cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x130+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkładu. Chłonność min. 35ml/100cm²; gramatura podstawowa: 295 g/m².”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53:

„Dotyczy Części nr 10, pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego z pulpą celulozową i chłonnym polimerem, rozmiar 58X91 cm, chłonność min. 1500 ml, nieprzepuszczalny foliowy spód, włókninowy wierzch.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54:

„Dotyczy Części nr 13, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów ubrań wykonanych z nieprzeziernego materiału typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², bluza z wycięciem w literkę V.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55:

„Dotyczy Części nr 15 pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca mocującego do drenów donosowych dla dorosłych w rozmiarze 7,5cmx7,6cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56:

„Dotyczy Część nr 15 pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga opatrunku z 3 stopniowym systemem aplikacji.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57:

„Dotyczy Części nr 26 pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: sterylna, ultra cienka folia chirurgiczna bakterioobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58:

„Dotyczy Pakiet 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do infuzji Taxoli, z drenem wykonanym z poliuretanu, o długości 142 cm.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do Taxolu na końcu drenu powinien posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym umożliwiającą skuteczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59:

„Dotyczy Pakiet 2

1/ Prosimy zamawiającego o sprecyzowanie czy igła tępa z filtrem ma być z ostrzem ściętym pod kątem 45° celem lepszej filtracji ?

2/ Czy ma być sterylizowana tlenkiem etylenu?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60:

„Dotyczy Pakiet 35

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do moczu odpływowego, zawór spustowy w kształcie litery T , dla dorosłych , z możliwością stosowania do 7 dni (potwierdzone stosownym dokumentem) , pojemność 2 l, wyraźna skala pomiarowa umiejscowiona poprzecznie i ukośnie, miękki antyżalamaniowy dren dł. 120cm

2 / Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie ma posiadać szczegółowa skalę co 25ml do 100ml ?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma posiadać filtr antybakteryjny oraz białą tylną ścianę worka do łatwej wizualizacji moczu,?

4/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma posiadać nadrukowaną instrukcję?

5/ Prosimy o wyjaśnienie czy worek na mocz „użycie do 7 dni ma posiadać podwójne, wzmocnione zgrzewy oraz płaski, łatwy do dezynfekcji port igłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61:

„Dotyczy Pakiet 36

1/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie cech zamawianego produktu, czy Zamawiający wymaga Aby maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, posiadała z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość?

2/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy maska krtaniowa Z PCV jednorazowego użytku ma posiadać stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania ?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska krtaniowa jednorazowego użytku z PCV ma być bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA)?

4/ Prosimy o wyjaśnienie czy rozmiar maski ma być kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. ?

5/ Czy na opakowaniu ma posiadać instrukcję użycia maski krtaniowej?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62:

„Dotyczy Pakiet 37

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu leków cytostatycznych z fiolki z filtrem 0,2 mikrona, z możliwością użycia przez 600 aktywacji, z dwoma bocznymi stabilizatorami blokującymi ostrze, i filtrem z zabezpieczającą obudową.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu leków cytostatycznych z fiolki z filtrem 0,2 mikrona, z możliwością użycia przez 140 aktywacji, filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu."

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63:

„Czy Zamawiający w części 11 poz 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw do szynowania moczowodu do 12 mcy, pigtail otwarty-zamknięty, przewodnik, popychacz, zestaw pakowany łącznie. Rozmiar 4,8 Fr i długość 24 i 26cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64:

„Czy Zamawiający w części 11 poz 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw do szynowania moczowodu do 6mcs, pigtail otwarty-otwarty - przewodnik, popychacz, zestaw pakowany łącznie. Rozmiar 4,8 Fr i długość 24 i 26 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65:

„Czy Zamawiający w części 11 poz 7 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw do szynowania moczowodu do 12 msc, pigtail otwarty-otwarty, przewodnik, popychacz, system blokujący, zestaw pakowany łącznie. Rozmiar 4,8 Fr i długość 24 i 26 cm z przewodnikiem stalowym pokrytym PTFE?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66:

„Czy Zamawiający w części 18 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt znanego amerykańskiego producenta: Staplery do skóry wraz z zszywkami powlekany teflonem. Stapler zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Automatyczne podawanie zszywek. Zszywki powlekane teflonem. Zszywki o wysokim profilu i prostokątnym kształcie. Typ zszywki -szeroka, grzbiet 6,5mm, nóżka – 4,7mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67:

„Czy Zamawiający w części 35 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Worki do moczu 7-dniowe - worek do moczu odpływowy, zawór spustowy w kształcie litery T , dla dorosłych , z możliwością stosowania do 7 dni (potwierdzone stosownym dokumentem) , pojemność 2 l, wyraźna skala pomiarowa umiejscowiona poprzecznie i ukośnie, dren dł. min 120cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68:

„Dotyczy Części nr 3 Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego o składzie : 1 x serweta podfoliowana 75cm x 45cm; 1 x serweta podfoliowana z otworem otoczonym warstwą lepną i przylepłą krawędzią boczną; 1 x pęseta 13 cm; 1 x strzykawka 5ml typu Luer lock; 1x strzykawka 3 ml, 1x igła 1,2x40 mm; 1x igła 0,5x25 mm; 10x kompres włókninowy 7,5x7,5 cm ; 1 x opatrunek typu Cosmopor E 7,2 x 5cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69:

„Dotyczy Części nr 4 poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie chłonności wody 5 s?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70:

„Dotyczy Części nr 4 poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie a2 sztuki?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71:

„Dotyczy Części nr 4 poz. 1-2: Czy Zamawiający oczekuje opaski nawiniętej na plastikowa rolkę z otworami? Takie rozwiązanie umożliwi pełne, przez wszystkie jej warstwy namakanie opaski. Przy namaczaniu woda przenika przez zewnętrzne warstwy a dzięki otworom w rolce również przez wewnętrzne warstwy opaski dzięki czemu są równomiernie namoczone i prawidłowo przygotowane do usztywniania.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72:

„Dotyczy Części nr 5 poz. 2 Opaski elastyczne w większości szpitali wykorzystywane są po sterylizacji do zabiegów m.in. artroskopii na bloku operacyjnym. Czy Zamawiający będzie przeznaczał opaski do sterylizacji? Czy Zamawiający oczekuje załączenia do oferty karty danych technicznych opasek potwierdzającej, że nie zmieniają po sterylizacji swoich właściwości tj. nie żółkną i nie tracą elastyczności?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73:

„Dotyczy Części nr 5 poz. 3,4 Zamawiający informuje o tym, że kompresy będą wprowadzane w całości lub części do organizmu ludzkiego przez otwory ciała lub jego powierzchnie. Prosimy o potwierdzenie, że oznacza to, że Zamawiający oczekuje kompresów zarejestrowanych w kl. II a Reg. 7, a więc do zastosowania inwazyjnego, tam gdzie jest przerwana ciągłość skóry?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74:

„Dotyczy Części nr 5 poz. 3-7 Czy zgodnie z ostatnią częścią Farmakopei, dotyczącą wyrobów medycznych nieaktywnych tj. cz. VI, Zamawiający oczekuje, aby masa powierzchniowa zamawianej gazy 13 nitkowej wynosiła 17g/m² a w przypadku zamawianej gazy 17 nitkowej wynosiła 23 g/m²?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75:

„Dotyczy Część 5 poz. 8 Czy Zamawiający wymaga, aby wata celulozowa była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała wysoką chłonność wody min. 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76:

„Dotyczy Części nr 5 poz. 8 Czy Zamawiający wymaga, aby wata celulozowa była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77:

„Dotyczy Pakiet 8: Na rynku pojawiły się opaski wiskozowe dziane z domieszką poliestru. Opaki z zawartością poliestru mogą powodować podrażnienia przy bezpośrednim kontakcie ze skórą oraz nie są opaskami, które można sterylizować. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek takich jakich szpital używał dotychczas tj. z wiskozy 100%? Czy na potwierdzenie tego wymogu Zamawiający oczekuje dołączenia kart danych technicznych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78:

„Dotyczy Pakiet 10, poz. 5 Wszystkie szpitale w warunkach bloku operacyjnego używają podkładów chłonnych, które są również wyrobem medycznym, nabywane jako ogólnoszpitalne. Czy Zamawiający wydzieli poz nr 5 i dopuści podkłady higieniczne o wskazanej przez Zamawiającego chłonności, w rozmiarze 60x90, które zamiast pasków kleju mają perforowaną folię, która zapobiega przesuwaniu się podkładu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert. ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79:

„Dotyczy Pakiet 13 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bluz z wycięciem przy szyi w szpic?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80:

„Dotyczy Pakiet 13: Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS , SMMS i SMMM to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81:

„Zapytania dot. umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odp. Zamawiającego: Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.

Pytanie nr 82:

„Dotyczy Pakiet 4, poz. 1, 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opasek o czasie chłonności wody 3-4 sekundy”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83:

„Dotyczy Pakiet 4, poz. 1, 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opasek o czasie wiązania 4-6 minut”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84:

„Dotyczy Pakiet 4, poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opaski w rozmiarze 12cm x 3m”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.04.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak