



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 26.05.2020r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów do sterylizacji”  
- nr sprawy 40/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„dot. części nr 9

Czy zamawiający dopuści rękawice ochronne do sterylizatora o długości 33 cm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Część Nr 3 Pytania nr 2-12:**

**Pytanie nr 2:**

„Dotyczy poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 350mm lub 400mm zamiast 380mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 3:**

„Dotyczy poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 70mm zamiast 60mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 4:**

„Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o zielonym kolorze laminatu foliowego? Wymóg koloru niebieskiego folii nie ma merytorycznego uzasadnienia. Norma nie określa koloru folii tylko mówi o tym, że musi być zabarwiona w celu określenia jakości wykonanego zgrzewu.”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 5:**

„Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, z symbolem metody sterylizacji nadrukowanym tuż obok danego wskaźnika?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

„Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania 7,3 kN/m oraz w kierunku poprzecznym 4 kN/m, natomiast na mokro odpowiednio 2,4 i 1,3 kN/m, o

wytrzymałości na przedarcie wzdłużne 700 mN i poprzeczne 750 mN? Proponowane wartości są wyższe niż Zamawiający wymaga, dlatego są parametrami lepszymi od opisanych.”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 7:**

„Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe posiadające wszystkie oznaczenia i wskaźniki w tym symbol otwierania od strony folii z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga symboli z obu stron rękawa.***

**Pytanie nr 8:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji zgodnych z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numerem jednostki notyfikowanej”, tj. znak CE umieszczony jest jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość producentów rękawów papierowo-foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE sterylizowanych wyrobów.”

***Odp. Zamawiającego: Każdy produkt włożony do opakowania do sterylizacji musi posiadać dokument własny, że posiada dopuszczenie do obrotu na terenie UE, także wymogi są podtrzymane SIWZ w zakresie opakowań.***

**Pytanie nr 9:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji o wyższych parametrach technicznych niż opisane w SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 10:**

„Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 11:**

„Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 12:**

„Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1i2?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 13:**

„Do formularza asortymentowo-ilościowego – załącznik nr 2 ( Część nr 6, poz. 10)

Prosimy o doprecyzowanie, jakiej ilości preparatu wymaga Zamawiający – brak jest przypisanych ilości w kolumnie „ilość jm” .

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wykreśla pozycję 10, ponieważ podany asortyment został omyłkowo wpisany do formularza asortymentowo-ilościowego. Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach.***

**Pytanie nr 14:**

„dotyczy Części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów w opakowaniu jednostkowym papierowym?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 15:**

„dotyczy Części nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tamponów gazowych niejałowych 25x25cm w opakowaniu zawierającym 50sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości zaferowanych opakowań?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 16:**

„dotyczy Części nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tamponów gazowych niejałowych 20x19cm w opakowaniu zawierającym 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości zaferowanych opakowań?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 17:**

„dotyczy Części 1 poz. 7-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 7-13 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 18:**

„dotyczy Części 7 poz. 8-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 8-11 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 19:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.***

***Zgodnie z art. 24. ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.***

**Pytanie nr 20:**

„Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 21:**

„Dotyczy części nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zabezpieczenia instrumentów w następujących rozmiarach:

1,6mm x 19mm

1,9mm x 19mm

2,7mm x 19mm

3,2mm x 25mm

4,7mm x 25mm

1,6mm x 9,5mm x 25mm

1,6mm x 16mm x 25mm

3,2mm x 25mm x 25mm

Oślonki są silikonowe i różnica rozmiaru na poziomie 0,1mm nie ma wpływu na użytkowanie produktu.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 22:**

„Część nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierową a 100 szt. w opakowaniu?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 23:**

„Część nr 1, poz. 1,2,3

Na rynku istnieje bardzo dużo rodzajów kompresów gazowych. Jednym z najważniejszych parametrów kompresów jest ich chłonność, a ta wynika z ilości gazy użytej do ich produkcji, tj. gramatury pojedynczego kompresu. Na rynku funkcjonują liczne firmy dostarczające materiały opatrunkowe – kompresy o zróżnicowanej gramaturze. W związku z powyższym oferując kompresy o różnej gramaturze w ofertach będą występować różne ceny, czego konsekwencją jest nierównoważność ofert przetargowych.”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 24:**

„Część nr 1

Poz. 1: Czy zamawiający wymaga najczęściej występującej na rynku gramatury kompresu z gazy 17nitek, 8 warstw, 10cm x 10cm wynoszącej 0,598 g?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 25:**

„Część nr 1

Poz. 2: Czy zamawiający wymaga najczęściej występującej na rynku gramatury kompresu z gazy 17nitek, 8 warstw, 7,5 x 7,5cm wynoszącej 1,656 g?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 26:**

„Część nr 1

Poz. 3: Czy zamawiający wymaga najczęściej występującej na rynku gramatury kompresu z gazy 17nitok., 8 warstw, 5cm x 5cm wynoszącej 1,564 g?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

Czy na potwierdzenie gramatury pojedynczego kompresu zamawiający oczekuje dołączenia kdt do oferty ?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 27:**

„Część nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów w rozmiarze 30cmx30 cm, pakowanych w opak. a 50 szt. z przeliczeniem zamawianych opakowań?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 28:**

„Część nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów pakowanych w opak. a 250 szt. z przeliczeniem zamawianych opakowań?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 29:**

„Część nr 1, poz. 7-13

Czy Zamawiający dopuści opatrunki włókninowe z nacięciem wzdłuż dłuższego boku?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 30:**

„Część nr 1, poz. 7-13

Czy Zamawiający dopuści opatrunki włókninowe chłonności, dla poz. 7 = 900-1600 g/m<sup>2</sup>, poz. 8-13= 1300-1900 g/m<sup>2</sup>?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 31:**

„Część nr 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebek papierowo-foliowych i rękawów papierowo-foliowych o następujących parametrach: wytrzymałość papieru na rozciąganie na sucho wzdłużne 6,40 Kn/m, poprzeczne 3,40 Kn/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne 2,10 Kn/m, poprzeczne 1,10 Kn/m?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 32:**

„Część 7 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów ginekologicznych zbudowanych z masy celulozowej, owiniętej bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią; część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą, Folia wewnątrz wkładu zabezpiecza przed przesiąkaniem płynów na stronę zewnętrzną wkładu.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 33:**

„Część 7 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów ginekologicznych przeznaczonych do sterylizacji?”

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Pytanie nr 34:**

„Część 7 poz. 5, 6, 7:

Czy Zamawiający oczekuje setonów zarejestrowanych w kl. II a reg. 7?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 35:**

„Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,1% wartości zamówionej partii?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 36:**

Część nr 4 – pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie testów biologicznych do sterylizacji plazmowej o szybkim odczycie do 30 minut. W przypadku odpowiedzi pozytywnej – czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia czytnika kompatybilnego z zaoferowanymi testami na czas trwania umowy?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wraz z użyczeniem w cenie oferty czytnika kompatybilnego z zaoferowanymi testami na czas trwania umowy.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.05.2020 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak