



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 05.06.2020r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa stabilizacji neurochirurgicznych, materiałów zespalających, endoprotez, elektrod do zabiegów chirurgicznych, substytutu kostnego, środka hemostatycznego, zestawu do eksterpcji żył, zamykacza do ran” - nr sprawy 37/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„do części nr 12 poz. 1

Czy zamawiający dopuści w części nr 12 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 30 cm<sup>3</sup> - zamiast granulatu 4-10 mm, 30 cm<sup>3</sup> ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

„do części nr 12 poz. 1

Czy zamawiający dopuści w części nr 12 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 20 cm<sup>3</sup> – zamiast granulatu 4-10 mm, 15 cm<sup>3</sup>?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

„do części nr 12 poz.1

Czy zamawiający dopuści w części nr 12 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 5 cm<sup>3</sup> - zamiast granulatu 4-10 mm, 5 cm<sup>3</sup> ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

„do części nr 12 poz. 1

Czy zamawiający dopuści w części nr 12 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 2-4 mm, 30 cm<sup>3</sup> – zamiast granulatu 2-4 mm, 30 cm<sup>3</sup> ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 5:**

„do części nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w części nr 12 w pozycji 2 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – bloczek o wymiarach 10/20/20 mm ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

„do części nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 13 w pozycji 1 złożenie oferty na substancję - dwuwodny czysty siarczan wapnia (  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  ) do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku lub w profilaktyce? Dostępną jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3mm, 4,8mm, 6mm. Stanowi równocześnie substytut przeszczepów kostnych, który ulega całkowitej resorpcji i jest zastępowany kością podczas procesu gojenia. Biodegradowalny i biokompatybilny. Uzyskiwany granulaty 12.00 cc (zamiast 12.50 cc).”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

„Dotyczy Części nr 23 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wszystkich implantów w tej części w wersji niesterylnej?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 8:**

„Czy Zamawiający dla części 16 przewiduje realizację zamówienia w ramach dostawy ?

Realizacja części 16 w ramach dostawy, a nie depozytu jest przede wszystkim uzasadniona faktem, iż stabilizatory są sprzętem wielokrotnego użytku poddawane wielokrotnej sterylizacji – a nie sprzętem jednorazowym (jak np. implanty).”

***Odp. Zamawiającego: Tak, zgodnie z SIWZ w części 16 Zamawiający nie wymaga depozytu.***

**Pytanie nr 9:**

„Pytanie do części 19

Czy zamawiający dopuszcza w części nr 19, w pozycji 2 (System tytanowych śrub przez stawowych/przez nasadowych do kręgosłupa. Możliwość stosowania od poziomu L1 do S1 z dostępu tylnego w technice MIS):

- System tytanowych płytek/klinów stawowych stabilizowanych za pomocą śrub. Możliwość stosowania do kręgosłupa lędźwiowego od L1 do S1.

- implanty sterylne

- Komplet: 2płytki/kliny, 4śruby (2szt. w opakowaniu)”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 10:**

„Pytanie do części 19

Czy zamawiający dopuszcza ze względu na niewielką ilość wykonywanych zabiegów planowych z użyciem implantów w części nr 19, w pozycji 2 (System tytanowych śrub przez stawowych/przez nasadowych do kręgosłupa. Możliwość stosowania od poziomu L1 do S1 z dostępu tylnego w

technice MIS) możliwość dosyłania kompletnego instrumentarium do wykonania operacji, oraz pełnego asortymentu rozmiarów danego przedmiotu zamówienia, na jednorazowe zabiegi. Instrumentarium oraz komplet implantów będących przedmiotem zamówienia, byłyby wysyłane po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy do 72 godzin przed

planowaną operacją. Koszt przesłania instrumentarium razem z implantami pokrywa wykonawca?"

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 11:**

„Dotyczy Części nr 8

Czy Zamawiający w poz. 1. dopuści miejscowy wchłaniany środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej o pojemności 7ml przed zmieszaniem, po zmieszaniu z 2ml roztworu soli fizjologicznej uzyskuje objętość 8ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?"

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści zestaw zawierający miejscowy, wchłaniany środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej o pojemności 7ml przed zmieszaniem, 8 ml po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?"

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 12:**

„dot. zadanie nr 16

Czy celem uzyskania najkorzystniejszej cenowo oferty, przy jednoczesnym utrzymaniu standardu jakości implantów Zamawiający dopuści aby klamry oraz pręty stabilizatora do kości miednicy mogły być wykonane z aluminium?"

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 13:**

„Część 18

Czy zamawiający dopuści w części nr 18, pozycji nr 2 substytut kostny w postaci pasty o objętości 2,5 cc, pozostałe warunki zgodne z SIWZ?"

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.06.2020 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak

