

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.06.2020

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej, zestawów do hemodializy, hemodiafiltracji, hemodiafiltracji heparynowej oraz plazmaferezy” - nr sprawy 51/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie nr 1:

„Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału Części nr 5 na następujące pod części:

Część 5 a – obecna pozycja 1 (linie substytucji);

Część 5 b – obecne pozycje 4,5 oraz 6 (igły do hemodializ);

Część 5 c – obecne pozycje 2,3 oraz 7 (pozostały sprzęt)?

lub wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej na poszczególne pozycje pakietu?”

Zgoda Zamawiającego pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców oraz na zaoferowanie wyrobu medycznego używanego od lat do dnia dzisiejszego przez wiele OAIT w ośrodkach klinicznych, szpitalach specjalistycznych oraz w stacjach dializ na terenie całego kraju, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści par.1 ust. 4 wzór umowy użyczenia, zastępując dotychczasowy zapis poniższym?

Par.1 ust.4: „Użyczący zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do przeprowadzenia – przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu - szkolenia wskazanego przez Użytkownika personelu w zakresie obsługi użyczonego sprzętu potwierdzonym stosownym certyfikatem szkolenia.”

Powszechną praktyką jest, że wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi sprzętu personelowi zamawiającego, który to personel następnie zapewnia takie szkolenie pacjentom. Wykonawca realizujący dostawy produktów i dzierżawę sprzętu nie jest podmiotem uprawnionym do szkolenia pacjentów w ich domach, a nieprecyzyjny zapis zaproponowany przez Zamawiającego w par.1 ust.4 może prowadzić do interpretacji treści postanowienia, jakoby wykonawca zobowiązywał się do zapewnienia szkolenia pacjentowi, w tym w jego domu.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.06.2020 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak