



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 03.07.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej”- nr sprawy 57/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Zadanie 4, Pozycja 1 jest częścią serwisową, niedostępną w ogólnej sprzedaży dlatego prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 do osobnego zadania.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wykreśla poz. nr 1 z części nr 4.

2. Część 1 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mankiety 6 – 11 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak.

3. Część 1 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mankiety 10 – 15 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak.

4. Część 1 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści mankiety 10 – 15 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak.

5. Część 1 Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści mankiety 20,5 – 28 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak.

6. Część 1 Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści mankiety 27 – 35 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak

7. Część 1 Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści mankiety 34 – 43 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak

8. Część 1 Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści mankiety 27 – 35 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak.

9. Część 1 Poz. 42
Czy Zamawiający dopuści czujniki dla pacjentów o wadze 4 – 15 kg?
Odp. Zamawiającego: tak
10. Część nr 1
Prosimy o wydzielenie osprzętu działającego w technologii Masimo - pozycji 31,39, 46, 47, 48 do oddzielnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a przez to wpłynie pozytywnie na konkurencyjność ofert.
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Część nr 1
Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie mankietu dla obwodu kończyny 10-19 cm
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12. Część nr 1
Poz. 8 Prosimy o dopuszczenie mankietu dla obwodu kończyny 25-35/53cm
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13. Część nr 1
Poz. 7 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
14. Część nr 1
Poz. 8 Prosimy o dopuszczenie mankietu o wydłużonej długości 57,5 cm
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15. Część nr 1
Poz. 14 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
16. Część nr 1
Poz. 14 i 15 Prosimy o doprecyzowanie z jakim monitorem mają współpracować mankiety?
Odp. Zamawiającego: GE Careescape B450
17. Część nr 1
Poz. 20 Prosimy o dopuszczenie dł. 3m
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
18. Część nr 1
Poz. 23 Prosimy o dopuszczenie dł. 0,95 m
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
19. Część nr 1
Poz. 18, 19, 24 – 29 Prosimy o dopuszczenie gwarancji 12 m-cy
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Część nr 1

Poz. 33 i 34 Czy chodzi o czujniki z krótkim kablem 1,0 m ± 0,2 m?

Odp. Zamawiającego: Tak.

21. Część nr 1

Poz. 42 Prosimy o dopuszczenie zakresu wagowego 4-15 kg

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

22. Część nr 1

Poz. 44 Prosimy o dopuszczenie opaski bez otworów, spełniającej pozostałe wymagania.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Pakiet 1 Pozycja 14

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, zdjęcia lub numeru REF zespolonego konektora.

Odp. Zamawiającego: Kardiomonitor GE Carescape B450.

24. Pakiet 1 Pozycja 15

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, zdjęcia lub numeru REF zespolonego konektora.

Odp. Zamawiającego: Kardiomonitor GE Carescape B450.

25. Pakiet 1 pozycja 30,31,32,39,43,46,47,48

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 1, wydzieli pozycje 30,31,32,39,43,46,47,48 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. Pakiet 1 pozycja 44

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie opaski z otworami okrągłymi ? Reszta bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Nie.

27. Pakiet 2 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie ilości odprowadzeń w kablu pacjenta.

Odp. Zamawiającego: 7 odprowadzeń.

28. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp. Zamawiającego: Tak.

29. Część nr 1 poz. 14,15

Czy zamawiający dopuści konektory typu A108 kompatybilne?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

30. Część nr 1 poz. 28

Czy zamawiający dopuści długość kabla 3m?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.07.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów Zamówień Publicznych

Piotr Feszak