



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 06.07.2020

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa kardiowerterów, stymulatorów, cewników ablacyjnych, elektrod, monopolarnego noża plazmowego do cięcia tkanek miękkich oraz dzierżawa generatora i systemu elektroanatomicznego 3D” - nr sprawy 47/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Pakiet 14 Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenia z terapią ATP Burst i Ramp?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

„Pakiet 14 Czy Zamawiający zgodzi się na 100% urządzeń ICD: VR, DR, VDD, CRTD z z dostarczoną energią 37 J już od pierwszej terapii?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 2 umowy, tak aby kara za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia objętego umową depozytu liczona była za dzień roboczy zwłoki a nie za godzinę zwłoki?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

„Ponieważ posiadanie przez Zamawiającego programatorów jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wszczepialnych składamy zapytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaakceptowanie wzoru umowy używania, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania? Umowa gwarantuje serwis, naprawę w ramach obowiązującej umowy przetargowej oraz określa zasady używania sprzętu oraz wynika z obowiązków według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 5:**

„Pytanie 1 do pakietu 1 pozycja 2 Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i stworzenie osobnego zadania na elektrody endokawitarne oraz dopuszczenie elektrod o poniższych parametrach:

- dostępne 4,5 i 6 F

- długość 120 cm
- 4 krzywizny do wyboru Zamawiającego
- oznaczenie kolorystyczne
- spacing 10 mm

Elektrody znane są w wielu pracowniach w Polsce i cieszą się powodzeniem ze względu na jakość jak i bardzo korzystną cenę.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6:**

„Pytanie 2 do pakietu 3 pozycja 2 Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i stworzenie osobnego zadania na elektrody endokawitarne oraz dopuszczenie elektrod o poniższych parametrach:

- dostępne 4,5 i 6 F
- długość 120 cm
- 4 krzywizny do wyboru Zamawiającego
- oznaczenie kolorystyczne
- spacing 10 mm

Elektrody znane są w wielu pracowniach w Polsce i cieszą się powodzeniem ze względu na jakość jak i bardzo korzystną cenę”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 7:**

„Pytanie 3 do pakietu 5 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów peel away o następujących parametrach:

- introduktory do łatwego umieszczenia elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka-rozszerzacz (dylator). Po wprowadzeniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na dwie części

- długość 13,5 cm
- 6- 10 F , dodatkowo oznaczony kolorystycznie
- Zestaw-introduktor typu „Peel Away” spełnia standardy ISO11070 „Sterylny jednorazowego użytku introduktor naczyniowy”

Zestaw zawiera:

- Introduktor składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczynu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenu bizmutu).
- Prowadnik  $\varnothing$  0,38”, długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczenia końcówki „J” w igle.
- Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.
- Strzykawka, pojemność 10 ml.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 8:**

„Pytanie 4 do pakietu 6 Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6 i stworzenie osobnego zadania na koszulki sterowalne dzięki temu zwiększy się ilość oferowanych ofert. Posiadamy w ofercie koszulkę sterowalną o następujących parametrach:

- koszulka amerykańskiego producenta
- 12 F kompatybilna z igłą transseptalną 98 cm

Koszulka cieszy się dużym uznaniem ze względu na jakość jak i wyjątkowo atrakcyjną cenę.”  
**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 9:**

„Pytanie 5 do pakietu 7 pozycja 11

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 10 i stworzenie osobnego zadania na koszulki sterowalne .

Posiadamy w ofercie ciekawy produkt, amerykańskiego producenta, znany wiele lat w pracowniach w całej Polsce spełniający wszystkie wymogi SIWZ w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 10:**

„Pytanie 6 do pakietu 7 pozycja 5,6,7,8

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5,6,7,8 i stworzenie osobnego zadania. Posiadamy produkty wyjątkowo atrakcyjne cenowo o poniższych parametrach:

Pozycja 5 i 6

Bieguny płaskie, wszystkie pozostałe warunki SIWZ spełnione

Pozycja 7 i 8

Wszystkie warunki SIWZ spełnione.

Dzięki wydzieleniu tych pozycji zwiększy się ilość oferowanych produktów i Szpital zyska znaczne oszczędności.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 11:**

„Pytanie 7 do pakietu 8 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod sterowalnych 4 polowych o rozstawie : 2mm, 5mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm do wyboru Zamawiającego. Pozostałe warunki SIWZ spełnione”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 12:**

„Pytanie 8 do pakietu 9 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod sterowalnych 10 polowych , elektrody symetryczne, 1 mechanizm sterowania o rozstawie pierścieni : 2mm, 2-5-2 mm, 5mm, 2-8-2-2 mm do wyboru Zamawiającego.

Pozostałe warunki SIWZ spełnione.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 13:**

„Pytanie 9 do pakietu 13 Czy Zamawiający ma na myśli introducery promieniowe czy udowe?”

**Odp. Zamawiającego: Introducery udowe.**

**Pytanie nr 14:**

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 15:**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2-5:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej, a niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (§3 ust. 1 pkt 1) albo godzinę zwłoki (§3 ust. 1 pkt 2) w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 16:**

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 17:**

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 18:**

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w utworzeniu lub uzupełnienia banku, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części umowy.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 19:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 punkt 1)

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia kardiowerter defobrylator ICD VR, ICD DR?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 20:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 16) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia z możliwością manualnego pomiaru progów stymulacji?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 21:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 18 ) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia o trybach pracy DDD, DDDR, DDI, DDIR, VVI, VVIR, AAI, AAIR, AAI – DDD, AAIR – DDDR, ODO, VOO, AOO, DOO?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 22:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 20 )Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia posiadające trendy rytmu serca od

ostatniej kontroli i sprzed kontroli urządzenia, oraz dane diagnostyczne CardiacCompass przedstawiające diagnostykę dotyczącą niewydolności serca pacjenta?"

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 35 ) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia nie posiadające możliwości pomiaru oporności klatki piersiowej?"

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z wyjątkiem systemu CRT-D.**

**Pytanie nr 24:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 39 ) Czy Zamawiający zaakceptuje elektrody dopuszczone do skanowania MRI bez stref wykluczenia, o długości w zakresach 55-65 cm ?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla ICD punkt 40 ) Czy Zamawiający zaakceptuje elektrody o średnicy  $\leq 8,6\text{fr}$ ?"

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 56 ) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia o trybach pracy DDD, DDDR, DDI, DDIR, VVI, VVIR, AAI, AAIR, ODO, VOO, AOO, DOO?"

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 60) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające Cardiac Compass - diagnostykę dotyczącą niewydolności serca w postaci trendów obejmujących okres 14 miesięcy?"

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 28:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 62 ) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z programowalnym V-V delay LV-RV, RV-LV w zakresie 0-80ms?"

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 63 ) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z polarnościami LV bipolar i quadripolar?"

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 68 ) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z możliwością dostarczenia energii 36J?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 31:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 70 ) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z możliwością zmiany konfiguracji impulsu dwufazowego poprzez zmianę wektora przesyłu terapii wysokoenergetycznej  $A>B$ ,  $B>A$ ,  $AX>B$ ,  $B>AX$ ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 32:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 72 ) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia posiadające możliwość pomiaru impedancji klatki piersiowej w standardach IS4/DF4, IS1/DF1, IS1/DF4?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 33:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 parametry graniczne dla CRTD punkt 74 ) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia posiadające możliwość wykonania badania MRI w awrunkach 1,5 i 3,0 tesla bez stref wykluczeń w standardach IS4/DF4, IS1/DF1, IS1/DF4?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 34:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 elektrody endokawitarne przezłylnie do ICD punkt 80 ) Czy Zamawiający zaakceptuje elektrody czteropolowe o trzech krzywiznach i odległościami pomiędzy pierścieniami 1 do 2 21mm, 2do3 1,3mm, 3 do 4 21mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 35:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 elektrody endokawitarne przezłylnie do ICD punkt 85 ) Czy Zamawiający zaakceptuje elektrodę dedykowaną do pęczka Hisa o średnicy 4,1 fr?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 36:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 stymulatory z funkcją stymulacji dwukomorowej CRTP punkt 11 ) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające tryby stymulacji: DDDR; DDD ; AAIR $\Leftrightarrow$ DDDR; AAI $\Leftrightarrow$ DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 37:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 stymulatory z funkcją stymulacji dwukomorowej CRTP punkt 18 ) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie

posiadające możliwość zaprogramowania trybów 50HZ Burst, Fixed Burst, PES, Ramp, Burst, Ramp +, Burst +?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 stymulatory z funkcją stymulacji dwukomorowej CRTP punkt 21 ) Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające Cardiac Compass - diagnostykę dotyczącą niewydolności serca w postaci trendów obejmujących okres 14 miesięcy?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 39:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 elektrody do LV i zestaw do wenografii i intubacji CS punkt 77-85 – punkt 2)

Czy Zamawiający dopuści elektrody przedsionkowe i komorowe aktywne i pasywne dwubiegunowe?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 40:**

„Pytanie (dotyczy formularza asortymentowo-ilościowego części 16 elektrody do LV i zestaw do wenografii i intubacji CS punkt 77-85 – punkt 4)

Czy Zamawiający dopuści elektrody przedsionkowe (kształt J) w zakresie długości 45 - 53cm?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 41:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu par. 2 umowy użyczenia **dla części nr 6:** z: „Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem niżej wymienionych urządzeń: (...)” na: „Wydzierżawiający oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania niżej wymienionymi urządzeniami, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy: (...)”

Urządzenia, które będą podlegały **dzierżawie** są własnością jednej ze spółek z grupy kapitałowej Wykonawcy, a Wykonawca ma pełne prawo do dysponowania nimi.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wprowadzi powyższy zapis do umowy dzierżawy dla Części nr 6.**

**Pytanie nr 42:**

„Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy depozytu stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dodanie do par. 7 ust. 1 zdania o następującej treści: „Towary w podmagazynie stanowią własność Wykonawcy do chwili ich pobrania z przez Zamawiającego.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 43:**

„Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy depozytu stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dodanie do par. 7 ust. 3 zdania o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z podmagazynu przez Zamawiającego.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.07.2020r.

