



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 08.07.2020 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu i akcesoriów oraz dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji”  
- nr sprawy 43/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Czy Zamawiający dopuści w części nr 4 poz 1 Gaz SF6 Jednorazowy zestaw dla jednego pacjenta w składzie: 1 dozownik z gazem o poj. 75 ml, 1 sterylna strzykawka, 1 sterylny filtr 0,22µm, 1 igła i 1 opaska na pacjenta”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

„Czy Zamawiający dopuści w części nr 4 poz 2 Gaz SF6 Jednorazowy zestaw dla jednego pacjenta w składzie: 1 dozownik z gazem o poj. 75 ml, 3 sterylne strzykawki, 3 sterylne filtry 0,22µm, 3 igły i 3 opaski na pacjenta (możliwość użycia jednego pojemnika do trzech zabiegów”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

„Czy Zamawiający dopuści w części nr 4 poz 3 Gaz C3F8 Jednorazowy zestaw dla jednego pacjenta w składzie: 1 dozownik z gazem o poj. 75 ml, 1 sterylna strzykawka, 1 sterylny filtr 0,22µm, 1 igła i 1 opaska na pacjenta”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

„Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 pozycja nr 2 hydroksypropylometylocelulozę 2.4% stężenie 24 mg/ml w ampułkostrzykawkę 2.3 ml z kaniulą 23G, lepkość 7000 (±3,000 mPas) masa cząsteczkowa ~ 500,000 Da: Ph-6.8-7.6: objętość 2,0 ml kaniula 23 G, temperatura przechowywania 2°C - 25°C ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 5:**

„Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt w plastikowych butelkach o pojemności 500 ml”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

„Dotyczy części nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach:

Sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% (HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowego objętość 2 ml x 1 szklana amp/strz. o niskiej masie cząsteczkowej

i małym napięciu powierzchniowym, preparat wysoce dyspersyjny, pH 6.8–7.6, lepkość 4 500–9 500mPas, kaniula 23G.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7:**

„(część 4) Czy Zamawiający dopuści zestaw nie posiadający 3 igieł?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 8:**

„(część 5) Czy Zamawiający dopuści metylocelulozę o lepkości 3000-4500mPas?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9:**

„(część 4) Czy Zamawiający dopuści metylocelulozę z kaniulą 23G?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10:**

„dotyczy § 7 ust. 2 Wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 11:**

„dotyczy § 7 ust. 3 Wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 12:**

„dotyczy § 7 ust. 4 Wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 13:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 14:**

„Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 15:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu obecności Wykonawcy lub jego przedstawiciela przy odbiorach dostarczanych partii przedmiotu zamówienia?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 16:**

„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 5 w pozycji 2 - 2% hydroskypopylometylocelulozę o lepkości ( $5 \text{ s}^{-1}$ )  $3\ 200 \text{ mPas}$ , pH 6,8-7,6 w jednorazowej szklanej strzykawce o pojemności 2,5 ml z dołączoną kaniulą 23G?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 17:**

„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 5 w pozycji 2 - 2% hydroskypopylometylocelulozę o masie cząsteczkowej  $\geq 80\ 000$  Daltonów, lepkości ( $0.0 \text{ s}^{-1}$ )  $4\ 000 \pm 1\ 500 \text{ mPas}$ , pH  $7,2 \pm 0,4$ , w jednorazowej szklanej strzykawce o pojemności 2 ml z dołączoną kaniulą 23G?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 18:**

„Części Nr 3

Czy Zamawiający dopuści perfluorodekalinę o gęstości  $1,908 \text{ g/cm}^3$ ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 19:**

„Części Nr 3

Czy Zamawiający dopuści 100% perfluorodekalinę o wysokiej czystości, gęstości  $1,908 \text{ g/cm}^3$ ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 20:**

„Części Nr 3

Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy 1000 o lepkości 1000-1500, indeksie refrakcji 1,401-1,405?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 21:**

„Części Nr 3

Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy 5000 o lepkości 5000, indeksie refrakcji 1,401-1,405?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 22:**

„Części Nr 3

Czy Zamawiający w Części Nr 5 poz. 2 dopuści roztwór metylocelulozy o lepkości w przedziale 2600-7000 mPas z kaniulą irygacyjną 23G ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 23:**

**„dot. zapisów w części 1, pkt. 3.3 SIWZ część 1, Aparat do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji**

Czy Zamawiający dopuści aparat używany o roku produkcji 2016 ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 24:**

**„dot. zapisów Formularza Ofertowego zał. Nr 1 do siwz pkt. 2 c:**

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu według poniższej propozycji:

**„Oferowany w części nr 1 poz. 2 i 3 Formularza Asortymentowo-Ilościowego przedmiot zamówienia posiada termin ważności nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności producenta.”**

Oferowane wyroby medyczne produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne Wykonawca nie może dostarczyć towaru z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy.”

**Odp. Zamawiającego:** *Zamawiający dopuszcza w części nr 1 poz. 2 i 3 asortyment z terminem ważności nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności producenta.*

**Pytanie nr 25:**

**„dot. części 1, dzierżawa aparatu, tabela, pkt. 56:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 24 godzin roboczych od zgłoszenia awarii?”

**Odp. Zamawiającego:** *Tak.*

**Pytanie nr 26:**

**„dot. części 1, dzierżawa aparatu, tabela, pkt. 57:**

Czy Wydzierżawiający zgodzi się na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy z 24 do 48 godzin roboczych przy utrzymaniu czasu naprawy nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych?

UZASADNIENIE: Usunięcie awarii wiąże się z koniecznością wymiany części (ponad 95% przypadków). Oczekiwanie na części trwa do 24 godzin. Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 lub 48 godzin roboczych w praktyce nie wydłuża czasu usunięcia awarii.”

**Odp. Zamawiającego:** *Tak.*

**Pytanie nr 27:**

**„dot. części 1, dzierżawa aparatu, tabela, pkt. 59:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu wg. poniższej propozycji:

„Możliwość zgłaszania awarii faxem/ mail'em przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz przez kontakt telefoniczny w godzinach roboczych przez 5 dni w tygodniu.””

**Odp. Zamawiającego:** *Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 28:**

**„część 1, poz. 4:**

Jeśli tak, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymaganej ilości, z uwzględnieniem pełnych opakowań. Oferowane wyroby medyczne sprzedawane są w opakowaniach zawierających 12 sztuk.”

**Odp. Zamawiającego:** *Zgodnie z modyfikacją – 12 sztuk.*

**Pytanie nr 29:**

**„część 1, poz. 6:**

Jeśli tak, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymaganej ilości, z uwzględnieniem pełnych opakowań. Oferowane wyroby medyczne sprzedawane są w opakowaniach zawierających 6 sztuk.”

**Odp. Zamawiającego:** *Zgodnie z modyfikacją –18 sztuk.*

**Pytanie nr 30:**

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 5 ust. 4–5 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„4. Jeżeli podczas odbioru lub pierwszego użycia okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały dostarczony przedmiot zamówienia, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od:

- a) Zgłoszenia reklamacji – w przypadku wad ilościowych,
- b) Dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej.

5. Jeżeli Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia:

- a) otrzymania zawiadomienia o wadach ilościowych lub
- b) Dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej

- nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.”?

**Uzasadnienie:**

- Prosimy o doprecyzowanie, że termin na rozpatrzenie reklamacji będzie liczony w dniach roboczych, tak jak termin dostarczenia wyrobów wolnych od wad;

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia mu reklamowanych towarów. Ponadto Wykonawca uważa, że dostarczenie reklamowanych towarów powinno być obowiązkiem Zamawiającego;"

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 31:**

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 1-4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości **netto niezrealizowanej części umowy**, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **netto danego zamówienia** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ~~lub opóźnienia~~ w wykonaniu zamówienia, **ale nie więcej niż 10% wartości netto tego zamówienia** .

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **netto wadliwego towaru** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ~~lub opóźnienia~~ w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **ale nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego towaru**.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **netto wadliwego towaru** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ~~lub opóźnienia~~ w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, **ale nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego towaru**.”?

**Uzasadnienie:**

- Kara umowna naliczana w przypadku odstąpienia od umowy powinna być naliczana od wartości jeszcze niezamówionego asortymentu, w przeciwnym wypadku miałyby zawsze tę samą wysokość, bez względu na stopień realizacji umowy;

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. Kara umowna powinna być substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

- Kara umowna dotycząca nieterminowego rozpatrywania obowiązków gwarancyjnych i reklamacyjnych powinna być obliczana w oparciu o wartość reklamowanych wyrobów, a nie całego zamówienia. Wykonawca pozostaje bowiem w zwłoce jedynie w stosunku do tych konkretnych towarów, a nie całego zamówienia, w ramach którego je dostarczono;

- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od wartości netto, gdyż to ta kwota określa wysokość zobowiązania;"

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 32:**

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Za niewykonanie umowy strony uważają **trzykrotne, powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy, niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, trzykrotne dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi prawidłowe użytkowanie lub w niekompletnym stanie**.”?

**Uzasadnienie:**

Za niewykonanie umowy nie powinno być uważane już pierwsze uchybienie polegające na zwłoce w dostawie lub dostarczeniu wyrobów wadliwych. Wykonawca uważa, że należy dopuścić po dwa uchybienia każdego rodzaju, a dopiero trzecie może być uważane za niewykonanie umowy.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 33:**

„Czy Zamawiający doda do umowy postanowienia dotyczące zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP?

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z 8 ust. 3 pkt 4) umowy może zostać ona wydłużona o 12 miesięcy, a więc byłaby ona zawarta na więcej niż jeden rok. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy PZP powinna ona zawierać postanowienia regulujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany m.in.:

- 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej,
- 2) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym,
- 3) Zasad gromadzenia środków w PPK.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 34:**

**„UMOWA DZIERŻAWY**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w umowie zapisów **wskazujących całkowitą wartość umowy (netto oraz brutto) oraz regulujących zasady uiszczania czynszu dzierżawnego?**

**Uzasadnienie:**

W formularzu asortymentowo-ilościowym należy podać wartość czynszu dzierżawnego, jednakże umowa nie zawiera zapisów wskazujących na całkowitą jej wartość. W ocenie Wykonawcy konieczne jest również dodanie zapisów regulujących zasady uiszczania czynszu (terminy zapłaty, doręczanie faktur itp.).”

***Odp. Zamawiającego: Czynsz dzierżawy wyszczególniony jest we wzorze umowy – Część II IDW.***

**Pytanie nr 35:**

**„UMOWA DZIERŻAWY**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 7 umowy w następującym brzmieniu: „Wydzierżawiający wraz z przedmiotem dzierżawy dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz w terminie do 3 dni **roboczych** od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przeprowadzi w siedzibie Dzierżawcy **jednorazowe szkolenie personelu** w zakresie używania, właściwej eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji przedmiotu umowy.”?

**Uzasadnienie:**

- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi. Ponadto takie rozwiązanie stawia Wykonawcę w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę wystąpienia zdarzenia wymagającego jego reakcji;

- Wykonawca prosi, aby szkolenie personelu Zamawiającego miało miejsce jeden raz, przeprowadzanie go częściej jest zbyt dezorganizujące;”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 36:**

**„UMOWA DZIERŻAWY**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 11 umowy w następującym brzmieniu: „Wydzierżawiający zobowiązuje się przystąpić do naprawy nie później niż w ciągu **2 dni roboczych** od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii.”?

**Uzasadnienie:**

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień.”

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Pytanie nr 37:**

**„UMOWA DZIERŻAWY**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §3 ust. 15 umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „*Dzierżawca odpowiada za bezpieczeństwo przedmiotu dzierżawy oraz wszelkie jego uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej eksploatacji.*”

**Uzasadnienie:**

Umowa powinna precyzować, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykorzystywanie aparatu i wszelkie szkody z tego faktu wynikające.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 38:**

**„UMOWA DZIERŻAWY**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §4 ust. 1 umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „*Bez pisemnej zgody Dzierżawcy Wyzierżawiający nie może udostępnić, poddzierżawiać lub podnajmować przedmiotu dzierżawy innym podmiotom, pod rygorem możliwości jego natychmiastowego odebrania przez Wyzierżawiającego.*”?

**Uzasadnienie:**

Przedmiot dzierżawy jest dość kosztownym urządzeniem pozostającym przez cały czas własnością Wykonawcy, prawo korzystania z niego powinien mieć tylko Zamawiający.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.**

**Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert **ulega** zmianie.**

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na **dzień 24.07.2020 roku do godz. 09:00**, a termin otwarcia ofert **na dzień 24.07.2020 roku o godz. 11:00**.

Zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.07.2020 r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
**Piotr Feszak**

