

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 08.07.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa kardiowerterów, stymulatorów, cewników ablacyjnych, elektrod, monopolarnego noża plazmowego do cięcia tkanek miękkich oraz dzierżawa generatora i systemu elektroanatomicznego 3D” - nr sprawy 47/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy Pakietu 15, pkt. 23 oraz 69 – ICD VR/ICD DR Czy Zamawiający dopuści kardiowertery defibrylatory z terapią ATP typu burst, scan, ramp?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy Pakietu 15, pkt. 80 – CRTD Czy Zamawiający dopuści kardiowertery defibrylatory resynchronizujące z automatycznym algorytmem oceny skuteczności stymulacji, adaptacją amplitudy stymulacji dla kanałów RV i LV, ale impulsem ratunkowym 5,0 V dostarczanym podczas automatycznego testu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy pakietu 15, pkt 23 – CRTP Czy Zamawiający dopuści stymulator resynchronizujący z automatycznym algorytmem oceny skuteczności stymulacji, adaptacją amplitudy stymulacji dla kanałów RV i LV, ale impulsem ratunkowym 5,0 V dostarczanym podczas automatycznego testu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy pakietu 15, pkt 2 – elektrody Czy Zamawiający dopuści elektrody komorowe i przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji tylko dwubiegunowe?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy pakietu 3, pkt. 40 – stymulatory Czy Zamawiający dopuści stymulator z funkcją stałej weryfikacji progu stymulacji z automatycznym dostosowaniem energii stymulacji (beat to beat) tylko w kanale komorowym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.07.2020r.