



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 17.07.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - nr sprawy 59/PN/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy Części nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiznie 3/8 koła i długości nici 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie.

2. Dotyczy Części nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnącą i długości nici 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak.

3. Dotyczy Części nr 3, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew bez klipsów? W przypadku odpowiedzi odmownej zwracam się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnej części.

Odp.: Nie

4. Dotyczy Części nr 3, poz. 15

Zwracam się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnej części.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Dotyczy Części nr 4, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igły konwencjonalnie tnącej kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy Części nr 4, poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły podwójnej, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy Części nr 5

Czy Zamawiający w w/w części dopuści siatki polipropylenowe o gramaturze 55g/m² +/-10%, których wielkość porów wynosi 1,5mm-1,7mm, grubość nici 0,10mm -0,15mm, grubość całkowita siatki 0,40mm +/-10%?

Odp.: Nie.

8. Dotyczy Części nr 38, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie.

Część nr 12 poz. 1

9. Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe w rozmiarach 1-6 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej o rozmiarze odpowiadającym wadze pacjenta:

- rozm. 1: <5 kg

- rozm. 1,5: 5-10 kg

- rozm. 2: 10-20 kg

- rozm. 2,5: 20-30 kg

- rozm. 3: 30-50 kg

- rozm. 4: 50-70 kg

- rozm. 5: 70-100 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 15 poz. 6, 7

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 15 pozycje nr: 6-7 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Część nr 15 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną igłę do EMG dł. 50mm, śr. 0,45mm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.: Nie.

13. Część nr 15 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną igłę do EMG dł. 38mm, śr. 0,45mm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.: Nie.

14. Część nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny nebulizator + maskę z drenem o długości 200cm, czystą mikrobiologicznie – dla dorosłych, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.: Tak.

15. Część nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny nebulizator + maskę z drenem o długości 200cm, czystą mikrobiologicznie – dla dzieci, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.: Tak.

16. Część nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód pacjenta dwuramienny z zaworem o długości rury do pacjenta 1,5m, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.: Nie.

17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 29 strzykawki gazometrycznej jednorazowego użytku, o pojemności 1 ml lub 3 ml. Pakowanej pojedynczo, sterylnie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji **nr. 15 oraz 20 z pakietu 10** i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Części 24

Czy Zamawiający dopuści nebulizatory mikrobiologicznie czyste?

Odp.: Tak.

20. Dotyczy: 59/PN/2020 część 27 pozycja 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 część 27 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowo (High Flow), ramiona proste lub zakrzywione i długości 20 cm?

- Charakterystyka cewnika:
- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odp.: Nie.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z części 27 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp.: Nie.

22. Dotyczy części 15, pkt. 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę stymulacyjną bipolarną do aparatu EMG typ Keypoint Workstation. Średnica 7 mm, z kablem dł. 2 m?

Odp.: Tak.

23. Pytanie 2. Dotyczy części 15, pkt. 2:

Czy Zamawiający wymaga elektrody jednorazowej, powierzchniowej, samoprzylepnej, nieżelowanej, o powierzchni czynnej 7 x 4 mm, z kablem długości 8 cm, wtyk TP 0,7 mm, a' 50 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

24. Pytanie 3. Dotyczy części 15, pkt. 4:

Czy Zamawiający wymaga kabla do elektrod jednorazowych powierzchniowych, dwużyłowego, ekranowanego, wtyk 2 x TP 0,7 mm / DIN, długość 2 m?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

25. Pytanie 4. Dotyczy części 15, pkt. 6:

Czy Zamawiający wymaga elektrody igłowej, koncentrycznej, jednorazowej, o konstrukcji stalowej z wolframowym rdzeniem i powłoką silikonową, długość 50 mm, średnica 0,46 mm, powierzchnia czynna 0,07 mm², (1 op. - a' 25 szt.)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

26. Pytanie 5. Dotyczy części 15, pkt. 7:

Czy Zamawiający wymaga elektrody igłowej, koncentrycznej, jednorazowej, o konstrukcji stalowej z wolframowym rdzeniem i powłoką silikonową, długość 37 mm, średnica 0,46 mm, powierzchnia czynna 0,07 mm², (1 op. - a' 25 szt.)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

27. Pytanie 6. Dotyczy części 15, pkt. 8:

Czy Zamawiający wymaga elektrody powierzchniowej, uziemiającej, opaskowej 10 cm z odłączalnym kablem 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

28. Pytanie 7. Dotyczy części 15, pkt. 9:

Czy Zamawiający wymaga elektrody powierzchniowej, uziemiającej, opaskowej 18,5 cm z odłączalnym kablem 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

29. część 42, pozycja 1:

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego, przyrządu do aspiracji z butelek typu KabiPack / fiolek przystosowany do strzykawk typu luer / luer lock bez zastawki ze zintegrowanym, bezpiecznym zaworem, zamykającym drogę przepływu po odłączeniu strzykawki, pełniącym funkcję tożsamą z zatyczką oraz zastawką, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zaoferowany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to

Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza..

30. część 42, pozycja 1:

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego, przyrządu do aspiracji z butelek typu KabiPack / fiolek przystosowany do strzykawk typu luer / luer lock bez zastawki z samodomykającą się klapką zamykającą drogę przepływu po odłączeniu strzykawki, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zaoferowany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp.: Informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

32. Część nr 22 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednocześnie okulary do fototerapii owijane wokół głowy, mocowane na rzep, szybkie i wygodne założenie, możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji, wygodne zapięcie na rzepy, dostępne w 3 rozmiarach: S, M, L, kształt jak na zdjęciu poniżej:



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

33. Część nr 44 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system o poniższym opisie:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- Rozmiary 10/12/14/16 FR długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

34. Dot. zapisów umowy § 3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

35. Dot. zapisów umowy § 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.07.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak