



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 17.07.2020

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa separatora komórkowego, histeroskopu zabiegowego wraz z zestawem do histeroskopii oraz Spektralnego Tomografu Okulistycznego (SOCT)” - nr sprawy 61/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Dotyczy Części II wzór umowy dla Część nr 3 – Spektralny Tomograf Okulistyczny (SOCT) Pytanie 1 dot. §4 ust. 5 Czy Zamawiający może doprecyzować, że wady i awarie będą zgłaszane pisemnie mailem lub faksem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00?”

***Odp. Zamawiającego: §4 ust. 5 dotyczy procedury odbiorowej, Zamawiający dopuszcza zgłaszanie wad i awarii pisemnie mailem lub faksem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 ( dotyczy pkt. 16 warunków gwarancji).***

**Pytanie nr 2:**

„Dotyczy: Części III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [Część nr 3 – Spektralny Tomograf Okulistyczny (SOCT)] Pytanie 1 dot. lp. 15 - GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji - ma to wpływ na cenę?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 3:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). § 2 ust. 7 wzoru umowy Wnosimy o wyjaśnienie, czy protokół odbioru, o którym mowa w tym postanowieniu, to protokół odbioru całości zadania (jak w § 3 ust. 1), czy też protokół odbioru samego urządzenia, potwierdzający jego dostarczenie?”

***Odp. Zamawiającego: Protokół odbioru całego zadania.***

**Pytanie nr 4:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). § 2 ust. 7 wzoru umowy

Jeżeli protokół odbioru, o którym mowa w tym postanowieniu, to protokół odbioru całości zadania (jak w § 3 ust. 1), czy Zamawiający wyrazi zgodę, by ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodziło na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go przez wykonawcę, a nie z chwilą podpisania protokołu odbioru?

Na uzasadnienie wskazujemy, że protokół odbioru zostanie podpisany po przeprowadzeniu szkolenia pracowników (§ 3 wzoru umowy), którego termin nie jest ściśle określony w umowie (§ 2 ust. 10 wzoru umowy). Jeżeli szkolenie nie zostanie przeprowadzone

bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia, wykonawca do momentu przeprowadzenia szkolenia nie będzie miał wpływu na warunki przechowywania urządzenia. Nie powinien zatem ponosić ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia w tym okresie.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 5:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). § 2 ust. 11 wzoru umowy

Wnosimy o potwierdzenie, że liczba uczestników szkolenia nie będzie większa niż 6 osób (jak w pozycji 45 tabeli „Zestawienie parametrów technicznych” w części III SIWZ).”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 6:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego).” Pozycja 45 tabeli „Zestawienie parametrów technicznych” w części III SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by szkolenie przeprowadził pracownik wykonawcy, posiadający kwalifikacje do szkolenia potwierdzone przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela w UE (zamiast pracownika producenta)?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 7:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). § 2 ust. 10, § 3 ust. 1 i § 5 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie faktury VAT i zapłatę wynagrodzenia wykonawcy przed przeprowadzeniem szkolenia i podpisaniem protokołu odbioru całości zadania, jeżeli szkolenie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 14 dni od dostarczenia, instalacji i montażu urządzenia z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 8:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). Tabela „Zestawienie parametrów technicznych” w części III SIWZ, część „Gwarancja i serwis pogwarancyjny”, pozycja 6

Czy Zamawiający uzna, iż wykonawca dotrzymał terminu na przystąpienie do naprawy, jeżeli przed jego upływem wykonawca zdalnie przystąpi do zdiagnozowania usterki?”

**Odp. Zamawiającego: Tak.**

**Pytanie nr 9:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). § 4 ust. 5 i 6 wzoru umowy oraz tabela „Zestawienie parametrów technicznych” w części III SIWZ, część „Gwarancja i serwis pogwarancyjny”, pozycja 6 -8

Wnosimy o potwierdzenie, że postanowienia § 4 ust. 5 i 6 wzoru umowy dotyczą wad stwierdzonych przy odbiorze urządzenia, natomiast terminy reakcji i napraw w okresie gwarancji określają wskazane powyżej postanowienia części III SIWZ.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 10:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). § 4 ust. 5 i 6 wzoru umowy oraz tabela „Zestawienie parametrów technicznych” w części III SIWZ, część „Gwarancja i serwis pogwarancyjny”, pozycja 6 -8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, wnosimy o wyjaśnienie, jaka jest wzajemna relacja powyższych postanowień i określonych w nich terminów.”

**Odp. Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.**

**Pytanie nr 11:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). Tabela „Zestawienie parametrów technicznych” w części III SIWZ, część „Gwarancja i serwis pogwarancyjny”, pozycja 9

Wnosimy o zmianę tego postanowienia w ten sposób, że naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy, jeżeli w tym czasie Zamawiający nie mógł korzystać z urządzenia.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 12:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). § 4 ust. 10 wzoru umowy

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie uprawniony do żądania wymiany urządzenia na nowe tylko, jeżeli usunięcie wady w inny sposób nie będzie możliwe.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 13:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). § 5 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury pocztą elektroniczną w formacie PDF? Jeżeli tak, wnosimy o wskazanie adresu poczty elektronicznej, na który ma być dostarczona faktura.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, adres poczty na który należy wysłać fakturę faktury@szpital.slupsk.pl**

**Pytanie nr 14:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). § 6 ust. 2 – 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w opisanych tam przypadkach kary umowne były naliczane wyłącznie w razie zwłoki, czyli opóźnienia powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 15:**

„w zakresie dotyczącym części nr 1 przedmiotu zamówienia (dostawa separatora komórkowego). Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, niezależnie od podstawy prawnej, była ograniczona do wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 wzoru umowy?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 16:**

„dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 2 – histeroskop zabiegowy oraz zestaw do histeroskopii Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści elektrodę pętlową tnącą bipolarną, dwubiegunową, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, średnica drutu pętli tnącej 0,3mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 17:**

„dotyczy Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 2 – histeroskop zabiegowy oraz zestaw do histeroskopii Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści elektrodę koagulacyjną bipolarną, wałeczkową dwubiegunowa, obydwie bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 18:**

„dotyczą Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 2 – histeroskop zabiegowy oraz zestaw do histeroskopii Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przezroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania ( wymiary zewnętrzne 566 x 266 x 60 )?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.07.2020 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Feszak