

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 99 8460 600, faks 99 8460 609

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.07.2020 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wraz z sukcesywną dostawą odczynników do izolacji - sprawa nr 63/PN/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający wymaga dołączenia list autoryzacyjnego dotyczącego oferowanego asortymentu (tzn. dokumentu potwierdzającego możliwość sprzedaży oferowanego asortymentu w Polsce)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„w opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest: „Możliwość wykonywania izolacji na całych płytkach (po 16 izolacji) lub na pojedynczych kartridżach (1 izolacja)”. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na rozdzielenie na pół pozycji nr 2 formularza asortymentowego tj. „odczynniki do izolacji” na 2 pozycje po 120 opakowań każda? Dzięki temu będzie można zaoferować wspomniane wcześniej 2 różne konfekcjonowania tzn. w formie płytek i w formie pojedynczych kartridży. Ułatwi to też późniejsze zamawianie odczynników, które posiadają różne numery katalogowe w zależności czy są w formie płytek czy kartridży.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Proszę o naniesienie odpowiednich zmian w Formularzu asortymentowo-ilościowym.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.07.2020 r.

Z-C-4 UBEZPIECZENIA
Wzrost Złoty
Zofia Gieromska