

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 13.08.2020 r.

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku” - nr sprawy 65/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie nr 1:

„Dotyczy zadania 5 pozycja 4.

Ponieważ całość pakietu jest dedykowana w obecnym brzmieniu jedynie 1 firmie na rynku, co przeczy zasadom zachowania UCZCIWEJ KONKURENCJI i naraża Zamawiającego na zakup po zawyżonych cenach jednostkowych ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (co z pewnością nie było celowym zamiarem Szpitala), prosimy o wydzielenie i utworzenie osobnego zadania 5A dla pozycji 4. **Podkreślamy jednocześnie, że nie prosimy o żadną zmianę parametrów granicznych A JEDYNIEM O MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY KONKURENCYJNEJ ODPOWIADAJĄCEJ ORYGINALNIE OPISANYM PARAMETROM WYMAGANYM ZAMAWIAJĄCEGO.** Warunki SIWZ pozostałyby BEZ zmian, tzn.:

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE   | WARUNEK |
|-----|--|---------|
| 1.  | Opaska jednorazowa z selektywnym, punktowym, kontrolowanym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej, który zapewnia powrót krwi bez narażenia struktury nerwu   | tak     |
| 2.  | Balonik uciskowy o wymiarach 4cmx4cm   | tak     |
| 3.  | Transparentny materiał z wyraźnym markerem, pozwalającym na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy.   | tak     |
| 4.  | Regulacja siły ucisku za pomocą strzykawki z blokadą. W zestawie kompatybilna strzykawka 20ml do wypełnienia powietrzem komory uciskowejKomora uciskowa wypełniona powietrzem - objętość nominalna 13ml, max 18ml. | tak     |
| 5.  | produkt wykonany z przezroczystego materiału   | tak     |
| 6.  | Mocowanie przy użyciu rzepów   | tak     |
| 7.  | Rozmiary opaski: S,M,L do wyboru zamawiającego   | tak     |
| 8.  | Rok produkcji - wymagana data produkcji: 2020 rok  | tak     |

”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie nr 2:

„dot Części Nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści balony do kontrapulsacji o rozmiarze balona: 34 i 40 ml, oraz średnicy 7,5 Fr ?

Pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3:**

**„dot Części Nr 10**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 dopuści do przetargu

Ad 1 Proteza naczyniowa prosta z PTFE ściana standardowa o grubości 0,58 mm

Ad 2 Proteza naczyniowa taperowana z PTFE , zbrojona centralnie o grubości ściany 0,58 mm ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4:**

„Czy Zamawiający w części 13 poz. 2 miał na myśli 1 opakowanie tj. 12 szt. ?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.08.2020 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Feszak