

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 10.09.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa stabilizacji neurochirurgicznych, endoprotez, materiałów zespalających” - nr sprawy 70/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„CZĘŚĆ NR 17

Prosimy o zmianę ilość markerów jednorazowych do nawigacji na wielokrotność liczby 12 tj. z obecnie wymaganych 470 sztuk na 468 sztuki (12 x 39op.) lub 480 sztuk (12 x 40 op.) co pozwoli na zaoferowanie kompletnych opakowań.

1 opakowanie markerów zawiera odpowiednio:

8801071 – 12 blistrów po 1 markerze w blistrze w sumie 12 sztuk w 1 opakowaniu

8801074 – 12 blistrów po 4 markery w blistrze w sumie 48 sztuk w 1 opakowaniu

8801075 – 12 blistrów po 5 markerów w blistrze w sumie 60 sztuk w 1 opakowaniu

Obecnie wymagana ilość 450 sztuk nie pozwala na zaoferowanie kompletnych opakowań produktów.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający zmienia w formularzu asortymentowo-ilościowym dla części 17 ilość sztuk na 468. Zmieniony formularz w załączeniu.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. 2 i 5 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami dwufunkcyjnymi blokująco-kompresyjnymi?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytek piętowej bez kołców?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do płyt blokowanych o średnicy od 2,4 do 5,0 mm zamiast od 2,4 do 5,4 mm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do płyt blokowanych o średnicy 6,0 i 7,3 mm zamiast 6,5 i 7,3 mm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kostnych kaniulowanych o średnicy od 2,4 do 7,0 mm zamiast od 2,7 do 8 mm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki tytanowej dynamicznej do złamań w obrębie szyjki kości udowej z zastosowaniem śruby antyrotacyjnej?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający w Części nr 21 dopuści możliwość zaoferowania implantów tytanowych zamiast stalowych?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający w Części nr 21 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym i gwiazdowym?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający w Części nr 21 odstąpi od wymogu oferowania implantów sterylnych?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Czy pakiecie nr 9 pkt II Zamawiający dopuści cement kostny o pojemności 10 ml, zamiast 8 ml? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Część nr 15

Czy Zamawiający wymaga oferowania płyt blokowanych wraz w wkrętami blokującymi w wersji sterylnej?”

Odp. Zamawiającego:

Wymaga się płytki w wersji sterylnej.

Pytanie nr 13:

„dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Dot. załącznika nr 2 do części I SIWZ - IDW (Instrukcja dla Wykonawców), tj. Formularza Asortymentowo-ilościowego – część nr 2.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w części nr 2, Proteza rewizyjna biodra, lp. 1 dopuści produkt o następujących parametrach: *Trzpień rewizyjny, anatomiczny prawy, lewy, cementowany,*

kołnierzowy; wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, dostępny od 2 do 5 rozmiarów, rozmiar trzpienia uzależniony od długości trzpienia, dostępne 4 długości 170, 200, 250 i 300mm; stożek 12/14; kąt szyjkowo-trzonowy 135°.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Dot. załącznika nr 1 do części I SIWZ - IDW (Instrukcja dla Wykonawców), tj. Wzoru Formularza Oferty.

W związku z zapisami części I SIWZ pkt 11. **Wadium** zwracamy się z prośbą o wykreślenie z Wzoru Formularza Oferty pkt. 5 oraz 6”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu – Wykonawca nie wypełnia pkt 5 i 6 w Formularzu ofertowym.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **28.09.2020 roku do godz. 09:00**,

Otwarcie ofert nastąpi **dnia 28.09.2020 roku o godz. 11:00**.

Zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.09.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak