



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 15.09.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa środków odkażających – sprawa nr 79/PN/2020”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – załącznik do SIWZ w treści § 7 wzoru umowy, pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie

możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 5 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 8 ust. 3 wzoru umowy (załącznik do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Część 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat tożsamy - sterylny i z dodatkiem substancji przeciwdrobnoustrojowej. Preparat zawiera w składzie octenidynę. Produkt zgodny z aktualnymi wymaganiami Farmakopei Polskiej i Farmakopei Europejskiej - wszelkie środki aplikowane bezpośrednio na rany głębokie oraz obejmujące dużą powierzchnię skóry powinny być stosowane jedynie w postaci sterylnych produktów. Wyrób medyczny, opakowanie 350 ml.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Część 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt zawierający octenidynę w opakowaniu a 20 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Część 4 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat zawierał w składzie nadtlenek wodoru w celu zabezpieczenia produktu przed przetrwalnikami.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Część 4 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z uwagi na zastosowanie preparatu do dezynfekcji skóry wymaga, aby produkt leczniczy osiągał swoje maksymalne spektrum działania przy jednokrotnej aplikacji w czasie do 1 min.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Część 6 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w butelce o pojemności 1L z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, dostosowanej do dozownika SM2.

Dozownik SM2 - uniwersalny dozownik łokciowy SM-2 przeznaczonego do dozowania płynów do mycia i dezynfekcji rąk. Dozownik wykonanego z białego tworzywa ABS, bez elementów transparentnych, dostosowanego do butelek o pojemności 500 ml i 1000 ml. Budowa dozownika pozwala na kontrole ilości preparatu, dozownik łatwy do utrzymania w czystości – możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika. Kontrola ilości dozowanego preparatu - możliwość dozowania w dawkach 1, 2 lub 3 ml. Dozowanie preparatu od góry, Dozownik łatwy w montażu i demontażu – możliwość zdejmowania i montażu dozownika bez konieczności każdorazowego przykręcania i odkręcania całej konstrukcji dzięki szynie przytwierdzonej do ściany. Po włożeniu butelki do dozownika, dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji pompki oraz zintegrowanego z nią docisk do butelki zapobiega wyparowywaniu i kontaminacji preparatów, a specjalny zawór zwrotny chroni przed kontaminacją.

W przypadku dopuszczenia w.w rozwiązania prosimy podanie o ilości dozowników do wymiany.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Część 6 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w butelce o pojemności 1L w systemie hyclick z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, dostosowanej do dozownika hyclick - dozownik przeznaczony do dozowania preparatów mających lub dezynfekujących, przystosowanych do butelek typu hyclick o pojemności 500ml i 1L, umożliwiających regulację dozowanego preparatu (1,5ml lub 3ml)? Specjalna konstrukcja dozowników umożliwia szybką wymianę butelki poprzez „click”. Informujemy, że opakowanie typu hyclick (500ml lub 1L) jest jednorazowym opakowaniem zabezpieczonym innowacyjnym klipsem, który należy usunąć przy pierwszym otwarciu (gwarancja, że produkt nie był wcześniej otwarty). Opakowanie typu hyclick stanowi butelka wraz ze zintegrowaną pompką. Tak zamknięty system hyclick gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją. W przypadku dopuszczenia w.w rozwiązania prosimy podanie o ilości dozowników do wymiany.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego o szerszym niż wymagane spektrum bójącym: B (EN 13727), F (EN 13624), V (EN 14476 – Polio, Adeno, Noro) oraz aktywny wobec HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes, wirus grypy A H1N1, A H5N1, Corona, Vaccinia jak również działający na TBC (EN 14348), o pojemności 700 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z oferowanym preparatem oraz zamontowanie ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla Zamawiającego terminie.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

„Czy Zamawiający oczekuje, aby preparat wykazywał spektrum działania: bakterie 30s, grzyby 30s, prątki 30s oraz pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) 30s a także dodatkowe działanie wobec wirusów (BVDV (HCV) , Vaccinia , Rota , H1N1 i H5N1, HIV, HBV , CORONA , Herpes - w czasie 15s?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

„Czy Zamawiający oczekuje, aby preparat posiadał postać żelu, którego konsystencja wpływa pozytywnie na właściwości użytkowe (brak efektu spływania z powierzchni dłoni)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

„Dotyczy część 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie preparatu alkoholowego, bezbarwnego i barwionego przeznaczonego do dezynfekcji skóry, pola operacyjnego, szwów o pełnym zakresie działania p/bakteryjnego (łącznie z Tbc), p/grzybiczego, p/wirusowego (w tym HBV i HIV) w czasie:

- przy iniekcjach – 15 sek. przy zagrożeniu wirusem do 2 min.
- przy punkcjach do 1 minuty przy zagrożeniu wirusem HBV – 2 min

W przeliczeniu na butelki 0,35L i 1L.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Dotyczy część 6

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje w ramach dostarczanego preparatu kontynuacji prowadzenia Programu Monitorowania Czystości Rąk HHCP zgodnie z wytycznymi WHO w którego skład wchodzi – urządzenie Ipad z oprogramowaniem do rejestracji danych obserwacyjnych, dostęp do portalu www umożliwiający tworzenie analiz i statystyk.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

„W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.”

Odp. Zamawiającego: W sytuacji zaofiarowania innych wielkości opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.09.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak