

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk; tel. 59 8460 800, faks 59 8460 805  
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 22.09.2020 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa testów do oznaczania RNA SARS-CoV-2, zestawów do izolacji DNA/RNA oraz podłoży transportowych”  
- nr sprawy 84/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Część nr 1: Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie testów do wykrywania swoistego dla SARS CoV-2 genu N, oraz specyficznego dla innych wirusów SARS genu E na różnych kanałach detekcji?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie nr 2:**

„Dotyczy: Część III – Opis przedmiotu zamówienia, Część nr 1, pkt. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie testów umożliwiających wykrycie i różnicowanie dwóch genów SARS-CoV-2: genu ORF1b i genu RdRP N w różnych kanałach detekcji?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 3:**

„Dotyczy: Część III – Opis przedmiotu zamówienia, Część nr 1, pkt. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów zawierający kontrolę pozytywną? Jako kontrolę negatywną producent proponuje użycie próbki zdrowego pacjenta.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie nr 4:**

„Dotyczy: Część III – Opis przedmiotu zamówienia, Część nr 1, pkt.11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów, dla których reakcja przebiega w objętości 20µl mieszaniny reakcyjnej?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 5:**

„§3 ust. 1 pkt 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Jeżeli tak prosimy również o odpowiednią modyfikację w §3 ust. 7 wzoru umowy.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

„§4 ust.1:

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zapisu o: „lub z udziałem kuriera firmy przewozowej dostarczającego towar””

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 7:**

„Pytanie do „opis przedmiotu zamówienia”, odnośnie części nr 1. Punkt 5.

Czy zamawiający opisując „mix reakcyjny w odpowiednich probówkach PCR o niskim profilu w formie płytki 8x12” ma na myśli integralne płytki 8x12 dołków (96 dołkowe), czy raczej każdy z pasków po 8 dołków ma być osobnym elementem tak by umożliwić bezstratne uruchomienie badań przy niepełnej obstawie płytki?”

***Odp. Zamawiającego: Paski po 8 dołków umożliwiające bezstratne obstawienie płytki.***

**Pytanie nr 8:**

„Pytanie do „opis przedmiotu zamówienia”, odnośnie części nr 1. Punkt 7.

Czy zamawiający opisując „zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną” ma na myśli kontrolę wewnętrzną dostarczaną w zestawie osobno i dodawaną do badanej próbki na etapie ekstrakcji (kontrolę procesu ekstrakcji) czy raczej Zamawiający ma na myśli kontrolę wewnętrzną znajdującą się już w mieszaninie reakcyjnej z pozostałymi składnikami reakcji, w formie zliofilizowanej w dołku?”

***Odp. Zamawiającego: Kontrola wewnętrzna w formie zliofilizowanej w dołku.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.09.2020 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak