



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 29.09.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa jednorazowego oprzyrządowania i sprzętu dla Pracowni Endoskopowej – sprawa nr 77/PN/2020”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy Części nr 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia ramion 12 mm, wyposażonych w dodatkowa osłonę bez uchwyty.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy typu podwójny pigtail wykonanej z polietylenu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie przewodnika z końcówką o długości 10 cm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy końcówki 5 Fr, długość noska 4 mm lub 7 mm (do wyboru), uzbrojonych w przewodnik z końcówką o długości 5,5 cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie przewodników o długości końcówki 10 cm, średnica 0,035”, długość 450 cm i 260 cm, sztywność standardowa, końcówka prosta, przewodniki nie przedłużane, oraz przewodników o długości końcówki 5 cm, średnica 0,025”, 0,035”, 0,038”, dostępne długości 260 cm i 450 cm,

sztynność standardowa i podwyższona, końcówka prosta i zagięta, przewodniki nie przedłużane, pozostałe właściwości według opisu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie stentów o średnicy 20 mm z poszerzeniem do 24 mm i o średnicy 22 mm z poszerzeniem do 26 mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie stentów wykonanych ze stopu niklowo-tytanowego, zaopatrzonych z znaczniki cieniujące w RTG, w zestawach do wprowadzania o średnicy 8 Fr, z możliwością otwierania i zamykania po uwolnieniu minimum 75% długości stentu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie cewników o średnicy 7 Fr i długości 215 cm, jednokanałowych lub dwukanałowych (do wyboru) końcówka prosta.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 20, 25 i 32 mm, kształt owal, heksagonal i crescent z możliwością wykonania zimnej polipektomii ze względu na średnicę drutu”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 1,8 mm, 2,4 mm i 2,8 mm, osłonka pokryta substancją ułatwiającą przemieszczanie narzędzia w kanale roboczym endoskopu , długość 160 cm i 230 cm, łyżeczki owalne i owalne przedłużone, z pojedynczymi okienkami.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie sintu z możliwością repozycji na zestawie do 80 % długości, średnica robocza 20 mm, średnica”, kołnierzy 24 mm, zalecany przewodnik 0,035”.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Dotyczy Części nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie stentu nitinolowego, średnica stentu 10 mm, średnica zestawu wprowadzającego 8 Fr, z markerem optycznym na zestawie wprowadzającym określającym granicę uwolnienia stentu, dającą możliwość jego ponownego złożenia, długość przewodnika 450 cm, możliwość utrzymania stentu całkowicie pokrywanego minimum 6 miesięcy przed usunięciem.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Zwracamy się zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli:

z Części nr 1 pozycję nr 1, 2, 4, 16 w jeden osobny pakiet (np. Część nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Jednocześnie prosimy o dopuszczenie poniższych:

Część nr 1, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania jednorazowego użytku, odporną na złamanie, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego), o kącie ścięcia ostrza igły 23,5°, o średnicy narzędzia 2,4mm (narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm), o długości roboczej narzędzia 2300mm, z mechanizmem długopisowym- zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Część nr 1, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści ustnik z gumką tekstylną, pakowane w kartonowy dyspenser z otworem w górnej części bocznej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Część nr 1, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy: 10mm, 15mm, 30mm, bez skalowanej rękojeści? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„Część 2, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kosze do litotrypsji miały maksymalną średnicę narzędzia wprowadzaną do kanału roboczego endoskopu 3,6mm?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19:

„Część 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy samorozprężalnej do drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, pokrywanej silikonem na całej długości, wykonanej z nitinolu; średnica protezy 12mm, 14mm i 16 mm; długość całkowita 30mm i 40mm; średnica kołnierzy 24mm lub 28mm; proteza posiada 1 lasso do repozycjonowania; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

„Część 2, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników do dróg żółciowych w opakowaniach po 1 sztuce, czyli 18 sztuk/opakowań cewników? Parametry i całościowa ilość zamówienia zgodnie z SiWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21:

„Część 2, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania lub bez portu wodnego. Długość robocza narzędzia 165 cm i 230 cm, narzędzie kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Rodzaj (z kopulastym zakończeniem i regulowanym stopniem wysunięcia ostrza; typu haczyk; z izolowaną końcówką "typu kulka") i długość noża do wyboru przez Zamawiającego?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

„dot. §3 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy oraz §8 wzoru umowy komisowej, SIWZ Pkt. 4, ppkt.3

W związku z tym, że Wykonawca posiada magazyny sprzętu poza granicami kraju, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin uzupełnienia komisum wynosił 72 godziny (liczone w dni robocze) od chwili otrzymania zamówienia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23:

„Czy Zamawiający w części nr 3 dopuści szczotki o długości roboczej 1200 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.09.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak