

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, fax 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 09.10.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni i aparatów dializacyjnych” - nr sprawy 89/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy część 1 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni, nie zawierający w składzie aldehydu glutarowego. Spectrum działania: Adeno, Rota, B/bakterie, F/grzyby, Tbc/prątki gruźlicy, V/wirusy (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Grypa) w czasie do 30 sekund., NORO - 5min. W przeliczeniu na opakowania 5L.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy część 1 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni, nie zawierający w składzie aldehydu glutarowego. Spectrum działania: Adeno, Rota, B/bakterie, F/grzyby, Tbc/prątki gruźlicy, V/wirusy (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Grypa) w czasie do 30 sekund., NORO - 5min”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy część 1 pozycja 3

Zwracamy się o możliwość zaproponowania Chusteczki bezalkoholowe do inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG/pojemnik/. Działanie: Bakteriobójcze, Drożdżobójcze, Virusobójcze (HIV, HBV, HCV, BVDV, HDV, Vaccinia, Grypa), Noro - czas 1 min.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy część 1 pozycja 4

Zwracamy się o możliwość zaproponowania preparatu spełniającego wszystkie wymogi SIWZ w przeliczeniu na but.750ml.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy część 2

Zwracamy się o możliwość zaproponowania preparatu spełniającego wszystkie wymogi SIWZ. Skład - Czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo

czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik, substancje pomocnicze. Spektrum w stężeniu 0,5% : bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy – 5 min, prątkobójczy – 60 min. Wysoka skuteczność biobójcza w obecności zanieczyszczeń organicznych. ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy część 4 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Bezalkoholowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia. Do stosowania w obszarach medycznych sale operacyjne, sale intensywnej terapii, laboratoria itp. Kompatybilność materiałowa ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, ze szkłem, powierzchniami drewnianymi, ceramiką, plastikiem, plexiglasem, silikonem, materiałami nierdzewnymi i stałą kwasoodporną. Działanie: Bakterie (*Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*) - 1 minuta; Grzyby (*Aspergillus brasiliensis*) - 5 minuta; Prątki (*Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium avium*) - 5 minut; Wirusy (Noro -1 min., Adeno – 30 sek. Polio - 2 minuty); Spory (*Cl.difficile*) - 5 minut. Preparat bez aldehydów i fenoli. Opakowanie a'750 ml”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy część 4 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaproponowania -Płynny trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Spectrum działania B/bakterie, F/grzyby, Tbc/prątki gruźlicy, V/wirusy (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 min. Z pompką (1 pompka na 4 opakowania a'5 l preparatu)”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy część 6

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Preparat w pianie oparty o zzwartorzędowy węglan amonowy, niejonowe środki powierzchniowoczynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych,

- właściwości zwilżające i rozpuszczające zanieczyszczenia organiczne
- zapobiegający zasychaniu i utwardzaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach, podczas ich zbierania, przechowywania i transportu
- kompatybilność materiałową - nie uszkadza wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy, stali chirurgicznej
- SPECTRUM DZIAŁANIA B, F, V (HBV, HCV, HIV) - 15min., TBC - 30 min.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy część 10 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Chusteczki sporobójcze do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych na bazie szybko działającego nadtlenu wodoru (max. 1,5%). Spektrum działania B(łącznie z MRSA), F w czasie do 5 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma – 30 sek.. Roztwór, którym są nasączone nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli.

Opakowanie typu flow-pack 100 szt. chusteczek o wym. min 20 cm x 20 cm o gramaturze min 45g/m².”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy część 10 pozycja 3

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Chusteczki do szybkiej dezynfekcji głowic USG używanych do badania transwaginalnego na bazie na bazie szybko działającego nadtlenu wodoru (max. 1,5%).. Spektrum działania B(łącznie z MRSA), F, V (Adeno, polyoma, Vaccinia), Tbc, spory (C. difficile) w czasie do 5 minut.

Roztwór, którym są nasączone nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Opakowanie typu flow-pack 100 szt. chusteczek o wym. min. 14 cm x 20 cm o gramaturze min 18g/m² wykonane z polipropylenu. Potwierdzona badaniami norma 16615.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Dotyczy część 10 pozycja 4

Zwracamy się o możliwość zaproponowania -Chusteczki do szybkiej dezynfekcji komputerów, monitorów i klawiatur; bakteriobójcze (włącznie MRSA), drożdżakobójcze (C. albicans), mykobakteriobójcze, dezaktywujące wirusy, włącznie z wirusami HBV, HIV, HCV, VACCINIA, BVDV, grypy , rota- i norowirusy; wymiary chusteczki min. 20cmx20cm, flow - pack, w przeliczeniu na op. 100 szt.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Pytanie nr 1:

Prosimy o wyodrębnienie środka z części nr 5 poz. nr 1 formularza asortymentowo-cenowego do odrębnej części lub dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje. Wyłączenie poz. nr 1 do odrębnej części pozwoli na złożenie ofert większej ilości Wykonawcom i wpłynie na konkurencyjność cenową ofert.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 13:

„Pytanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie preparatu wymienionego w części nr 5 poz. nr 1 formularza asortymentowo-cenowego w opakowaniach 5 l oraz określenie ile opakowań 5 l należy zaoferować.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 14:

„Pytanie nr 3:

Prosimy o wyodrębnienie środka z części nr 5 poz. nr 2 formularza asortymentowo-cenowego do odrębnej części lub dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje. Wyłączenie poz. nr 2 do odrębnej części pozwoli na złożenie ofert większej ilości Wykonawcom i wpłynie na konkurencyjność cenową ofert.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 15:

„Część 1 pozycja 1 i 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu na bazie mieszaniny alkoholi jako substancji czynnych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Część 1 pozycja 1 i 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny preparat Mikrozyd AF liquid obecnie stosowany w Państwa placówce. Spektrum działania: B, F(c. albicans), TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, noro, rota) – 1 minuta, z możliwością rozszerzenia spektrum o Adeno, Polio, F, polyoma sv40 w dłuższym czasie działania.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Część 1 pozycja 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w celu uniknięcia kontaminacji oczekuje spryskiwaczy pakowanych pojedynczo w hermetycznie zamknięte opakowanie jednostkowe.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„Część 1 pozycja 3 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny chusteczki Mikrozyd Sensitive Wipes obecnie stosowane w Państwa placówce. Spektrum działania: B, F(c. albicans), V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, polyoma sv40, rota) – 1 minuta.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 19:

„Część 1 pozycja 4 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w celu uniknięcia kontaminacji oczekuje spryskiwaczy pakowanych pojedynczo w hermetycznie zamknięte opakowanie jednostkowe.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 20:

„Część 1 pozycja 4 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny preparat Mikrozyd Sensitive liquid obecnie stosowany w Państwa placówce. Spektrum działania: B, F(c. albicans), V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, polyoma sv40, rota) – 1 minuta, z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc (m. terrae) w czasie do 15 min.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 21:

„Część 2 pozycja 1 wiersz 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparatu w postaci koncentratu przeznaczony do manualnego przygotowywania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestetycznego. Produkt na bazie kompleksu trój-enzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych. Oferowany preparat posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Produkt może być stosowany myjkach ultradźwiękowych, jest odpowiedni do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych ze stali nierdzewnej poprzez ich zanurzenie w preparacie i przetrzymywanie do 72h przy zachowaniu odpowiednich warunków. Spektrum: B - EN 14561, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia), F (c. albicans)- EN 14562 – 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2, stężenie 0,5 % (5 ml/l), Opakowanie 5L + pompka.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 22:

„Część 2 pozycja 1 wiersz 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparatu w postaci koncentratu przeznaczony do manualnego przygotowywania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezyjologicznego. Produkt na bazie kompleksu trój-enzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych. Oferowany preparat posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Produkt może być stosowany myjkach ultradźwiękowych, jest odpowiedni do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych ze stali nierdzewnej poprzez ich zanurzenie w preparacie i przetrzymywanie do 72h przy zachowaniu odpowiednich warunków. Spektrum: B - EN 14561, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia), F (c. albicans)- EN 14562 – 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2, stężenie 0,5 % (5 ml/l), Opakowanie 2L + dozownik z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 13 op. a 2L.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 23:

„1.Czy Zamawiający w Części nr 1 w pozycji nr 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w op. 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 24:

„2.Czy Zamawiający w Części nr 1 w pozycji nr 2 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w op. 1l ze spryskiwaczem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 25:

„3.Czy Zamawiający w Części nr 1 w pozycji nr 3 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydrokso-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane załączenie badań potwierdzających. Opakowanie pojemnik 100 szt., posiadające możliwość wymiany wkładów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 26:

„4.Czy Zamawiający w Części nr 1 w pozycji nr 4 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydrokso-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Konfekcjonowana w op. 11 ze spryskiwaczem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza, jeżeli produkt posiada deklarację producenta o możliwości stosowania w inkubatorach.

Pytanie nr 27:

„5.Czy Zamawiający w Części 2 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min.. Konfekcjonowany odpowiednio w op. 11 z dozownikiem oraz 5l?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 28:

„6.Czy Zamawiający w Części 6 dopuści preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV,

Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Konfekcjonowany w op. 1l ze spryskiwaczem?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 29:

„Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie nadtlenu wodoru i niskiej zawartości alkoholu benzyłowego do dezynfekcji i mycia wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych działający B MRSA, VISA, VRSA, VRE EN13727-30sek, EN13697-1min, EN16615-1min; F Candida albicans EN13624-1min, EN13697 1min, EN16615-1min; V Adeno Rota Polio Noro EN14476-1min; S Cl.dificile EN13704-3min, Bacilus Subtilis EN13704-30min; Prątkobójcze Prątki gruźlicy EN14348-10min Mykobakteriobójcze EN13348-5min w opakowaniach 750ml?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 30:

„Część 1, poz. 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Spektrum działania:, B/bakterie, F/grzyby, Tbc/prątki, V/wirusy (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Grypa, Ebola, Noro) w czasie do 30 sekund. Opakowanie 5 L z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 400 op.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 31:

„Część 1, poz. 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Spektrum działania:, B/bakterie, F/grzyby, Tbc/prątki, V/wirusy (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Grypa, Ebola, Noro) w czasie do 30 sekund.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 32:

„Część 1, poz. 3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji chusteczek bezalkoholowych do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, wszystkich rodzajów powierzchni w obszarze medycznym (w tym inkubatorów), a także powierzchni mających kontakt z żywnością na bazie nadtlenu wodoru. Chusteczki posiadają doskonałą kompatybilność materiałową. Spektrum działania: B/bakterie do 5 min., F/drożdże, V /wirusy(HIV, HBV, HCV, BVDV, HDV, Vaccinia, Rota, Adeno), Rota - czas 1 min. Opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 8 op.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 33:

„Część 1, poz. 3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji chusteczek bezalkoholowych właściwościami dezynfekcyjno-myjących do powierzchni wyrobów medycznych, łącznie z powierzchniami wrażliwymi na działanie alkoholi, np. głowic USG, przedmiotów z akrylu i pleksi. Spektrum działania: B/bakterie, F/drożdże, V /wirusy(HIV, HBV, HCV, BVDV, HDV, Vaccinia, Noro) - czas 1 min.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 34:

„Część 1, poz. 4.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu o działaniu na prątki do 15 minut, w opakowaniu 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, tj. 134 op. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 35:

„Część 2, poz. 1.

W związku z aktualizacją badać przez producenta dla opisanego preparatu, prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu wykazującego działanie biobójcze na bakterie, grzyby, wirusy w czasie 5 min, stężenie 0,5%. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 36:

„Część 4, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu o spektrum działania na: B, F (C.albicans), V (Adeno, Papova, Rota) do 1 min., Tbc do 5 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 37:

„Część 4, poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu o czasie działania do 15 minut, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 38:

„Część 7, poz. 1.

W związku z aktualizacją badać przez producenta dla opisanego preparatu, prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu niewykazującego spektrum działania na Legionella pneumophila, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 39:

„Część 7, poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu w opakowaniu 5 L z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, tj. 2 op. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 40:

„Dot. wzoru umowy § 3 ust. 1

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy prosimy o wydłużenie czasu dostawy do 5 dni roboczych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 41:

„Dot. wzoru umowy §3 ust. 6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §3 w sposób następujący :

„W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 42:

„Dot. wzoru umowy §3 ust. 7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §3 w sposób następujący :

„W razie zwłoki w realizacji dostaw przekraczających co najmniej 3 dni roboczych termin o którym mowa w § 3 ust 1 pkt 1) umowy, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych. Dotyczy to również sytuacji, gdy z powodu braku kompatybilności dostępnych na rynku wyrobów zamiennych, zachodzi konieczność zakupu również tej części produktów, które zostały już dostarczone, a nie mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego z tego powodu, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 43:

„Dot. wzoru umowy §5 ust. 7

Prosimy Zmawiającego o wydłużenie terminu reklamacji do 7 dni roboczych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 44:

„Dot. wzoru umowy §7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §7 w sposób następujący:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej i niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) zwłoki w dostawie.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej i niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 45:

„Dotyczy Części nr 2:

Czy Zamawiający dopuści płynny, trójenzymatyczny preparat do manualnej dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych o szerokim spektrum biobójczym w czasie 10 minut, przebadany w warunkach brudnych w stężeniu 0,5%: B (EN 13727, EN 14561), F (C. albicans: EN 13624, EN 14562), V (EN 14476: HIV, HBV, HCV, Herpes, EN 17111: Vaccinia) z możliwością użycia w myjce ultradźwiękowej, który rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne, zapobiega ich utrwalaniu i tworzeniu biofilmu (potwierdzone oświadczeniem producenta), posiada neutralne pH roztworu oraz substancje antykorozyjne, co chroni narzędzia przed korozją (potwierdzone oświadczeniem producenta), posiada doskonałą kompatybilność umożliwiającą przechowywanie narzędzi w preparacie do 72 h, spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Wyrób medyczny kl. IIb.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 46:

„Pytania do umowy

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 3 poprzez dodanie ust. 9 o treści: „W przypadkach wskazanych w ust. 5 – 7 przed dokonaniem zakupu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę udzielając mu dodatkowego 3 dniowego (dni robocze) terminu na wykonanie umowy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 47:

„2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 poprzez dodanie ust. 14 o treści: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 48:

„3. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 8 ust. 3 liczbę „ 12” liczbą „3”? (W okresie pandemii tak duży okres przedłużenia obowiązywania umowy jest zbyt ryzykowny dla Wykonawcy)”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 49:

„4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust. 4 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 50:

„1.Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie nr 51:

„2.Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że odpowiednie przepisy zostały zawarte we wzorze umowy.

Pytanie nr 52:

„3.Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – załącznik część II do SIWZ w treści § 7 ust. 8 wzoru umowy, pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 53:

„4.Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych

przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik część II do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 8 ust. 3 pkt. 5) wzoru umowy (załącznik część II do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie nr 54:

„Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.Pakiet 10 poz. 2 – Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji chusteczek sporobójczych? Jeżeli tak to czy Zamawiający dopuści chusteczki sporobójcze Cleanisept Wipes Forte Maxi do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych na bazie mieszaniny dwóch różnych czwartorzędowych związków amonowych o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia), spory (*C. difficile*) w czasie do 2 minut, potwierdzone badaniami norma 16615, roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli, opakowanie typu flow pack 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze min 45g/m² wykonane z polipropylenu?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wymaga. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 55:

„2.Pakiet 10 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki na bazie mieszaniny dwóch różnych czwartorzędowych związków amonowych, a spełniające pozostałe wymogi opisu SIWZ?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 56:

„3.Pakiet 10 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki konfekcjonowane w opakowaniu po 100 szt. z uwagi na zmianę wielkości opakowania przez producenta z 80 szt. na 100 szt.? Prosimy również o informację czy należy przeliczyć ilość opakowań zgodnie z ilością chusteczek tj. zaoferować 56 op. czy zaoferować wymagane 70 op.?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza. 56 op.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.10.2020 r.

Z-CL...
Dział...
Izabela...