



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 26.10.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa przewoźnego aparatu RTG typu ramię C – sprawa nr 96/PN/2020”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Chciałabym przedstawić Państwu ofertę na przyrządy do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.

Jak zapewne Państwo wiecie, obowiązek wykonywania przez pracowników jednostek ochrony zdrowia tzw. testów podstawowych, wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 884). Po nowelizacji w/w Rozporządzenia zestawy do kontroli jakości są jeszcze bardziej atrakcyjne pod względem cenowym w porównaniu z usługą.

Moment zakupu aparatu diagnostycznego jest doskonałym momentem na zakup sprzętu do kontroli jakości, której koszt jest nieporównywalnie mały względem cen takich urządzeń jak tomograf, rezonans czy zwykły aparat rentgenowski. Bardziej opłacalny, z finansowego punktu widzenia, jest zakup sprzętu do kontroli jakości, niż zlecenie wykonywania testów wyspecjalizowanym podmiotom.

Dodatkowo, dokonanie stosownych zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz rozszerzenie przedmiotu zamówienia o przyrządy do kontroli jakości wiąże się w ogólnym rozrachunku z pokaźnymi oszczędnościami po stronie Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Czy wraz z aparatem rtg należy zaoferować jako wyposażenie standardowe zestaw do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości cyfrowych aparatów RTG zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015 roku, czyli składający się co najmniej z: fantomu uniwersalnego rtg lub fantomu dedykowanego do aparatów z ramieniem C (testy „zniekształcenia geometryczne toru wizyjnego”, „rozdzielczość”, „zgodność zdefiniowanego pola kolimacji z rzeczywistym polem promieniowania”) oraz fantomu równoważnego pacjentowi (testy „powtarzalność ekspozycji/dawki” oraz „artefakty”) dedykowanego do ułożenia na kolimatorze aparatu rtg ?”

Odp. Zamawiającego: Nie, Zamawiający posiada niezbędny sprzęt do kontroli jakości.

Pytanie nr 3:

„Czy wraz ze standardowym zestawem wyposażenia do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości cyfrowych aparatów RTG należy zaoferować oprogramowanie online (np. QADRA albo równoważne), posiadające co najmniej funkcje analizy obrazów fantomu, obliczeń wyników, generowania raportów z testu oraz raportów zbiorczych oraz przypominania o terminach wykonywania testów wspomagające wykonywanie testów podstawowych kontroli jakości a także jego instalację oraz przeprowadzenie szkolenia z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości i obsługi programu wspomagającego wykonywanie testów kontroli jakości ?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.10.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak