

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 29.10.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Izolacyjnego” - nr sprawy 97/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami (dalej „SIWZ”). W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Pytanie Ad pkt 4:

Czy Zamawiający dopuści monitor o masie 5,5 kg z akumulatorem umożliwiającym samodzielną pracę przez ponad 5 godzin?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Pytanie Ad pkt 9:

Czy Zamawiający dopuści pamięć 200 zdarzeń arytmii i 200 zdarzeń alarmowych z odcinkiem krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm i wartościami liczbowymi wszystkich monitorowanych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Pytanie ad pkt 11:

Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym usunięcie danych i historii pacjenta z monitora jest inicjowane przez przyjęcie nowego pacjenta.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Pytanie ad pkt 20:

Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem ST tylko w mV?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Pytanie ad pkt 21

Czy Zamawiający dopuści monitor z prezentacją odchyień ST tylko w postaci wyświetlanych wartości liczbowych?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Pytanie ad pkt 22

Czy Zamawiający dopuści monitor bez monitorowania odcinka QT?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Pytanie ad pkt 23

Czy Zamawiający dopuści monitor bez wykrywania migotania przedsionków?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Pytanie ad pkt 27

Czy Zamawiający dopuści monitor z prędkością kreślenia fali oddechowej wybieranej spośród: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s i 50 mm/s?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Pytanie ad pkt 30

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru saturacji 1-100%?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10:

Pytanie ad pkt 31

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu 25÷300/min?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11:

Pytanie ad pkt 34

Czy Zamawiający dopuści monitor z alarmem przekroczenia dolnej granicy alarmowej saturacji, bez dodatkowego alarmu desaturacji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Pytanie ad pkt 36

Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia w zakresie od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 270 mmHg dla ciśnienia skurczowego?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13:

Pytanie ad pkt 37

Czy Zamawiający dopuści pomiar pulsu w zakresie 40 – 240 bpm?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14:

Pytanie ad pkt 44

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru temperatury określoną następująco: dokładność toru pomiarowego +/- 0,1°C., dokładność czujnika równa lub lepsza niż +/- 0,2°C.

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15:

Pytanie ad pkt 46

Czy Zamawiający dopuści rozłączane przewody EKG, oddzielne zestawy do 3 elektrod i do 5 elektrod?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Pytanie ad pkt 46

Czy Zamawiający dopuści mankiety o następujących rozmiarach:

27-35cm – 15 szt.

34-43cm – 6 szt.

20,5-28cm – 2 szt.

34-43 – 1 szt.

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie mankietów o następujących rozmiarach:

27-35cm – 15 szt.

34-43cm – 6 szt.

20,5-28cm – 2 szt.

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie mankietów o następującym rozmiarze:
34-43 – 1 szt.

Pytanie nr 17:

Pytanie ad pkt 48

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18:

Pytanie ad pkt 49

Czy Zamawiający dopuści monitor z wyborem czasowego zawieszania alarmów spośród 60, 120, 180 sekund?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19:

Pytanie ad pkt 50

Czy Zamawiający dopuści monitor z ręcznym ustawieniem granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

Pytanie ad pkt 51

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w tryb nocny, zdefiniowany następująco: dźwięki naciśnięcia klawiszy, uderzeń serca i tętna są wyciszone, głośność alarmów i jasność ekranu przełączone na ustawienia minimalne, a ustawienia obejmujące głośność klawiszy, uderzeń, PR, alarmów i jasność ekranu są niedostępne.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21:

Pytanie ad pkt 53

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

Pytanie ad pkt 54

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23:

Pytanie ad pkt 55

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24:

Pytanie ad pkt 58

Czy Zamawiający dopuści monitor z czasem ładowania akumulatora 6,5 godziny, umożliwiającym zasilanie monitora przez czas dłuższy niż 5 godzin?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25:

Pytanie ad pkt 63

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26:

Pytanie ad pkt 64

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak