

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.10.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Izolacyjnego” - nr sprawy 97/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami (dalej „SIWZ”). W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 27:

Pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć 200 zdarzeń alarmowych? Jest to wystarczająca ilość zapewniająca poprawną analizę stanu pacjenta.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28:

Pkt. 20 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor zapewniający monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń z opcją rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń oraz analizą odcinka ST z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie bez możliwości ustawienia pomiaru w mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29:

Pkt. 22- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości analizy zmian odcinka QT ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30:

Pkt. 27- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający 3 prędkości kreślenia: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s?. Są to wystarczające wielkości do pomiaru pacjenta

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31:

Pkt. 31 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający zakres pomiaru pulsu z SpO2 do 254 ud/min? Jest to wystarczający zakres do monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32:

Pkt. 36- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający zakres ciśnienia do 270 mmHg? Jest to wystarczający zakres do monitorowania wszystkich grup pacjentów.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33:

Pkt. 37 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający zakres pomiaru pulsu z NIBP 40-240 ud/min.? Jest to wystarczający zakres do monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34:

Pkt. 53 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez dedykowanej funkcji analizy zmian częstości akcji serca ? Oferowany kardiomonitor posiada system trendów umożliwiający analizę HR w danym odstępie czasu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.10.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak