

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 02.11.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Izolacyjnego” - nr sprawy 97/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami (dalej „SIWZ”). W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 35:

A.9 Czy Zamawiający dopuści zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć, co najmniej 200 zdarzeń na jednego pacjenta wraz ze wszystkim parametrami oraz krzywą która wywołała alarm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36:

Ad.10 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością szybkiego, ręcznego przyjmowania pacjenta przez dwa kliknięcia na ekranie kardiomonitora, bez automatycznego przyjęcia pacjenta?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37:

Ad.11 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w ręczne oraz automatyczne, przy przyjęciu kolejnego pacjenta, wypisanie pacjenta? automatycznego przyjęcia pacjenta?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38:

Ad.20 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z funkcją analizy odcinka ST z jednoczesnym pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach (do 12) w zakresie od -2,0 do +2,0 mV bez ustawiania jednostki w mm? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wychylenie odcinka odbywa się w osi Y zapisu EKG która również wyrażona jest w mV, a przelicznik mm na mV i odwrotnie jest wprost proporcjonalny – -2,0 mV do +2,0mV to -20,0 mm do + 20,0 mm. Tak więc wyrażanie odchylenia odcinka ST w mV jest bardziej naturalne. automatycznego przyjęcia pacjenta?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39:

Ad.21 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prezentacją liczbową zmian odchylenia odcinka ST w czasie rzeczywistym na ekranie głównym monitora we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie bez potrzeby przełączania się do menu kardiomonitora?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40:

Ad.22 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w analizę odcinka QTc w trzech wzorcach w formie raportu?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41:

Ad.27 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prędkością kreślenia co najmniej 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s? Chcielibyśmy nadmienić, iż wymóg prędkości kreślenia 3mm/s nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego i z naszych doświadczeń jest nie wykorzystywany przez personel na docelowych oddziałach.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42:

Ad.31 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu: co najmniej 25÷300/min.? Jest to minimalna różnica w odniesieniu do wymaganego zakresu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43:

Ad.36 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia: co najmniej 10÷270 mmHg? Jest to minimalna różnica w odniesieniu do wymaganego zakresu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44:

Ad.37 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu z NIBP co najmniej 40÷240 bpm? Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż szerszy zakres pomiaru pulsu możemy uzyskać z pomiaru SpO2, który jest dużo częściej używanym źródłem pomiaru pulsu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45:

Ad.48 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w intuicyjne i proste w obsłudze menu, które nie wymaga żadnych informacji dotyczących pomocy w jego obsłudze?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46:

Ad.49 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający 3 czasy (60, 120 i 180 [s]) do wyboru zawieszania alarmów oraz możliwość zawieszenia na stałe (chronioną hasłem

użytkownika)? Proponowany zakres jest optymalnym uwzględniając walory kliniczne monitora.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47:

Ad.49 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością ustawiania głośności sygnalizacji alarmowej, co najmniej 5 poziomów do wyboru ze stałymi wzorcami dźwiękowymi sygnalizacji, różnymi dla poszczególnych priorytetów alarmowych tzw. niskich, średnich i wysokich? Proponowane rozwiązanie, tak samo jak wymagane przez Zamawiającego spełnia taką samą rolę w monitorowaniu pacjenta.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48:

Ad.50 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ręcznym i automatycznym ustawianiem granic alarmowych na podstawie typu pacjenta, na jednym wspólnym ekranie kardiomonitora? Proponowane rozwiązanie pod kątem profilu oddziałoń nie ma wpływu na kliniczne walory użytkowania i monitorowania.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49:

Ad.53 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w monitorowanie zmian częstości akcji serca z ostatnich 240h z prezentacją w postaci wartości liczbowych oraz wykresów liniowych zmian tej częstości akcji serca?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50:

Ad.54 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć 1200 ostatnich pomiarów jak również w funkcję analizy NIBP z ostatnich 150h z prezentacją w postaci wartości liczbowych oraz wykresów liniowych zmian tegoż ciśnienia?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51:

Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o masie 5 kg?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 52:

Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z pamięcią zdarzeń alarmowych w postaci 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53:

Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez możliwości automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora? W

oferowanym monitorze istnieje możliwość automatycznego wypisania pacjenta po wpisaniu nowego pacjenta.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54:

Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez możliwości ustawienia jednostki pomiarowej w mm a jedynie w mV?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55:

Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor posiadający pomiar odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń jednocześnie, bez prezentacji zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami i bez wykresów kołowych a jedynie z prezentacją cyfrową wartości na ekranie głównym kardiomonitora?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56:

Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez możliwości ustawienia wzorów analizy QTc ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57:

Pkt 23 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z rozpoznawaniem następujących zaburzeń rytmu serca: 1.Asystolia, 2. VF/VTA, 3. Rytm komorowy, 4. PARA PVC, 5.Częste PVC, 6.Bigeminia komorowa, 7.Trigeminia komorowa, 8. R na T, 9.Wielopostaciowe PVC , 10. Tachykardia zatokowa, 11.Bradykardia , 12.Pominięte uderzenie, 13.Tachykardia, 14.Stymulator nie działa, 15.Stymulator nie przechwytyje, 16.PVC, 17.Nieregularny rytm serca, 18.Nieprawidłowy rytm serca ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 58:

Pkt 27 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor posiadający prędkości kreślenia krzywej oddechowej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59:

Pkt 28 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez możliwości wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60:

Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia 10÷270 mmHg.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61:

Pkt 37 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu z NIBP 40- 240 bpm ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62:

Pkt 46 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w kabel EKG 3 lub 5 odprowadzeniowy nierozłączalny (jednoczęściowy)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63:

Pkt 48 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor nie posiadający opcji wyświetlania informacji pomocnej przy korzystaniu z funkcji zaznaczonej na ekranie w menu użytkownika?

W oferowanym monitorze proste i czytelne menu nie wymaga takiego rozwiązania.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 64:

Pkt 50 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z możliwością ręcznego ustawiania wszystkich granic alarmowych, oraz automatycznego ustawiania granic alarmowych w odniesieniu do wybranej kategorii wiekowej pacjenta? Jedynie przy manualnych ustawieniach użytkownik ma pewność poprawnie skonfigurowanych granic alarmowych w stosunku do aktualnego stanu pacjenta.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65:

Pkt 51 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania jasności, głośności klawiszy, głośności sygnału QRS oraz głośności pulsu ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66:

Pkt 53 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacji o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67:

Pkt 54 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji analizy NIBP z ostatnich 24 godzin w formie informacji o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w

nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68:

Pkt 55 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wydruku na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet krzywych dynamicznych, zdarzeń alarmowych i raportów trendów tabelarycznych oraz graficznych ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69:

Pkt 57 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor w którym czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiarze NIBP co 15 min) wynosi 3 godziny?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 70:

Pkt 62, 63, 64 Czy Zamawiający dopuści kardiomonytory współpracujące ze sobą w sieci za pośrednictwem stacji centralnego nadzoru (podgląd danych ze wszystkich monitorów, informowanie o alarmach, możliwość zdalnego wyciszania alarmów, zmiana progów alarmowych poszczególnych parametrów, zdalne uruchamianie pomiaru ciśnienia i in.)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.11.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak