



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 16.11.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „DOSTAWA KOLUMNY ENDOSKOPOWEJ – TOR WIZYJNY” - nr sprawy 109/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie licencji oprogramowania do pompy, które nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od dnia podpisania umowy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Pytanie 1 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 6 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie w punkcie 6 wyjście S-VHS ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Pytanie 2 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 7 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie w punkcie 7 wyjście 2 x DVI-I ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Pytanie 3 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 8 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie w punkcie 8 gniazda wyjścia DVI-I umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo do obudowy

sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 6:

„Pytanie 4 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 9 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie w punkcie 9 sterownik bez możliwości rozbudowy o podłączenie sztywnego wideolaparoskopu 3D ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Pytanie 5 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 10 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie w punkcie 10 sterownik kamery bez możliwości podłączenia giętkich wideoendoskopów ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Pytanie 6 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 11 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie w punkcie 11 sterownik kamery z 1 gniazdem USB bez możliwości podłączenia: pamięci typu Pen Drive, zewnętrznej klawiatury i dedykowanej drukarki.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Pytanie 7 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 11 :

Czy Zamawiający zmieni punktację w punkcie 11 na:

Całkowita ilość gniazd USB:

<3 gniazda - 0 pkt.

>3 gniazda - 5 pkt.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 11 w zakresie punktacji.

Pytanie nr 10:

„Pytanie 8 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 12 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 12, tj.: „Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym insuflatorem i ustawianie zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery.

Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej”.

Pytanie nr 11:

„Pytanie 9 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 13 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie konsoli kamery umożliwiającej funkcję zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive za pośrednictwem posiadanego przez Zamawiającego systemu rejestracji wideo? Sterowanie zapisem przez przycisk głowicy kamery.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Pytanie 10 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 16 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 16, tj.: „Możliwość podłączenia dedykowanej drukarki bezpośrednio do sterownika kamery i wydruku zdjęć”.

Pytanie nr 13:

„Pytanie 11 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 17 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie kamery z obsługą funkcji poprzez przycisk na głowicy kamery oraz ekran dotykowy ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Pytanie 12 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 18 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 18, tj.: „Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. możliwość usunięcia z menu wybranych ikon”.

Pytanie nr 15:

„Pytanie 13 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 19 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 19, tj.: „Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień kamery (profilu użytkowników) dla min. 20 użytkowników”

Pytanie nr 16:

„Pytanie 14 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 20 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 20, tj.: „Możliwość importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive”.

Pytanie nr 17:

„Pytanie 15 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 23:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie sterownika kamery bez możliwości stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„Pytanie 16 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 24:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie sterownika kamery bez trybu cyfrowego obrazowania z selektywnym wycięciem koloru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 19:

„Pytanie 17 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 25:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie sterownika kamery bez bez funkcji jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 20:

„Pytanie 18 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 27 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 27, tj.: „Funkcja procesora polegająca na jednoczesnym wyświetlaniu dwóch obrazów z dwóch źródeł wideo na ekranie monitora operacyjnego np. obrazu z głowicy laparoskopowej i obrazu z wideo rektoskopu w przypadku podłączenia tych urządzeń”.

Pytanie nr 21:

„Pytanie 19 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 28 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 28, tj.: „Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie”.

Pytanie nr 22:

„Pytanie 20 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 29 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 29, tj.: „Funkcja wyświetlania ustawień insuflatora tj. ustawionego ciśnienia i przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej”.

Pytanie nr 23:

„Pytanie 21 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 32:

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 32, tj.: „W zestawie:

- pamięć PenDrive min. 32GB

- przewód łączący monitor ze sterownikiem kamery DVI-D / DVI-D

- klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną strefą, stopień ochrony - IP68”

Pytanie nr 24:

„Pytanie 22 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 36:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaferowanie kamery z zintegrowanym na stałe obiektywem bez zoomu optycznego ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 25:

„Pytanie 23 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 45:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaferowanie światłowodu nieprzezroczystego, dł. 3 m, śr.3mm – 1 szt ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 26:

„Pytanie 24 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 46:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaferowanie optyki laparoskopowej ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 330 mm, optyka autoklawowalna? Przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptory do światłowodów różnych producentów - 1 szt.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 27:

„Pytanie 25 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 47:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk o wymiarach 443x91x31mm (dł. x szer. x wys.) ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 28:

„Pytanie 26 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 51:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne insuflator z maksymalnym przepływem gazu do 45l/min ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 29:

„Pytanie 27 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 54:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne insuflator z trybem pracy wysokoprzepływowym:

- regulacja przepływu w zakresie 1- 45 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 0 - 30 mmHg”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 30:

„Pytanie 28 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 55:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne insuflator z czułym tzw pediatrycznym trybem pracy:

- regulacja przepływu w zakresie od 0 do 20 l/min,

- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 20 mmHg”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 31:

„Pytanie 29 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 56 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 56, tj.: „Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienie, przepływ CO₂, tryb pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania 20 profili użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą”.

Pytanie nr 32:

„Pytanie 30 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 57:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne insuflator z wyświetlaczem numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO₂ ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 33:

„Pytanie 31 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 58:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne insuflator z wyświetlaczem numerycznym wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO₂ ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 34:

„Pytanie 32 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 61:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne insuflator bez możliwości przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO₂ o objętości 1 litra ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 35:

„Pytanie 33 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 62 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 62, tj.: „Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO₂ bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej”.

Pytanie nr 36:

„Pytanie 34 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 66 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne pompę irygacyjną wyposażoną w silnik ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 37:

„Pytanie 35 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 68 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne pompę irygacyjną obsługiwaną przez dotykowy panel dotykowy ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 38:

„Pytanie 36 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 69 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne pompę irygacyjną bez możliwości rozbudowy oprogramowania pompy o tryby stosowane w endourologii, artroskopii, ginekologii ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 39:

„Pytanie 37 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 72 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne pompę irygacyjną z 3 trybami płukania : L (niski) = 2 l/min M (średni) = 3 l/min H (wysoki) = 4 l/min ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 40:

„Pytanie 38 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 75 :

Czy Zamawiający zrezygnuje z potwierdzenia tego parametru ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez parametru wymienionego w Części III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH pkt 75, tj.: „Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruuje sposób zakładania drenu”.

Pytanie nr 41:

„Pytanie 39 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 76 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dren płuczący do procedur z kontrolą prędkości płukania, sterylny, jednorazowy – 12 szt.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 42:

„Pytanie 40 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 77 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne system oddymiania składający się z drenu umożliwiającego regulowaną ewakuację gazu CO₂ z pola operacyjnego podczas laparoskopii – 10 szt ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 43:

„Pytanie 41 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 78 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne system oddymiania uruchamiany ręcznie bez przełącznika nożnego?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 44:

„Pytanie 42 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 80 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaferowanie drenu jednorazowego z wbudowanym filtrem 10szt. ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 45:

„Pytanie 43 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 81 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaferowanie kleszczy laparoskopowych, chwytająco – preparujących, rozbieralnych, śr. 5mm, dł 33 cm, autoklawowalnych i końcówki ssąco/płuczającej 5mm/32cm do hydrodysekcji ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 46:

„Pytanie 44 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 14 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne umożliwienie zapisu filmów w formacie: mpeg2HD?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 47:

„Pytanie 45 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 49 :

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie insuflatora z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 6 " z oprogramowaniem w języku polskim.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 48:

„Pytanie 46 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 70:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie pompy z wyborem trybu pracy z panelu dotykowego ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 49:

„Pytanie 47 dotyczy: Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tabela Zestawienie parametrów technicznych punkt 71:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne wyświetlanie prędkości płukania w formie symboli L (niski) M (średni) H (wysoki)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.11.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak