



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 23.11.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa jednorazowego oprzyrządowania i sprzętu dla Pracowni Endoskopowej” - nr sprawy 112/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 1**, w miejsce pierwotnych parametrów, gumkowych, lateksowych zestawów do obliteracji żyłaków przetyku, z mechanizmem spustowym działającym za pomocą lnianego ciężna chroniącego kanał roboczy przed uszkodzeniem. Liczba gumek w zestawie 4/6/10sztuk, przedostatnia gumka przezroczysta, pozostałe gumki w kolorze czarnym.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 6**, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do usuwania złogów z dróg żółciowych, średnice podczas rozprężenia 8.5-10-12-15 lub 12-15-18-20mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 7**, w miejsce pierwotnych parametrów, urządzenia do tamowania krwawień sterylnego, jednorazowego użytku.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 10**, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów sond nosowych w rozmiarze 5-8.5Fr, długość 235-250cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 11**, w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek cytologicznych, dł. cewnika 200cm, średnica cewnika 8FR. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

„Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 12**, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów żołądkowych z cewnikiem z poliuretanu bez metalowego przewodnika usztywniającego, Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 15**, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych o średnicy 19, 20, 22, 25 Ga; koszulka dla rozmiaru 19Ga – 4.8FR, dla rozmiaru 22,25Ga – 5.2mm, dla rozmiaru 20Ga – 7.95FR; mandryn zaokrąglony dla rozmiaru 19, 20, 22 Ga i ścięty dla rozmiaru 25Ga; kanał roboczy 2.8mm dla rozmiaru 19, 22, 25 Ga i 3.7mm dla rozmiaru 20Ga. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 16**, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł w rozmiarze 19, 22, 25 Ga z koszulką w rozmiarze 5.2-4.3Fr dla 19Ga i 5.2Fr dla rozmiaru 22,25Ga oraz kanałem roboczym 2.8mm dla wszystkich rozmiarów. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 19**, w miejsce pierwotnych parametrów, protez trzustkowych pojedynczy pigtail rozmiar 5/7/10Fr, długość 5/7/9lub10/12/15cm.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Prosimy o zmniejszenie wielkości depozytu w pozycji 17 i 18 z 5 na 1 max 2 sztuki – w pozycji 17 i 18 zamawiający planuje zakupić tylko po 2 sztuki igieł i wielkość depozytu znacznie przekraczałaby planowany zakup w okresie 12 m-cy.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.11.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak