

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605  
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 02.12.2020 r.

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatu RTG z ramieniem O oraz neuronawigacji” - nr sprawy 114/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie nr 1:

„PKT 6 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie którego średnica gantry wynosi 102 cm co pozwala na jeszcze większą elastyczność w zastosowaniu rozwiązania?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Tak, pod warunkiem możliwości otwarcia gantry do pozycji „C”**

### Pytanie nr 2:

„PKT 19 Czy zamawiający dopuści rozmiar małego ogniska o szerokości 0,3 mm? Mniejszy rozmiar małego ogniska wpłynie pozytywnie na ostrość obrazowania.”

**Odp. Zamawiającego: Tak.**

### Pytanie nr 3:

„PKT 20 Czy zamawiający dopuści rozmiar dużego ogniska o szerokości 0,6 mm? Mniejszy rozmiar dużego ogniska wpłynie pozytywnie na ostrość obrazowania.”

**Odp. Zamawiającego: Tak**

### Pytanie nr 4:

„PKT 25 Czy zamawiający dopuści wartość SID = 126 cm? Większy rozmiar gantry niesie za sobą również zwiększenie się odległości pomiędzy źródłem, a detektorem.”

**Odp. Zamawiającego: Nie**

### Pytanie nr 5:

„PKT 41 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające zewnętrzny system Video Printer?”

**Odp. Zamawiającego: Nie**

### Pytanie nr 6:

„PKT 44 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające złącze 1 X USB-C oraz 2 X ethernet?”

**Odp. Zamawiającego: Tak**

### Pytanie nr 7:

„PKT 53 Czy zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: wózek wyposażony w stację główną z komputerem pokładowym oraz monitorem dotykowym o rozdzielczości wyższej niż wymagana w SIWZ tj. 32” oraz rozdzielczości 4K?”

**Odp. Zamawiającego: Tak pod warunkiem iż oba monitor wózka głównego i wózka chirurga będą posiadały parametry o których mowa w pytaniu nr 7.**

**Pytanie nr 8:**

„PKT 55 Czy zamawiający dopuści monitor dotykowy oraz kamerę na osobnych wózkach – rozwiązanie to pozwala na większą elastyczność ustawienia przedewszystkim kamery względem pacjenta na sali operacyjnej?”

***Odp. Zamawiającego: Tak pod warunkiem posiadania przez ten wózek monitora o parametrach podanych w pytaniu nr 7.***

**Pytanie nr 9:**

„PKT 56 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie które można rozbudować o system śledzenia w technologii elektromagnetycznej – który posiada jeden emiter który zapewnia dowolność ustawienia oraz duży obszar działania (60X60X60 cm)?”

***Odp. Zamawiającego: Nie.***

**Pytanie nr 10:**

„PKT 58 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające następujące:

1) Wejścia:

4 X 3G SDI

1 X DVI

2) Wyjścia :

2 X Display Port (oferuje transfer, aż 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K, podczas gdy HDMI 1.4 zapewnia jedynie 30 klatek na sekundę przy tej samej rozdzielczość)

4 X LAN

4 X USB 3.1

Wi-Fi”

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Pytanie nr 11:**

„PKT 59 Czy zamawiający dopuści system wyposażony w wysokowydajny komputer oparty o oprogramowanie WINDOWS 10. 64 bity, 1 TB dysk SSD?”

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Pytanie nr 12:**

„PKT 61 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie które nie posiada dedykowanej szuflady na klawiaturę oraz myszkę? Proponowane przez nas urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pełnej obsłudze poprzez monitory dotykowe – gdzie alternatywą może być fizyczna klawiatura.”

***Odp. Zamawiającego: Nie.***

**Pytanie nr 13:**

„PKT 80 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające funkcje ‘STANDBY mode’ pozwalające na powrót do nawigowania bez konieczności powtarzania rejestracji (powrót do sytuacji sprzed utraty zasilania)?”

***Odp. Zamawiającego: Nie.***

**Pytanie nr 14:**

„PKT 84 Czy zamawiający może sprecyzować co ma na myśli wspominając o niezależności badań w tym punkcie?”

***Odp. Zamawiającego: Badania wykorzystywane do nawigowanych zabiegów w obrębie kręgosłupa i głowy mogą pochodzić z Pracowni TK, MRI lub śródoperacyjnego obrazowania RTG opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (RTG z ramieniem „O”) z możliwością autorejestracji pacjenta.***

**Pytanie nr 15:**

„Celem spełnienia wymogów dostarczenia projektu osłon stałych/ radiologicznych.

W związku z koniecznością przeprowadzenia pomiarów służących do wykonania projektu osłon radiologicznych z wykorzystaniem urządzenia, którego dotyczy wykonania projektu osłon, prosimy o

wyrażenie zgody na dostarczenie projektu osłon w terminie do 14 dni od podpisania protokołu dostawy i instalacji urządzenia.”

**Odp. Zamawiającego:** *Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie nr 16:**

„Celem spełnienia wymogów dostarczenia projektu osłon stałych/ radiologicznych.

Czy Zamawiający udostępni plany budowlane bloku operacyjnego uwzględniające rozkład pomieszczeń, grubość ścian i stropów jak i rodzaj użytych materiałów, uprawnionemu projektantowi wskazanemu przez dostawcę?”

**Odp. Zamawiającego:** *Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego.*

**Pytanie nr 17:**

„Celem spełnienia wymogów dostarczenia projektu osłon stałych/ radiologicznych.

Czy Zamawiający udostępni specyfikacje techniczną drzwi znajdujących się w sali operacyjnej przeznaczonej do eksploatacji urządzenia celem dokonania stosownych obliczeń przez uprawnionego projektanta wskazanego przez dostawcę?”

**Odp. Zamawiającego:** *Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego.*

**Pytanie nr 18:**

„Celem spełnienia wymogów dostarczenia projektu osłon stałych/ radiologicznych.

Czy zamawiający udostępni plany rozkładu pomieszczeń na bloku operacyjnym oraz plany pięter znajdujące się poniżej oraz powyżej pomieszczenia planowanego do eksploatacji urządzenia uprawnionemu projektantowi wskazanemu przez dostawcę?”

**Odp. Zamawiającego:** *Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego.*

**Pytanie nr 19:**

„Warunki gwarancji i serwisu pkt 5

Prosimy o zmianę zapisu wymogu możliwości zgłaszania usterek 24h/dobę z obecnie wymaganych metod „telefon i faks” na „adres mailowy””

**Odp. Zamawiającego:** *Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 20:**

„Warunki gwarancji i serwisu pkt. 4

Prosimy o zmianę zapisu „wartości wymaganej i granicznej” dla pozycji „Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)” z obecnego „podać” na „TAK” lub wyjaśnienie podania jakich informacji oczekuje Zamawiający w tym punkcie.”

**Odp. Zamawiającego:**

*W kolumnie „wartość oferowana podać opisać” pkt. 4 „Warunki gwarancji i serwisu należy wpisać TAK (jeżeli Wykonawca oferuje Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) oraz podać ile będzie przeglądów w okresie gwarancji.*

**Pytanie nr 21:**

„W związku z wymogiem dostarczenia projektu osłon stałych/ radiologicznych prosimy o zagwarantowanie dostarczenia wszystkich niżej wymienionych, koniecznych do wykonania projektów osłon radiologicznych dokumentów tj.:

- udostępnienie planów budowlanych bloku operacyjnego uwzględniające rozkład pomieszczeń, grubość ścian i stropów oraz rodzaj użytych materiałów, uprawnionemu projektantowi wskazanemu przez wykonawcę bądź dołączenie dokumentów w formie załączników do przedmiotowego postępowania;

- udostępnienie specyfikacji technicznej drzwi znajdujących się w sali operacyjnej przeznaczonej do eksploatacji urządzenia celem dokonania stosownych obliczeń przez uprawnionego projektanta wskazanego przez wykonawcę wykonawcę bądź dołączenie dokumentów w formie załączników do przedmiotowego postępowania;

- udostępnienie planów rozkładu pomieszczeń na bloku operacyjnym oraz plany pięter znajdujące się poniżej oraz powyżej pomieszczenia planowanego do eksploatacji urządzenia uprawnionemu projektantowi wskazanemu przez wykonawcę bądź dołączenie dokumentów w formie załączników do przedmiotowego postępowania, lub w przypadku braku możliwości przekazania tych dokumentów, wykreślenie wymogu wykonania tych osłon przez Wykonawcę.

Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne do należytego wykonania projektu osłon radiologicznych,”

*Odp. Zamawiającego: Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego.*

**Pytanie nr 22:**

„Czy Zamawiający gwarantują drogę dostawy urządzenia Oarm z pominięciem klatek schodowych oraz windą towarową o długości nie mniejszej niż 250cm i nośnością nie mniejszą niż 1,1 tony oraz otworami drzwiowymi nie mniejszymi niż 200cm wysokości oraz pominięciem progów/przeszkód o wysokości przekraczającej 1,5 cm wysokości”

*Odp. Zamawiającego: Tak*

**Pytanie nr 23:**

„Czy Zamawiający umożliwi użycie wind w trybie jazdy „serwisowej” (z otwartymi drzwiami w obecności serwisanta/uprawnionego pracownika Zamawiającego) jeśli okaże się to niezbędne do dostarczenia sprzętu do miejsca jego instalacji. ”

*Odp. Zamawiającego: Tak*

**Zamawiający działając zgodnie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o **zianie terminu składania ofert.****

Ofertę należy złożyć do dnia **09.12.2020** do godziny 09:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.12.2020** o godzinie 11:00

Zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Feszak