Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl

JEDNOSTKA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

CERTYFIKAT 2016/47

Słupsk, dnia 08.12.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów zespalających" - nr sprawy 105/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ") wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:
„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 12 produktów stosowanych przez Zamawiającego zgodnie z poniższą charakterystyką:
poz. 1 filtr do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego. Wprowadzany i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o średnicy 6,5 F i długości 70 cm. Filtr o średnicy 35 mm i długości 58 mm. Filtr wykonany z afferomagnetycznego materiału. Posiadający haczyki do fiksacji. Możliwość implantacji filtra w naczyniu o średnicy do 32 mm. Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,035". W zestawie dylatator i kranik trójdrożny;
poz. 2 zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej. Stosowany do usuwania filtra do żyły głównej z dostępu szyjnego z wykorzystaniem metody przezskórnej pod kontrolą fluoroskopową. Średnica koszulki usuwającej 7 F, długość 100 cm. Rozmiar systemu pętli usuwającej - średnica 7F, długość 120 cm."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:
„Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o:
- (dotyczy pakietu nr 40) możliwość zaproponowania preparatu w pojemniku 500ml z pompkami/dozownikami dostarczanymi oddzielnie podczas zamawiania preparatu"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem kompatybilności opakowania do posiadanych przez Zamawiającego uchwytów na łóżko lub dostarczenia/użyczenia uchwytów własnych.

Pytanie nr 3:
„Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o:
- modyfikację par. 7 ust. 2 na następujący: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:
„Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o:
- modyfikację par. 7 ust. 3 na następujący: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:
„Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o: - modyfikację par. 7 ust. 4 na następujący: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:
„Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o: - wyjaśnienie par. 7 ust. 5 : "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w utworzeniu banku"?
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy depozytu wyrobów medycznych objętych umową depozytu – dotyczy części nr 1, 2, 3, 6, 25, 26, 32, 49. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. Zamawiający przewidział w § 7 ust. 5 Umowy karę umowną w wysokości 50,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w utworzeniu banku asortymentu wchodzącego w skład ww. części

Pytanie nr 7:
„Czy Zamawiający w pakiecie 21 dopuści igłę do blokady nerwów obwodowych pokrytą drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna (do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:,21G/100mm, 20G/150mm."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:
Dotyczy: 105/PN/2020, Pakiet nr 42
„Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 24cm (19cm od mufy), 28cm (23cm od mufy), 32cm (27cm od mufy), 36cm (31cm od mufy), 40cm (35 cm od mufy), 55cm (50 cm od mufy) - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu ze schodkowym zakończeniem zapewniającym wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we

French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką 18G (1,25mm) o długości 7cm, strzykawkę 10ml, łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J o przekroju 0,035 (0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powłoczką hydrofilowa 10Fr o długości 11cm oraz 12Fr o długości 14cm, zdejmowana koszulka introduktora, tępy zakrzywiony tunel z mankietem o długości 18cm, taśma mocująca cewnik, 2 korki do wstrzykiwań. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. "

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

Dotyczy: 105/PN/2020, Pakiet nr 42

„Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 16Fr o długości całkowitej 24cm (19cm od mufy), 28cm (23cm od mufy), 32cm (27cm od mufy), 36cm (31cm od mufy), 40cm (35 cm od mufy), 55cm (50 cm od mufy) - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu ze schodkowym zakończeniem zapewniającym wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką 18G (1,25mm) o długości 7cm, strzykawkę 10ml, łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J o przekroju 0,035 (0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powłoczką hydrofilowa 10Fr o długości 11cm oraz 12Fr o długości 14cm, zdejmowana koszulka introduktora, tępy zakrzywiony tunel z mankietem o długości 18cm, taśma mocująca cewnik, 2 korki do wstrzykiwań. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

Dotyczy: 105/PN/2020, Pakiet nr 42

„Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy - opatentowana konstrukcja z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi zapewnia przepływ 500ml/min i pozwala na prowadzenie dializy ograniczonej do jednego światła tętniczego. Podwójne światło tętnicze ogranicza również powstania niedrożności tzw: „ sidewalling". Unikalna zmodyfikowana konstrukcja bezprzejściowej końcówki pozwala na atraumatyczną implementację techniką „over-the-wire. Odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilnypoliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny.Zestaw z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm widoczny w Rtg z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc w zestawie z: cewnik elastyczny, tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, prowadnikiem, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:
Dotyczy: 105/PN/2020, Pakiet nr 43, pozycja 1
„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek". Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:
Dotyczy: 105/PN/2020, Pakiet nr 43, pozycja 1
„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek". Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:
Dotyczy: 105/PN/2020, Pakiet nr 43, pozycja 2
„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek". Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:
Dotyczy: 105/PN/2020, Pakiet nr 43, pozycja 2
„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu

wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek". Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:

Część nr 30 Implanty do osteotomii podkolanowej

„Czy Zamawiający dopuści system do osteotomii piszczeli składający się z:

- Biowchłanialnych, osteokondukcyjnych klinów do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm).
- Płytki stalowej do stabilizacji osteotomii piszczelowej , umożliwiającej dostęp małoinwazyjny.

Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość

3,5 mm. 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5mm.

- Śrub kątowo-stabilnych do blokowania płytki o średnicy 6,5mm w min.12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16:

„Czy w pakiecie nr 42 Zamawiający dopuszcza również końcówki schodkowe?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

„Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?"

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Pytanie nr 18:

„Część nr 4, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła, pozostałe parametry bez zmian?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:
„Część nr 27
Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 20:
„Część nr 27, poz. 1, 13
Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:
„Część nr 27, poz. 10
Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 11 mm i nitką o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:
„Część nr 27, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:
„Część nr 27, poz. 14
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24:
„Część nr 27, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 37 mm i nitką o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:
„Część nr 28
Czy Zamawiający dopuści materiał szewny powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80% i po 21 dniach 50% początkowej siły, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:
„Część nr 23.poz.1,3,4.
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania **równoważny**, antybakteryjny system do

odsysania konkurencyjnego producenta pod **warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?**Cechy użytkowe oferowanego systemu:
- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny, kątowy, gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w zatyczkę do portu pacjenta, oraz dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, ochrona przeciwbryzgowa i zabezpieczenie zwrotne wynika z wewnętrznych rozwiązań konstrukcyjnych pokrywy wkładu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady odporne na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania od wkładu (brak konieczności odłączania źródła ssania). Wkłady - 1L, 2L, 3L o kształcie okrągłym do wyboru przez Zamawiającego. Wkłady występują w postaci częściowo sprasowanej dla oszczędności miejsca magazynowania.
- kanistry z przezroczystego tworzywa(kompatybilne z oferowanymi wkładami),ze skalą pomiarową,z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Opisany system jest z powodzeniem obecnie użytkowany w szpitalu."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że wszystkie akcesoria będą kompatybilne z wymienionymi poniżej urządzeniami medycznymi (przedmiot zamówienia jest przeznaczony do poniższych urządzeń, posiadanych przez Szpital):
Ssak VARIO 18 – 17 szt.
Ssak DOMINANT 50, MEDIAN, BASIC 30, DOMINANT 056 – 18 szt.
Ssak MEVACS – 15 szt.
Ssak OGARIT TYP S-03 PASAT – 5 szt.Ssak OGARIT TYP SO-2M – 2 szt.
Ssak AC 809n KATASPIR - 1 szt.
Ssak OLYMPUS SSU 2 – 1 szt.
Ssak przenośny: typ S-scort New-Duet, producent Oxylitre Healthcare Equipment and Services – 29 szt.
Ssak jezdny: typ ESS200, producent Oxylitre Healthcare Equipment and Services – 5 szt.
Ssak inżektorowy: typ S801, producent Oxylitre Healthcare Equipment and Services – 23 szt.
Ssak próżniowy: typ S713R Oxylitre Healthcare Equipment and Services – 54 szt.
Zestaw do odsysania próżniowy KORGIEL – 20 szt.
Aparaty do znieczulania ogólnego AESPIRE 7100 – 3 szt.
Aparaty do znieczulania ogólnego AESPIRE S/5 – 16 szt.
Stanowiska do resuscytacji:
SRN -10 UNIMED BYDGOSZCZ – 1 szt.
RN -3M/04 ZTM BYDGOSZCZ – 4 szt.
oraz ssak Panda - 2 szt.

Pytanie nr 27:

„Część nr 23.poz.1.
Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer

serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności,
warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28:
„Część nr 23.poz.5.
W opisanym systemie występuje łącznik prosty, prosimy o dopuszczenie."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29:
„Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?"
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Pytanie nr 30:
„Część nr. 38
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr. 38 wapna sodowanego w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)2 82,50%, NAOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%, o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO2 w min. 130 l/kg , o gramaturze 5 kg w ilości 34 op?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31:
„1. Czy Zamawiający w pozycji 1 część 42 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika:
19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru prze Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:
- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire" - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J" z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32:

„Część nr 10

Pozycja nr 1

1. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na złożenie oferty na worki nieprzepuszczalne i nieprzesiąkliwe, odporne na rozdarcie, o średnicy trzonu 10mm, dł. trzonu 23cm. Pojemność worka 215ml, w rozmiarze 6,4x15cm, z metalową rozkładaną obręczą oraz pierścieniem za pośrednictwem którego można zerwać worek z obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć ją zamykając bezpiecznie worek z zawartością i ewakuować całość na zewnątrz ciała pacjenta."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33:

„Pozycja nr 2

1. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na złożenie oferty na worki nieprzepuszczalne i nieprzesiąkliwe, odporne na rozdarcie, o średnicy trzonu 15mm, dł. trzonu 40cm. Pojemność worka 1500ml, w rozmiarze 13x23cm, z metalową rozkładaną obręczą oraz pierścieniem za pośrednictwem którego można zerwać worek z obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć ją zamykając bezpiecznie worek z zawartością i ewakuować całość na zewnątrz ciała pacjenta."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34:

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 12 formularza asortymentowo-cenowego filtrów do żyły głównej dolnej o długości 49mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35:

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz dodanie do 5-cio dniowego terminu wymiany zapisu „...od dnia uznania reklamacji"."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z § 5 ust. 6 Umowy Jeżeli Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.

Pytanie nr 36:
„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4, 5:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie partii towaru.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w utworzeniu ,uzupełnieniu banku, jednak nie więcej niż 10% wartości netto opóźnionego w utworzeniu/ uzupełnieniu banku."

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37:
„Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy depozytu (§ 1 wzoru umowy depozytu) o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu?"

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38:
„część 46, pozycja 1:
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transferu leków cytostatycznych z filtrem bakteryjnym 0,2µm oraz filtrem cząsteczkowym 5µm wyposażony bez zastawki, w zawór bezigłowy pełniący rolę tożsamą z zastawką. Przyrząd może być 140 razy aktywowany oraz stosowany przez 7 dni stosowany, bezlateksowy i bez PCV."

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39:
„część 46, pozycja 1:
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transferu leków cytostatycznych z filtrem bakteryjnym 0,2µm oraz filtrem cząsteczkowym 5µm wyposażony bez zastawki, z samo-domykającą się klapką. Przyrząd może być 140 razy aktywowany oraz stosowany przez 7 dni stosowany, bezlateksowy i bez PCV."

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40:
„Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?"

Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Pytanie nr 41:
„Część nr 15 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 55 x 40 mm, z podłużnym otworem służącym do przełożenia kabla, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42:
„Część nr 15 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 55 x 40 mm, z nacięciem służącym do przełożenia kabla, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43:
„Część nr 15 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych, z nacięciem służącym do przełożenia kabla, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44:
„Część nr 15 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze ok. 25,7 mm w kształcie 10-płatkowego kwiatka, z hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:
„Część nr 15 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o rozmiarze 30 mm okrągłych, z hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46:
„Część nr 15 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o średnicy 30 mm, z hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47:
„Część nr 15 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod kwadratowych o zaokrąglonych rogach o rozmiarze 36 mm x 40 mm z języczkiem ułatwiającym odklejanie, hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48:
„Część nr 15 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod owalnych o rozmiarze 36 mm x 42 mm z języczkiem ułatwiającym odklejanie, hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49:
„Część nr 15 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o zaokrąglonych rogach z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 35 x 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50:
„Część nr 15 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 42 x 45 mm, z żelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51:
„Część nr 15 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 36 mm x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52:
„Część nr 15 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod kwadratowych o zaokrąglonych brzegach o rozmiarze 36 mm x 40 mm z języczkiem ułatwiającym odklejanie, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53:
Część nr 15 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 30 mm x 44 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54:
„Projekt umowy - §1 ust. 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu na dostarczenie dokumentów na maks. 7 dni."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55:
„SIWZ – oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Pytanie nr 56:
„Pytanie 1 do części 31
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o dopuszczenie do postępowania środków hemostatycznych o nieznacznych różnicach technicznych nie wpływających na funkcjonalność. Tak szczegółowy opis Zmawiającego wskazuje tylko na jednego wykonawcę co jest sprzeczne z sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców:
Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy. Czas aplikacji około 30 sekund, uzyskanie hemostazy po około 1 minucie. W 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, wchłanialna po około 28 dniach. Pakowane po 15 szt.
Rozmiary 50x70mm lub 70x100mm
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o merytoryczne uzasadnienie Zamawiającego."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 57:
„Pytanie 1 do części 42
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o dopuszczenie do postępowania cewników permanentnych o nieznacznych różnicach technicznych nie wpływających na funkcjonalność. Opis Zmawiającego wskazuje tylko na jednego wykonawcę co jest sprzeczne z sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców:
Permanentne cewniki dializacyjne z biokompatybilnego durathanu (materiał odporny i elastyczny) w zestawach.
Rozmiar cewnika 15,5 Fr.
Wylot cewnika: Odgięta schodkowa końcówka nie przylegająca do ściany naczynia z kanałami oddalonymi od siebie o 3cm co minimalizuje ryzyko recyrkulacji jest to rozwiązanie równoważne do opisanego „Spiral Z"."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza cewniki permanentne o nieznaczących różnicach technicznych.

Pytanie nr 58:
„Czy zamawiający dopuści w Części nr 39, poz. 1:
System do leczenia zaburzeń statyki: siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84%, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), wytrzymałość 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi zielonymi pętelkami,
oraz
1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, o długości 26,5 cm (w tym igła 16,5 cm, 10 cm metalowa rączka), do implantacji w/w siatki?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 59:
„Czy zamawiający dopuści w Części nr 39, poz. 2:
taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentową, polipropylenową, z plastikową dwuczęściową osłonką, niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84%, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), wytrzymałość 68-70 N/cm, atraumatyczne brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne 1,5 cm zwężenia na końcach?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 60:
„Dotyczy zapisów SIWZ:
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej** przedstawi stosowne oświadczenie **wraz z ofertą**?"
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Pytanie nr 61:
„Część 33, poz. 1
Czy zamawiający dopuści zestawy zapakowane w jeden podwójny rękaw foliowo-papierowy?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62:
„Część 33, poz. 1 (zestaw 1)
Czy zamawiający dopuści rękawice bez opakowania jednostkowego?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63:
„Część 33, poz. 1 (zestaw 1)
Czy zamawiający dopuści rękawice z niewywiniętym mankietem?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 64:
„Część 33, poz. 1 (zestaw 1)
Czy zamawiający dopuści przylepiec włókninowy w rozmiarze 2,5x15cm?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 65:
„Część 33, poz. 1 (zestaw 2)
Czy zamawiający dopuści rękawice bez opakowania jednostkowego?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 66:
„Część 33, poz. 1 (zestaw 2)
Czy zamawiający dopuści rękawice z niewywiniętym mankietem?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 67:
„Część 35, poz. 1
Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm."

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68:
„Część 35, poz. 1
Czy zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H_2O ?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 69:
„Część 37, poz. 1
Czy zamawiający dopuści marker chirurgiczny jedynie z cienką końcówką?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70:
„Część 51, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 71:
„Dotyczy Pakiet 4, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 72:
Dotyczy Pakiet 27, poz. 1
„Czy Zamawiający dopuści igłę prostą, okrągłą podwójną w rozmiarze 70 mm, o długości szwu 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 73:
„Dotyczy Pakiet 27, poz.2

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą, długość szwu 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74:
„Dotyczy Pakiet 27, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 75:
„Dotyczy Pakiet 27, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76:
„Dotyczy Pakiet 27, poz. 10
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 11 mm, długość szwu 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 77:
„Dotyczy Pakiet 27, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści szew o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 78:
„Dotyczy Pakiet 27, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 9,3 mm, podwójną, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 79:
„Dotyczy Pakiet 27, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 6,5 mm, podwójną, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 80:
„Dotyczy Pakiet 27, poz. 14
Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, rozwarstwiającą, wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 81:
„Dotyczy Pakiet 27, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 82:
„Czy zamawiający w postępowaniu 105/PN/2020 „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów zespalających" dopuści:
Część 18 - Multipack zawierający: 2 x 60ml strzykawka z kolcem, łącznik Y z drenem 90 cali z pojedyńczym zaworem, limit ciśnienia 300 PSI do strzykawki automatycznej Optistar?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 83:
„Czy zamawiający w postępowaniu 105/PN/2020 „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów zespalających" dopuści:
Część 20, poz. 1 - Wkład 200 ml do strzykawki automatycznej Optivantage DH, limit ciśnienia nie mniejszy niż 350 PSI?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 84:
„Czy zamawiający w postępowaniu 105/PN/2020 „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów zespalających" dopuści:
poz. 2 - Wkład 2 x 200 ml, dren 150 cm z łącznikiem Y z podwójną zastawką do strzykawki automatycznej Optivantage DH, limit ciśnienia nie mniejszy niż 350 PSI?
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 85:
„Czy zamawiający w postępowaniu 105/PN/2020 „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów zespalających" dopuści:
poz. 3 - Dren 152 cm z łącznikiem Y z podwójną zastawką do strzykawki automatycznej Optivantage DH, limit ciśnienia nie mniejszy niż 375 PSI?
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 86:
„Czy zamawiający w postępowaniu 105/PN/2020 „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów zespalających" dopuści:
poz. 4 - Dren spiralny 152 cm do CTMF – złącze?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 87:
„Dotyczy Części nr 17
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony o składzie: kopolimer złożony z 90% i 10% glikolidu i L-laktydu, (poliglaktyna910) pokryte kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia.Po 14 dniach od implantacji

zachowuje in vivo około 65% początkowej siły podtrzymywania tkankowego, a ponad 40% po 21 dniach. Wchłanianie nici jest zakończone pomiędzy 56 a 70 dniem."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 88:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 1
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 1 dopuści igłę nie wzmocnioną o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 2
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 2 dopuści igłę nie wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 90:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 2
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 2 dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 3
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 3 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 92:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 4
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 4 dopuści igłę wzmocnioną o długości 26 mm i długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 5
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 5 dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 6

Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 6 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 95:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 9
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 9 dopuści igłę nie wzmocnioną i długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 96:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 10
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 10 dopuści igłę o długości 27 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 11
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 11 dopuści igłę nie wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 98:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 14
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 14 dopuści igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 99:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 15
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 15 dopuści igłę 3/8 koła i długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 16
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 16 dopuści igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 17

Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 17 dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 102:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 19
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 19 dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 103:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 21
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 21 dopuści szew o grubości 6/0, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 104:
„Dotyczy Części nr 17, Pozycji nr 21
Czy Zamawiający w Części nr 17, Pozycji nr 21 dopuści igłę 3/8 koła o długości 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 1
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycji nr 1 dopuści szew poliamidowy i igły proste o długości 2 x 60 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 106:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 2
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycji nr 2 dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 107:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 4
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycji nr 4 dopuści igłę o długości 18 mm lub 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 108:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 5 i 8
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycjach nr 5 i 8 dopuści igły o długości 2 x 18 mm, pozostałe parametry bez zmian?"

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 109:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 9
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycji nr 9 dopuści igłę o długości 10 mm lub 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza igłę o długości 13mm.

Pytanie nr 110:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 10
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycji nr 10 dopuści igłę odwrotnie tnącą i długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 111:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 11
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycji nr 11 dopuści igłę odwrotnie tnącą 10 mm i długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 12
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycji nr 12 dopuści igłę o długości 2 x 8 mm i długość nici 60 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 12
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycji nr 12 dopuści igłę o długości 2 x 10 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 114:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 13
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycji nr 13 dopuści igłę o długości 2 x 6,4 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 115:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 14
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycji nr 14 dopuści igłę okrągłą, nie wzmocnioną o długości 40 mm i szew o grubości „0" i długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 116:
„Dotyczy Części nr 27, Pozycji nr 15
Czy Zamawiający w Części nr 27, Pozycji nr 15 dopuści igłę o długości 30 mm i długości nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117:
„Dotyczy Części nr 28
Czy Zamawiający w Części nr 28 dopuści nić sterylną, syntetyczną, wchłanialną, plecioną składająca się z homopolimerów kwasu glikolowego i pokryta epsilon-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia.
W czasie 14 dni po implantacji nić utrzymuje in vivo około 65% początkowej siły podtrzymywania tkankowego, a ponad 40% po 21 dniach."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 118:
„Dotyczy Części nr 28, Pozycji nr 6 i 8
Czy Zamawiający w Części nr 28, Pozycjach nr 6 i 8 dopuści długości nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 119:
„Dotyczy Części nr 28, Pozycji nr 16
Czy Zamawiający w Części nr 28, Pozycji nr 16 dopuści długości igły 70 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120:
„Dotyczy Części nr 28, Pozycji nr 21
Czy Zamawiający w Części nr 28, Pozycji nr 21 dopuści długość igłę ½ koła o długości 36 mm i długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121:
„Dotyczy Części nr 28, Pozycji nr 22
Czy Zamawiający w Części nr 28, Pozycji nr 22 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 122:
„Dotyczy Części nr 28, Pozycji nr 24, 26 i 27
Czy Zamawiający w Części nr 28, Pozycjach nr 24, 26 i 27 dopuści długości nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 123:
„Dotyczy Części nr 28, Pozycji nr 25
Czy Zamawiający w Części nr 28, Pozycji nr 25 dopuści igłę ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 124:
„Dotyczy Części nr 28, Pozycji nr 29
Czy Zamawiający w Części nr 28, Pozycji nr 29 dopuści długości igły 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 125:
„Dotyczy Części nr 28, Pozycji nr 30 i 33
Czy Zamawiający w Części nr 28, Pozycjach nr 30 i 33 dopuści długości nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 126:
„Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr 33
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w części nr 33 zestawu równoważnego, minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ: serweta nieprzylepna 38x45cm podfoliowana, 2 samoprzylepne opatrunki chłonne o wymiarach 5cm x 7,0 cm."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 127:
„Pytanie nr 2 – dotyczy części nr 40
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu dezynfekcyjnego z pompką dostarczaną oddzielnie i wycenę pompki jako oddzielnej pozycji w formularzu cenowym ze względu na różną stawkę podatku VAT preparatu i pompki?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem kompatybilności opakowania do posiadanych przez Zamawiającego uchwytów na łóżko lub dostarczenia/użyczenia uchwytów własnych.

Pytanie nr 128:
„Część nr 35 Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości – bariatrycznych wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m²: włóknina 30g/m² + folia PE 25g/m² /60 um/. Wytrzymałość na sucho/mokro oraz wytrzymałość na penetracje płynów zgodne z SIWZ.

Skład oferowanego zestawu:

- • 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- • 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- • 1 x serweta Abdominal 245 x 280 cm, otwór 60 x 40 cm (folia operacyjna). Wbudowane długie legginsy
- • 2 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
- • 1 x osłona na kable video 12,5 x 230 cm
- • 3 x tupfer z gazy No. 3, 20x20 cm 20 nitek
- • 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- • 1 x OR Sticker 6 x 6 cm
- • 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- • 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm"

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 129:
„Czy Zamawiający w części nr 27 poz. 1 dopuści szew monofilamentowy, poliamidowy, powlekany silikonem, renomowanego producenta firmy Serag-Wiessner? Szew ten z powodzeniem używany może być m.in. jako szew kapciuchowy do kapciuchownicy wielorazowego użytku. Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 130:
„Zamawiający w części nr 27 poz. 10 i 11 wymaga igieł odwrotnie tnących kosmetycznych. Proszę o doprecyzowanie czy w przypadku igieł kosmetycznych mają to być igły typu ethalloy /surgalloy, które wpływają na znaczne zmniejszenie traumatyzacji naczyń przy przechodzeniu przez nie igłą."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 131:
„Zamawiający w części nr 27 poz. 10 i 11 wymaga igieł odwrotnie tnących kosmetycznych. W pozycjach tych opisane zostały na nici o grubości USP: 6/0. W przypadku tak cienkich szwów istotne jest aby loża powstała po przejściu igły była jak najmniejsza, co znacznie poprawia hemostazę zespolenia. Czy w pozycjach tych Zamawiający wymaga zaoferowania igieł o ulepszonej geometrii (igły tanto / prime), których udoskonalony przekrój zapewnia powyższe? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 132:
„Zamawiający w części 27 umieścił wymóg pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia. Prosimy o doprecyzowanie, czy poprzez wymóg ten należy rozumieć taki sposób pakowania, w którym pełna identyfikacja szwu (nazwa handlowa, nr katalogowy, grubość i długość nitki; długość i krzywizna igły) możliwa jest na każdym etapie otwarcia opakowania sterylizacyjnego, a dodatkowo zewnętrzna część opakowania sterylizacyjnego zawiera również informację o sposobie sterylizacji i terminie jej ważności? Taki sposób oznakowania produktu eliminuje ryzyko użycia niewłaściwej nici podczas procedury."
Odp. Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymaga sposobu pakowania, w którym pełna identyfikacja szwu możliwa jest na każdym etapie otwarcia opakowania sterylizacyjnego.

Pytanie nr 133:
„Czy Zamawiający w części nr 27 poz. 15 dopuści szew wyposażony w dwie igły 36mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 134:
„Czy Zamawiający w części 9 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:
Klipsy polimerowe niewchłanialne - o naprzemiennym układzie zębów. Rozmiar klipsów XL. Opakowanie zawiera 14 magazynków po 6 szt. Klipsów?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 135:
„Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w części 9 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 136:
„W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w części 9 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 137:
„Czy Zamawiający w części 26 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:
Klipsy polimerowe niewchłanialne typu hemo-o-lok (dostępność rozmiarów - M,L,XL) w ładunkach po 6 klipsów?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 138:
„Prosimy o sprecyzowanie części 26 – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia klipsownic do zabiegów laparoskopowych, czy do zabiegów otwartych?"
Odp. Zamawiającego:
Do zabiegów laparyskopowych.

Pytanie nr 139:
„Czy w części 26 Zamawiający ma na myśli rozmiar M/L zamiast rozmiaru M?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, tj. wymaga dostępności rozmiarów - M,L,XL.

Pytanie nr 140:
„Czy Zamawiający w części 26 dla rozmiaru M wyrazi zgodę na użyczenie klipsownicy do zabiegów otwartych?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – do zabiegów laparyskopowych.

Pytanie nr 141:
„Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w części 26 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 142:
„W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w części 26 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym

układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 143:
„Czy Zamawiający w części 51 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej, o parametrach:
- Urometr
• Pojemność 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości, skalowana co 1 ml do 55ml, następnie co 5ml do 110ml, następnie co 10ml do 500ml
• Uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną
• Płaski port do bezigłowego próbkowania moczu
• Element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej
• Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną
• Nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik
• Dren przy wyjściu z urometru zabezpieczony plastikową sprężyną
• Elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł. 120 cm lub 150cm
• Paski boczne dla optymalnego umocowania
• Łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy
• Przelew bezpieczeństwa w urometrze (w przypadku, gdy urometr jest przepełniony, mocz spływa bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego urometru)
- Pojemnik na mocz
• Pojemność 2 000 ml
• Zastawka antyrefluksyjna
• Nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik
• Czytelna podziałka w ml, biała ściana tylna
• Zawór kranika spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu
• Szczelina do umocowania drenu spustowego?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 144:
„Pakiet nr 10 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worka laparoskopowego o pojemności 200 ml i wymiarach: 10,2cm x 10,2cm. Trzon 31,6 cm x 10 mm. Pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 145:
„Pakiet nr 10 poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worka laparoskopowego o pojemności 1350 ml i wymiarach: 19 cm x 20 cm. Trzon 31,6 cm x 10 mm. Pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ."
Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 146:
„Pakiet nr 23
W związku z tym, że wyspecyfikowane w tym pakiecie produkty nie są przewidziane do ssaków oryginalnych Medeli, bardzo prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych oraz kanistrów innego wytwórcy o pojemnościach 1000 ml; 2000 ml i 3000 ml."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że wszystkie akcesoria będą kompatybilne z wymienionymi poniżej urządzeniami medycznymi (przedmiot zamówienia jest przeznaczony do poniższych urządzeń, posiadanych przez Szpital):
Ssak VARIO 18 – 17 szt.
Ssak DOMINANT 50, MEDIAN, BASIC 30, DOMINANT 056 – 18 szt.
Ssak MEVACS – 15 szt.
Ssak OGARIT TYP S-03 PASAT – 5 szt.Ssak OGARIT TYP SO-2M – 2 szt.
Ssak AC 809n KATASPIR - 1 szt.
Ssak OLYMPUS SSU 2 – 1 szt.
Ssak przenośny: typ S-scort New-Duet, producent Oxylitre Healthcare Equipment and Services – 29 szt.
Ssak jezdny: typ ESS200, producent Oxylitre Healthcare Equipment and Services – 5 szt.
Ssak inżektorowy: typ S801, producent Oxylitre Healthcare Equipment and Services – 23 szt.
Ssak próżniowy: typ S713R Oxylitre Healthcare Equipment and Services – 54 szt.
Zestaw do odsysania próżniowy KORGIEL – 20 szt.
Aparaty do znieczulania ogólnego AESPIRE 7100 – 3 szt.
Aparaty do znieczulania ogólnego AESPIRE S/5 – 16 szt.
Stanowiska do resuscytacji:
SRN -10 UNIMED BYDGOSZCZ – 1 szt.
RN -3M/04 ZTM BYDGOSZCZ – 4 szt.
oraz ssak Panda - 2 szt.

Pytanie nr 147:
„Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."
Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Pytanie nr 148:
„Część nr 33, poz. 1
Czy Zmawiający dopuści zestaw, na którym Zamawiający pracował przez ostatni rok i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, o składzie:
Zestaw do hemodializy składający się z dwóch zestawów: do podłączenia i rozłączenia. Zestaw 1 (podłączenie)- Skład: 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (niewywinięty mankiet); 1 x serweta włókninowa-foliowa nieprzylepna 50 cm x 35 cm; 2 x kompresy z włókniny 5x5 cm, 4x kompresy z włókniny 7,5x7,5 cm, 8szt przylepiec włókninowy podtrzymujący 2cmx15cm. Zestaw 2 (rozłączenie)- Skład: 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (niewywyniety mankiet); 1 x pojedyńcza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L; 4 x kompresy z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm; 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm (zapakowany). Opakowanie: Zestaw 1 i zestaw 2 zapakowane w opakowanie typu blister. Wszystkie komponenty sterylne, a każdy zestaw zapakowany jest osobno tak by zachował sterylność do etapu odłączenia."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 149:
„Pakiet 46
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym posiadający filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce oraz czas stosowania do 140 aktywacji Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. Przyrząd posiada zastawkę w postaci zawory z płaską powierzchnią do dezynfekcji "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza przyrząd jw., pod warunkiem możliwości transferu leków cytostatycznych.

Pytanie nr 150:
„Pakiet 46
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek ma posiadać filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. ? "
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza przyrząd jw., pod warunkiem możliwości transferu leków cytostatycznych.

Pytanie nr 151:
„Pakiet 46
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma być kompatybilny z dowolną średnicą fiolki?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że przyrząd, o którym mowa w Części nr 46 ma być kompatybilny z dowolną średnicą fiolki.

Pytanie nr 152:
„Pakiet 35
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów bariatrycznych z serwetą główną o parametrach wyższych od wymaganych przez Zamawiającego o poniższym składzie:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x osłona na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem
- 1 x osłona na kamerę video 13x240cm z perforowaną zwężającą się końcówką, złożona teleskopowo, z taśmą lepną oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację
- 4 x ręczniki chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
- 1 uchwyt na przewody typu rzep 2,5x23cm
- 1 serweta do laparoskopii 255x301cm z obłożeniem ramion stołu i zintegrowanymi osłonami na kończyny, z przylepnym otworem brzusznym 30x35cm otoczonym wzmocnieniem , ze zintegrowanymi dwukomorowymi torbami na narzędzia po obu stronach. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów >170 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa. Obszar krytyczny odporny na penetracje płynów >200 cmH2O i na rozerwanie na sucho i mokro ≥. 280 kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 153:
„Pakiet 36
1. Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej pakowanej jednostkowo sterylnie i zbiorczo w kartony po 10 szt."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 154:
„Pakiet 36
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie folii operacyjnej o powierzchni lepnej odpowiednio:
Poz.1 15x28 cm
Poz.2 30x28cm
Poz.3 42x42 cm"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 155:
„Pakiet 36
Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w SIWZ rozmiary folii dotyczą powierzchni użytkowej czyli lepnej. "
Odp. Zamawiającego:
Wymiany dotyczą całości folii.

Pytanie nr 156:
„Pakiet 37
1. Prosimy o wyjaśnienie czy przez elastyczną linijkę należy rozumieć, że Zmawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry z linijką z tworzywa sztucznego, która utrzymuje stabilność nawet gdy staje się mokra ? ”
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 157:
„Pakiet 37
Z uwagi na istotną różnice w cenach markerów z cienką i standardową końcówką prosimy o wskazanie procentowego zapotrzebowania każdego markera lub utworzenie oddzielnych pakietów dla każdego rodzaju np. pakiet 37 i 37a. ”
Odp. Zamawiającego:
Marker w jednej formie posiada końcówkę cienką i grubą.

Pytanie nr 158:
„Pytanie
Pakiet 33 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do hemodializy pakowanego w dwa oddzielne sterylne opakowania papierowo-foliowe (zaoferowane jako zestaw z podaniem ceny netto za zestaw), o składzie jak poniżej:
Zestaw 1 (podłączenie):
a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.
b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.
c. Serweta z laminatu 50x35cm 1szt.
d. Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm 2szt.
e. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M 2szt.
Zestaw 2 (rozłączenie):
a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.
b. Opatrunek typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt.
c. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M 2szt. niebieskie
d. Rękawica nitrylowa teksturowana L 1szt. biała”
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 159:
„Pytania do wzoru umowy
1) Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 9 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W

rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 160:

„Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 5 projektu umowy."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 161:

„Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 1 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 162:

„Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.""

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 163:

„Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 3 pkt 2) projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „Zmiana tak następuje automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej."

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 164:
„Pytania do wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 11 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu."
UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 165:
„Pytanie 1 – dotyczy części nr 38
Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane w postaci krótkich porowatych pałeczek o średnicy 3mm, absorbujące w przedziale od 120 do ponad 180 litrów CO2/1 litr,(poziom absorbcji jest uzależniony od intensywności użytkowania, liczby i czasu trwania zabiegów, rodzaju stosowanych środków anestetycznych, sposobu ich podawania), które zawiera w swoim składzie 97% Ca(OH)2 , 13-17% H2O oraz 3% NaOH, pakowane po 4,5 kg?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 166:
„Pytanie 2 – dotyczy części nr 38
Czy w związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 167:
„Pytanie 3 – dotyczy części nr 38
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno / pochłaniacz CO2 było wapnem medycznym zatwierdzonym/zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjska i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?"
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 168:
„Dotyczy Pakietu NR 46
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transferu leków z fiolki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,1ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. może być stosowana przez 200 uruchomień i przez okres 72 godz. Pakowany jałowo, indywidualnie. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu. Apirogenny."

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza przyrząd jw. pod warunkiem możliwości transferu leków cytostatycznych.

Pytanie nr 169:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną."
Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.12.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak