



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 15.12.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa stabilizacji neurochirurgicznych, endoprotez, materiałów zespalających” - nr sprawy 120/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający w Części nr 4 dopuści możliwość zaferowania implantów tytanowych zamiast stalowych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający w Części nr 4 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający w Części nr 4 odstąpi od wymogu oferowania implantów sterylnych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający w Części nr 6 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania gwoździ długich o długości od 300 do 440 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający w Części nr 6 poz. 6 dopuści możliwość zaferowania gwoźdźcia śródszpikowego blokowanego do kości ramiennej z możliwością rekonstrukcji nasady bliższej i blokowaniem wielopłaszczyznowym wkrętami 4,5 i 5,0mm, długość od 150 do 250mm, średnice od 6 do 9mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający w Części nr 6 poz. 13 dopuści możliwość zaferowania pinów antyrotacyjnych o średnicy 4,0mm lub wkrętów derotacyjnych o średnicy 6,5 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający w Części nr 6 poz. 15 dopuści możliwość zaferowania wkrętów blokujących z mocowaniem sześciokątnym zamiast torx?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający w Części nr 6 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących do gwoździ śródszpikowych do przedramienia o średnicy: 2,7mm; 3,5mm i 2,7/2,0mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Czy w część 2 – Implanty kręgosłupowe lędźwiowe do stabilizacji międzytrzonowej Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu wg następującego opisu:

Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF o równoległych powierzchniach i wyoblonej części czołowej,

- anatomiczny lordotyczny kształt aktywnie pobudzający właściwą równowagę w płaszczyźnie strzałkowej,
- elastyczność pod względem wyboru dostępu - implanty można stosować z dostępu tylnobocznego oraz tylnego,
- ząbkowanie na górnej i dolnej powierzchni poprawiające stabilność i wstępne mocowanie,
- duża przestrzeń wewnętrzna zapewniająca maksymalne upakowanie wypełnienia i optymalny przerost kostny,
- zewnętrzna powierzchnia implantów napyłana mikrokrystaliczną powłoką hydroksyapatytową przyspieszającą wchłanianie w miejscu wszczepu,
- rozmiary klatek PLIF/TLIF: długość 25 i 30mm, wysokość 7,0; 8,5; 10,0; 11,5 i 13,0mm.
- wszystkie implanty wykonane są ze stopu tytanowego i noszą stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr katalogowy oraz nr serii,
- implanty dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach.
- instrumentarium dostarczane jest w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.12.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak