



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 05.01.2021r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa naprawy i przeglądów sprzętu medycznego” - nr sprawy 125/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza poświadczenie o autoryzacji serwisu przez producenta.***

**Pytanie nr 2:**

„Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski.***

**Pytanie nr 3:**

„Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że jeżeli jest to wymagane m. in. przez zalecenia producenta danego urządzenia to należy sprawdzić i wykonać aktualizację oprogramowania. Zgodnie z pkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia-Przeglądy.***

**Pytanie nr 4:**

„Dotyczy zapisów SIWZ

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy uzna za spełnienie wymogu w części I w punkcie nr 7.5.3a SIWZ jeśli Wykonawca przestawi certyfikaty szkoleń wykonanych w siedzibie producenta na poszczególną aparaturę?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 5:**

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1E

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy w urządzeniach z powyższego pakietu były wymienione akumulatory podczas ostatniego przeglądu?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że akumulatory nie były wymieniane. Wskazana jest wymiana.***

**Pytanie nr 6:**

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1D

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego o podanie daty przeglądu podczas którego został wymieniony pakiet serwisowy 6-letni o numerze katalogowym MX08753 w urządzeniu z powyższego pakietu? Informacja ta jest niezbędna wykonawcę w celu przedstawienia konkurencyjnej oferty.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie był wymieniany pakiet 6-letni.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.01.2021 r.**

  
Z-C.A. KIERUJOWNIKA  
Działu Zakupów i Zarządzania Publicznych  
*Izabela Gierszyńska*